

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.08.2024

Sayı: 226

Konu: ANESTEZİ ÖRNEKLEME HATTI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.09.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GAZ ÖRNEKLEME HATTI			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SAMPLE LİNE TEKNİL ŞARTNAMESİ

- 1.SAMPLE LİNE AMELİYATHANE BİRMİNDE BULUNAN DRAGER, MİNDRAY MARKA ANESTEZİ CİHAZLARININ GAZ ÖLÇÜMLERİNE UYUMLU VE CİHAZLARIN ORJİNAL PARÇASI OLMALIDIR.
- 2.SAMPLE LİNE İKİ UCU LUER-LUCK YAPIDA VE KULLANICI TARAFINDAN KOLAY MONTE EDİLEBİLİR OLMALIDIR.
3. SAMPLE LİNE İÇİNDEN GEÇEN ÖRNEKLENEN GAZDA SU YOĞUNLAŞMASI OLURSA BU YOĞUNLAŞMAYI GÖSTERİR ŞEKİLDE ŞEFFAF RENKSİZ YAPIDA OLMALIDIR.
- 4.SAMPLE-LİNE 60ML/DAK VE 200ML/DAK AKIŞTA KULLANILABİLMELİDİR
- 5.SAMPLE LİNE 60MI/dak VE 200 MI/DAK AKIŞTA ÖRNEKLEME AKIŞINA İZİN VERECEK ŞEKİLDE 2.5M UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 6.ÜRÜNÜN AMBALAJI, ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN KAPATILMIŞ OLUP, İKİNCİ KEZ KAPATILMAYI OLANAKSIZ KILACAK ŞEKİLDE ORJİNAL OLMALI AMBALAJ ETİKİ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN ADI VE KODU OLMALIDIR.
- 7.ÖRNEKLEME HATTININ TAKILACAGI CİHAZIN ÜRETİCİ FİRMASI TARAFINDAN VERİLMİŞ, CİHAZ İLE TAM UYUMLU OLDUGUNU GÖSTEREN UYUMLULUK BELGESİ KOMİSYONA SUNULMALIDIR.

Uzm.Dr. Nermin KORMAZ DÜNYÜN
Anestezi Uzmanı - Dip. Tes. No: 165804
Patnos Devlet Hastanesi

ANESTEZİ TEKN SORUMLUSU

ŞEVİN YEŞİL KEMAL



20.08.2024