

TEKLİFE DAVET

05.09.2024

Sayı: 233

Konu: A1P5N20100 UPPER İNSERTİON UNİT TAMİR-YENİLENMESİ (Konica Minolta Regius Sigma 2 CR Sistemi)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.09.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	A1P5N20100 UPPER İNSERTİON UNİT TAMİR-YENİLENMESİ (Konica Minolta Regius Sigma 2 CR Sistemi)			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yeddi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

7. Arıza giderimi sonrası sistem, test filmi çekilerek ve nihai cihaz durumu hakkında Teknik Servis Raporu hazırlanarak yazılı olarak belgelenecektir. Teknik raporlar 3 kopya halinde düzenlenecek, birim çalışanına ve hastane teknik personeline imzalatılacaktır. Bir kopya yüklenicide, bir kopya birime teslim edilecek, bir kopya da faturanın ekinde idareye teslim edilecektir.
8. Firmalar teklifleriyle birlikte tüm yedek parça listesini karşılarında döviz cinsinden fiyatlarıyla birlikte vereceklerdir. Firma hiçbir şekilde listede belirttiği fiyatın üstünde fiyat teklif edemeyecektir. Listedeyen alan yedek parça talebi karşılanmayacak ve bu parçaların firma tarafından ücretsiz değiştirilmesi istenecektir.
9. Cihazın servis işi için teklif verecek firma hizmet verme yeterliliğini belgeleyecektir. Firmanın TSE Belgesi, Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi mutlaka olmalıdır.
10. Arıza onarımı için teklif verecek firma ilgili cihaz servisi verebilmek için eğitim aldığını belgeleyecektir. Yetkili firmanın bünyesinde bulunan mevcut teknik elemanların adları ve eğitim durumları ve sertifikaları liste halinde verilecektir. (Diploma vb. belgeler ekli olacaktır.) Servis yalnızca bu elemanlar tarafından yapılabilecektir. Yüklenici taahhütlerini hiçbir şekilde başka bir firmaya veya kişiye devredemez, kendi elemanı dışında başka bir firma elemanını bakımlarda kullanamaz.
11. Sözleşmenin, firmanın kusuru nedeniyle iptali durumunda, sözleşmenin kalan süresi için idare yeni bir firma ile anlaşma yapacak ve aralarındaki fiyat farkı var ise bu miktar kusurlu firmadan talep edilecektir.
12. Arıza giderilmesinde kullanılacak tüm takım donanım firma tarafından karşılanarak, yapılan işlemlerin kontrol listesini, kullanıcı ve yapan kişi imzalayacaktır.
13. İstekliler teklif vermekle yıllık bazda %95 oranında çalışma garantisi verdiklerini kabul ederler. Çalışmama (durma) süresi hesaplamaları yıllık bazda yapılacak ve cihazı bir tam gün tamamen durdurmak suretiyle hata alımını engelleyen durumlar durma olarak kabul edilecektir. Çalışmama (durma) süresi hesaplamalarında; doğal felaketler yangın, patlama, sel, su basması ve sair mücbir sebepler, savaş, terör ve hırsızlık sonucu yüklenicinin kontrolü dışında meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar ve kullanıcı hataları için geçecek süreler çalışmama (durma) süresi olarak hesaplanmayacaktır.
14. Sözleşme kapsamında arıza onarımı yapılacak cihaz;

Bulunduğu Yer	Marka	Model	Durumu
Patnos Devlet Hastanesi Röntgen Bölümü	KonicaMinolta	Regius Sigma2 model CR sistemi	Çalışmıyor.

Berat TAŞKIN
Radyoloji Birim Sorumlusu
Patnos Devlet Hastanesi


Özner ÖNER
GAT.

Sema TAŞKAYA

**2024 MALİ YILI KONICA MINOLTA MARKA REGIUS SIGMA2
MODEL CR SİSTEMİ ARIZA ONARIM İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Cihazın Tanımı: Hastanemizde kullanılmakta olan Konica Minolta Regius Sigma2 CR sistemi arıza onarım işidir.
2. Arıza giderme: Tanımı yapılan cihazın arızalanması durumunda teknik prospektüsünde yazılı işlem ve performansın yeniden istenilen ölçülerde yerine getirmesinin sağlanması ve arıza onarım işinin yapılmasıdır.
3. Hizmetin Sağlanması:
 - a. Arıza giderme işlemi, mesai saatleri içinde firmanın sözleşmede bildirdiği faksa ya da diğer elektronik ortamlara idarenin yapacağı çağrıdan en geç 24 (yirmi dört) saat içinde başlayacak, parça gerektirmeyen durumlarda çağrı gelmesinden sonra toplam 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazlar çalışır hale getirilecektir. Parça gerektiren durumlarda yukarıda tanımlanan 48 (kırk sekiz) saat içinde gerekli tespitler yapıp idareye gerekli parçaların adları ve fiyat listesi verilecek, Teklif edilen fiyat ekte istenilen listedeki fiyatından fazla olamaz. Teklif edilen fiyat ve işlemin idarece onaylanmasından sonra, stoklarda olması halinde 36 (otuz altı) saat içinde gerekli parçalar temin edilerek cihaz çalışır duruma getirilecektir. Paranın temininde hava ve kara ulaşımının mücbir nedenle olmaması, gümrüklerin çalışmaması durumunda da bu süre nedenin ortadan kalkmasına kadar ertelenir.
 - b. Sistemler daima tam fonksiyonları ile çalışır durumda olacaktır.
 - c. Arıza giderimi üretici firma talimatlara doğrultusunda yapılacaktır.
 - d. Cihazın her onarımı veya yedek parça değişimi sonucu cihazın genel kalibrasyonu yapılacak ve kontrol edilecektir. Arızalı, çıkma, hasarlı veya kullanılmış yedek parçalar sistemde denenmeyecektir ve hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
 - e. Arıza onarımı sırasında kullanılacak olan tüm ölçüm ve test cihazlarına ait detaylı liste istenildiğinde takdirde ibraz edilecektir.
4. Firma her yaptığı işlemi ve müdahaleyi ayrıntılı biçimde rapor edecek, varsa sökülen ve değişen parçaların seri numaralarını belirtecek, raporda cihazın sağlıklı çalışması için varsa gerekli önlem ve daha sonra gerekebilecek parçaların teminini idareye tavsiye edecektir.
5. Arıza giderme işlemi sırasında, parça tamamen yeni olarak değiştirilecek, tamir görmüş ya da kullanılmış parça takılmayacaktır. Parçalar en az I (bir) yıl garantili olacaktır. Değiştirilen eski parçalar hastaneye teslim edilecektir. Bunun sonradan tespiti durumunda sözleşme feshedilecek, parçaya ödenen miktar, döviz ve TL'nin hangisi yüksekse o miktar esas alınarak, firmadan iki katı olarak yasal faizin iki katı oranında faiz de ilave edilerek geri istenecektir. Parçaların tamiri mümkünse yapılacak, buna karşılık sadece malzeme masrafları talep edilerek tamiri yoluna gidilecektir. Daha sonradan parçanın tamiri mümkün iken değiştirildiği saptanırsa %2' si oranında ceza uygulanacaktır.
6. Cihazın tamiri işlemlerinde orijinal parça kullanılacaktır. İstenildiği takdirde firma malzemeyi üreticinin resmi kanallarından temin ettiğini belgeleyecektir. Arızaların giderilmesi için gerekli olan parçalar firma tarafından, daha önceden verilen yedek parça fiyat listesi üzerinden sağlanacaktır. Stoklarda bulunmayan parçalar için yurt dışından ithal süresi, arızanın giderilmesi için gerekli olan süre 20 (yirmi) günü geçmeyecektir.


Berat TARKIN
Radyoloji Birim Sorumlusu
Patnos Devlet Hastanesi


ÖNER ÖNER


Sema TARKAYA