

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.09.2024

Sayı:234

Konu: ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.09.2024 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZLARI, ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:


- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Ultrasonik Yıkama Cihazı Teknik Şartnamesi

Cihaz, standart cerrahi aletlerin, endoskopik el aletlerinin ve mikro cerrahi el-aletlerinin ultrasonik titreşimlerle temizlenmesi amacıyla uygun olarak planlanmış, medikal amaçlı bir cihaz olmalıdır.  
Cihaz masa üstü model ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. tank iç ölçüleri en az 495x290x1500:mm., dış ölçüleri en az S90\*425 mm. ve cihazın tank kapasitesi, en az 20 litre olmalıdır.  
Cihaz komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.  
Cihazda, döngünün başlangıcında solüsyonun içerisinde onaya çıkabilecek hava kabarcıklarını ortadan kaldıran özellik bulunmalıdır.  
Tank içinden atık suyun boşalmasını sağlayacak tertibatı mevcut olmalıdır.  
Cihaz çalışma zamanı ve sıcaklığı ayarlanabilir olmalıdır,  
Açma/Kapama anahtarı, su sıcaklığı seçme ayarı, zaman ayarı, tek bir kontrol panosu, üzerinde toplanmış olmalı ve dijital kontrollü olmalıdır.  
Cihaz çok programlı olmalıdır.

Cihaz tank sıvısının sıcaklığı en fazla 70 dereceye kadar ayarlanabilir olmalıdır.  
Cihazın çalışma frekansı en az <40 kHz %5 olmalıdır.  
Cihaz kontrol paneli su geçirmez (waterprof) olmalıdır.  
Cihaz, başlama tuşuna basılmak suretiyle çalışmasına başlamalı kazan içi ısısını seçilen ısı değerine getirmeli ve seçilen zaman süresince çalıştıktan sonra otomatik olarak durmalıdır.  
Cihazın ağırlığı en fazla 18 kg olmalıdır.  
Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır,  
İlgili firma tarafından yetkili personele eğitim vermelidir.  
Cihaz 220V/50 Hz. şehir cerevamı ile çalışacak ve %10 oranındaki voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyecektir.  
Cihaz CE işaretlerine ve UBB kaydına sahip olmalıdır.  
Teklif verecek firmalar cihaz için TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.  
Ürün alınma demo yapılarak karar verilecektir.  
Cihazla birlikte 1 Adet paslanmaz çelik orijinal tel sepeti, 1 Adet paslanmaz çelik cihaz kapağı verilmelidir

Osman Özyolcu  
Sterilizasyon  


Osman Başoğlu  
Sağlık Bakanlığı  


Ali Ercan Yılmaz  
Sağlık Tekn.  
