

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

10.09.2024

Sayı: 563  
Konu: KOTER KALEMİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktar ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.09.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOTER KALEMİ			1500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaşılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## SMT1098 KOTER KALEMİ

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Ürün, cerrahi işlemlerde kanamayı önlemek için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Ürünün kesici ve koagüle edici ucu2-3cm teflon veya paslanmaz çelik kaplı olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	3. Ürüne değişik uzunluk ve yapıdaki (paslanmaz çelik veya teflondan oluşan iğne, topuz ve bıçak uçları)takılabilmelidir. 4. Ürünün en az 3 metre uzunluğunda kablosu olmalıdır. 5. Ürünün elektrod uzunluğu 20-25 cm olmalıdır. 6. Ürünün hem kesici (cut) hem de koagüle edici iki kontrol düğmesi olmalıdır. Kontrol düğmesi kesive koagulasyon geçişlerinde takılı kalmamalıdır. 7. Ürünün bağlantısı üç girişli standart fiş ile sağlanmalıdır. 8. Ürün ameliyathanelerdeki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır. 9. Ürün aktif uca kadar izolasyonlu olmalıdır. 10. Ürün ergonomik olmalıdır. 11. Ürün elle kontrol edilebilmelidir.
<b>Genel Hükümler:</b>	12. Ürün steril,tekli pakette ve tek kullanımlık olmalıdır. 13.Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

*Ayhan Gök*

**Sibel BORAN**  
Hemşire

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastane.  
**Enver KALAYCI**  
Tıbbi Sekreter