

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 24AT1206948

11.09.2024

Konu: 3 Kalem Biyomedikal Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16/09/2024 Tarih ve saat: 10:00 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARGİ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TANSİYON ALETLERİ, TANSİYON ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR KOLDAN MANUEL PUARLI YETİŞKİN		10	Adet		
2	TANSİYON ALETLERİ, TANSİYON ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR KOLDAN MANUEL PUARLI PEDIATRİK		5	Adet		
3	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, NON İNVAZİV / INFRARED HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI		5	Adet		
Genel Toplam (KDV Hariç)						

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın almanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ŞARTNAME

TANSİYON ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR KOLDAN MANUEL PUARLI PEDIATRİK

1. Tansiyon aleti aneroid tipinde olmalı manometre haznesi ve puar kaşığı nikel kaplama kromajlı olmalıdır.
2. Manometre gövdesi ve puar kaşığı tek parça olmalı, vidalanmış veya yapıştırılmış olmamalıdır.
3. Manometrenin camı metal çerçeve üzerinde bulunan özel yuvasına oturmalı, manometre açıldığında cam çerçeveden ayrılmamalıdır.
4. Manometre 47-50 mm çapında olup skala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası skala üzerinde baskılı olmalıdır.
5. Manometre kadranı gayet hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalı, kadran 0-300 mmHg basınç göstergeli olmalıdır.
6. Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyon geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini taşıyan orijinal bir etiket bulunmalıdır ve kalibrasyon sertifikaları ile gönderilmelidir.
7. Manometre iç mekanizmasında plastik malzeme kullanılmamalı, manometre gövdesinden manometre diyaframına hava taşıyan boru bakırdan yapılmış ve sıkıca lehimlenmiş olmalıdır.
8. Manşet dış bezi kancalı olup, dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş yıkanabilir olmalı, üzerinde marka ve menşei belirten etiketi bulunmalıdır.
9. Manşet dış bez ölçüleri 10x39 cm (+/-0,5cm) olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (19-29 cm aralığında) belirtilmiş olmalı ve steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.
10. Manşet iç lastik ölçüleri 7x20 mi cm (+/- 2cm) olmalıdır.
11. Her cihaz için 1 adet manşon(iç lastiğiyle birlikte) yedek verilmelidir.
12. Manşet iç lastik hortumları çiftli olup çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
13. İç lastik yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.
14. Puar yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı markası ve menşei bulunmalıdır.
15. Puar, iç lastiği kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.
16. Tansiyon aleti iyi cins suni deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzerinde orijinal markası ve modeli belirtilmiş çantasında olmalıdır.
17. Tansiyon aletinin yanında aynı üretici firmaya ait steteskop verilmelidir.
18. Cihazların manometre camlarının gerektiğinden açılabilmesi için gerekli 2 adet orijinal el aleti cihazların teslimi sırasında ücretsiz verilecektir.
19. Cihazın ibre ayarı rahatlıkla yapılabilir olmalıdır.
20. Numune kontrolünden sonra onay verilecektir.
21. Cihazlar orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.
22. Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE,ISO)haiz ve Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı olmalıdır
23. ÜTS Kaydı için firma teklifle birlikte Firma Satış Yeri Yeterlilik Belgesi' de beyan edecektir.
24. Faturada talep edilen malzemenin tam ismi geçmeli ve ÜTS kodu belirtilmelidir.
25. Garanti süresi (2 yıl) boyunca cihazın aktif çalışması sağlanacaktır. Cihazların aktif çalışma süresi (uptime) 7 gün 24 saat üzerinden %95 olmalıdır. Bu sürenin sağlanamaması durumunda gecikilen her sürenin 2 katı kadar garanti süresine eklenecektir.

Özlem Keleş
Sorumlu Hemşire
HKS

Tuğba DENİZ ŞAHİN
Hemşire

Mizgin ALPDAĞ
Hemşire

ŞARTNAME

TANSİYON ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR KOLDAN MANUEL PUARLI YETİŞKİN

1. Tansiyon aleti aneroid tipinde olmalı manometre haznesi ve puar kaşığı nikel kaplama kromajlı olmalıdır.
2. Manometre gövdesi ve puar kaşığı tek parça olmalı, vidalanmış veya yapıştırılmış olmamalıdır.
3. Manometrenin camı metal çerçeve üzerinde bulunan özel yuvasına oturmalı, manometre açıldığında cam çerçeveden ayrılmamalıdır.
4. Manometre 47-50 mm çapında olup skala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası skala üzerinde baskılı olmalıdır.
5. Manometre kadranı gayet hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalı, kadran 0-300 mmHg basınç göstergeli olmalıdır.
6. Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyon geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini taşıyan orijinal bir etiket bulunmalıdır ve kalibrasyon sertifikaları ile gönderilmelidir.
7. Manometre iç mekanizmasında plastik malzeme kullanılmamalı, manometre gövdesinden manometre diyaframına hava taşıyan boru bakırdan yapılmış ve sıkıca lehimlenmiş olmalıdır.
8. Manşet dış bezi kancalı olup, dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş yıkanabilir olmalı, üzerinde marka ve menşei belirten etiketi bulunmalıdır.
9. Manşet dış bez ölçüleri 13X47 cm (+0,5cm) olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (29-40 cm aralığında) belirtilmiş olmalı ve steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.
10. Manşet iç lastik ölçüleri 12x23 cm (+2cm) olmalıdır.
11. Her cihaz için 1 adet manşon(iç lastiğiyle birlikte) yedek verilmelidir.
12. Manşet iç lastik hortumları çiftli olup çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
13. İç lastik yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.
14. Puar yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı markası ve menşei bulunmalıdır.
15. Puar, iç lastiği kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.
16. Tansiyon aleti iyi cins suni deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzerinde orijinal markası ve modeli belirtilmiş çantasında olmalıdır.
17. Cihazların manometre camlarının gerektiğinden açılabilmesi için gerekli 2 adet orijinal el aleti cihazların teslimi sırasında ücretsiz verilecektir.
18. Cihazın ibre ayarı rahatlıkla yapılabilmelidir.
19. Tansiyon aletinin yanında aynı marka steteskop verilmelidir.
20. Numune kontrolünden sonra onay verilecektir.
21. Cihazlar orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.
22. Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE,ISO)haiz ve Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı olmalıdır.
23. ÜTS Kaydı için firma teklifle birlikte Firma Satış Yeri Yeterlilik Belgesi'de beyan edecektir.
24. Faturada talep edilen malzemenin tam ismi geçmeli ve ÜTS kodu belirtilmelidir.
25. Garanti süresi boyunca cihazın aktif çalışması sağlanacaktır. Cihazların aktif çalışma süresi (uptime) 7 gün 24 saat üzerinden %95 olmalıdır. Bu sürenin sağlanamaması durumunda gecikilen her sürenin 2 katı kadar garanti süresine eklenecektir.

Ozkan Kulus
Sorumlu Memur
Ozkan

Tugba DENİZ SAHİN
Hemşire

Mügin ACPDAĞ
Sağ

1) TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Temassız ve alından ölçme modu mevcut olmalıdır.
2. Kesin, tutarlı ve hassas ölçümler yapmalıdır.
3. Temassız olarak Non-invazif alından 2,5 cm'ye kadar ölçüm yapmalıdır.
4. 2 saniyede ölçüm yapmalıdır.
5. Yönlendirme sistemi & nişan alma ışığı olmalıdır.
6. Doğru ölçüm almayı sağlayan yakınlık sensörü ve doğru nokta saptama için pozisyonlandırma sistemi mevcut olmalıdır.
7. Yeni doğanların, çocukların ve yetişkinlerin kullanımına uygun olmalıdır.
8. Sıvı kristal ekrana sahip olmalıdır. Ekran kolay okunabilen geniş LCD ekran olmalıdır.
9. Ölçüm aralığı 34 °C – 43 °C aralığında olup doğruluğu 0.2°C olmalıdır.
10. Çalışma sıcaklığı 15°C – 40 °C aralığında olmalıdır.
11. Karanlıkta ölçüm yapabilmek için arka ekran ışığı ve sessiz modu bulunmalıdır.
12. C (Celsius) ve F (Fahrenheit) olmak üzere iki degerde ölçüm yapabilmelidir.
13. 4 adet AAA şarjlı pil ve koruyucu kapağı cihaz ile birlikte verilmelidir.
14. Cihaz komisyon tarafından kontrol edilip denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

15. Cihazlar en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

16. İdarenin isteği doğrultusunda numune istenebilecektir.

Ozlem Kiliç
Sorumlu Hemşire
Ozlem

Tuğba DENİZ SAHİN
Hemşire
Tuğba

Mizgin ALPDAĞ
Hemşire
Mizgin