

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/71
KONU : Mal Alımı Hk.

17.09.2024

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Hizmet alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 20.09.2024 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Aspiratör Filtresi	Adet	10		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 20.09.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza⁽²⁾

ASPIRATÖR FİLTRESİ HİDROFOBİK FİLTRE

- 1- İstenilen hidrofobik filtre sıvı teması halinde hava akışını kesecek yapıda olmalıdır.
- 2- İstenilen hidrofobik filtre Bıçakçılar vacullne maxi M4X67000 model cerrahi aspiratörlerine uyumlu olmalıdır.
- 3- Hastanemizde bulunan bıçakçılar marka Kavanoz kapağı üzerinde bulunan yuva içine takılabilir olmalı ve filtrenin kirlendiği rahatlıkla izlenebilir olmalıdır.
- 4- İstenilen hidrofobik filtre şeffaf yapıda olmalı ve filtrenin kirlendiği rahatlıkla görülebilmelidir.
- 5- İstenilen filtre aspirasyon işleminde bakteri tutucu filtreleme yaparak hava geçişine izin vermeli ve sıvı geçişini engellemelidir. Bakteri tutma özelliği sayesinde filtreleme işlemini gerçekleştirmeli, kavanozlardan pompaya sıvı geçişini engellemelidir.
- 6- Gönderilen malzeme Hastanemizde daha önce kullanılan marka ve model ise numune değerlendirilmeyecektir aksi halde Değerlendirme için en az 2 (iki) adet numune teslim edilecektir.

Ahmet ARAS
Tıbbi Sekreter
T 20169
Tachrov İlçe Hastanesi

Fatih ÇİÇEK
Tıbbi Sekreter

Ahmet ÜNVER
Tıbbi Sekreter