

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.09.2024

Sayı: 590

Konu: CERRAHİ ALET PLASTİK KONTEYNİR KİLİDİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.09.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CERRAHİ ALET KONTEYNİR KİLİDİ (PLASTİK KONTEYNİR KİLİDİ)			10000	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2024


Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## PLASTİK KONTEYNER KILIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üretici firma EN ISO 9001 : 2000 Kalite Belgesine sahip olmalıdır .
2. Konteynerlarda kilitleme imkanına sahip olmalıdır .
3. Ürün 134 ° C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır .
4. Ürün üzerinde kilit bölümünden uzun kısım tamamlanmış olmalı ve kilitleme kiti çıkmamalıdır .
5. Ürünün rengi mavi veya kırmızı olmalıdır .
6. Ürünün kutusunda 1.000 adet buhar plastik konteyner kilidi bulunmalıdır .
7. Kilit kırılması istenildiğinde kolayca kırılmalıdır .
3. Numune değerlendirme için 50 adet ürün teslim edilecektir .
7. Aşağıdaki ölçüleri sağlanmalıdır



Serhat AKKUS  
Sterilizasyon Birimi Sorumlusu