



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-254945277  
Konu : TEKLİFE DAVET

25.09.2024

TEKLİFE DAVET  
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **KORUYUCU MALZEMELER** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **01.10.2024 tarih ve saat 10:30'a kadar [dogubayazitadsmstinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmstinalma@gmail.com)** adresinize göndermenizi rica ederim.

**Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK**  
İdari Ve Mali İşler Müdürü

| SIRA NO | MALZEME ADI   | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------|---|-------|--------|-------------|--------------|
| 1       | KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN ( ETEK VE YELEK-PALTO TİPİ)  | ADET  | 4      |             |              |
| 2       | KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK PEDIATRİK ( ETEK VE YELEK-PALTO TİPİ) | ADET  | 2      |             |              |
| 3       | KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN( TİROİD-STERNUM)             | ADET  | 4      |             |              |

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 18C9D9BC-22B6-43A9-ABFF-6C87F1481D73

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfık Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400  
Telefon No: 4723124022  
e-Posta: İnternet Adresi: [dogubayazitadsm.saglik.gov.tr](http://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR  
Sağlık Memuru  
Telefon No:



|   |   |      |   |  |  |
|---|---|------|---|--|--|
| 4 | KORUYUCU<br>DONANIM<br>KURŞUN<br>ÖNLÜK<br>PEDIATRİK<br>(TİROİD-<br>STERNUM) | ADET | 2 |  |  |
|---|---|------|---|--|--|

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ);

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**OLUR**  
**MEHMET NURİ İLÇİ**

**NOTLAR**

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam tutar firma tarafından yazılmař
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir,kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valilięi ihale yönetim sisteminde ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceęiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda sipariři çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan dięer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler(rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Saęlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

**ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2**  
**e-posta: [dogubavazitadsmstinalma@gmail.com](mailto:dogubavazitadsmstinalma@gmail.com)**  
**Telefon No: 0472 312 40 21**

**Mehmet Nuri İLÇİ**  
**Başhekim**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doęrulama kodu: 18C9D9BC-22B6-43A9-ABFF-6C87F1481D73

Belge doęrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doęubayazıt/AĞRI 04400  
Telefon No: 4723124022  
e-Posta: İnternet Adresi: [dogubavazitadsm.saglik.gov.tr](mailto:dogubavazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR  
Saęlık Memuru  
Telefon No:





254765590

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN

## AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

### BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

23/09/2024

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
F. KARAN  
Tasınır Kayıt Yetkilisi



| S.S. Sağlık Bakanlığı   |                                    | TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ       |   | DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ |             | 23.09.2024 |  |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------|------------|--|
| S.S. Sağlık Bakanlığı   |                                    | S.AĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU |   | Tarih:                                  |             | 23.09.2024 |  |
| TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ   |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI: RADYOLOJİ  |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| S.N   | DMO& BARKOD& UBB KODU <sup>1</sup> | TAŞINIR KODU <sup>1</sup>          | MALZEME ADI   | TALEP MİKTARI                           | ÖLÇÜ BİRİMİ |            |  |
| 1   |                                    | 255-01-05-01-241000795             | KORUYUCU MALZEMELER, KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN (ETEK ve YELEK - PALTO TİPİ)  | 4                                       | ADET        |            |  |
| 2   |                                    | 255-01-05-01-241000800             | KORUYUCU MALZEMELER, KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK PEDIATRİK (ETEK ve YELEK - PALTO TİPİ) | 2                                       | ADET        |            |  |
| 3   |                                    | 255-01-05-01-241004475             | KORUYUCU MALZEMELER, KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN (TIROİD - STERNUM)            | 4                                       | ADET        |            |  |
| 4   |                                    | 255-01-05-01-241004476             | KORUYUCU MALZEMELER, KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK PEDIATRİK (TIROİD - STERNUM)           | 2                                       | ADET        |            |  |
| Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz. |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| <b>TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ</b>   |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| Kurumumuz radyoloji biriminde insan sağlığını etkileyen kanserli doku oluşumu ve organ kaybının yanında ölümlere kadar varan kötü sonuçlara neden olan Panoramik ve Periapikal Röntgen cihazlarından yayılan X ışınından korunabilmek için kurşun önlük ihtiyacımıza binaen.  |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU  |                                    | UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR            |   |   |             |            |  |
| FIRAT ÇAKAN   |                                    | İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI    |   |   |             |            |  |
| T.C. DOĞUBAYAZIT  |                                    | 23.09.2024                         |   |   |             |            |  |
| Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi   |                                    | Ağrı Sağlık İl Müdürlüğü           |   |   |             |            |  |
| Firat ÇAKAN   |                                    | Doğubayazıt İlçe Sağlık Merkezi    |   |   |             |            |  |
| İletişim Tel No: Taşınır Kayıt Yetkilisi  |                                    | Taşınır Kayıt Yetkilisi            |   |   |             |            |  |
| <b>DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ</b>  |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| Taşınır Kayıt Yetkilisinin  |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| Adı Soyadı ve İmzası  |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| T.C. DOĞUBAYAZIT  |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi   |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| Firat ÇAKAN   |                                    |                                    |   |   |             |            |  |
| Taşınır Kayıt Yetkilisi   |                                    |                                    |   |   |             |            |  |

|  |   |
|--|---|
| Yukarıda miktarı belirtildiği üzere ..... nolu kalemler depoda mevcuttur.  |   |
| Yukarıda miktarı belirtildiği üzere ..... nolu kalemler depoda mevcut değildir                                     |   |
| <b>MKYS Kontrolü Yapılmıştır.</b>  | 23.08.2018  |
| ..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.  | Adı Soyadı ve İmzası<br>T.C. D. GÜBAYAZIT   |
| ..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.                              | Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi<br>HATİ ÇAKAN   |
| <b>Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.</b>                           | Yaşınır Kayıt Yetkilisi<br>UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.   |
| 23.08.2018   | 23.08.2018  |
| Gerçekleştirme Görevlisi   | Harcama Yetkilisi   |
| İdari Mali İşler Müdürü<br>Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü<br>Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi<br>BAĞCILAR YOLU<br>52100 İZMİR | Başhekim<br>Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü<br>Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi<br>BAĞCILAR YOLU<br>52100 İZMİR |

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMÖ Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DÖK.KODU:MC.FR.08

YAY.TAR: 23.01.2018

REV.TA

## X RAY KORUYUCU ETEK - YELEK MODEL KURSUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ÖN TARAFTA 0,50 MM PB KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR. KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ARKA TARAFTA 0,25 MM PB KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR.
- 2- TAM KORUMA SAĞLAYARAK ÖNÜ TAMAMEN ÜST ÜSTE GELEK KAPATMALIDIR. AYRICA ÜST ÜSTE GELEN KISIMLAR 0,50 MM PB BİR KORUMA SAĞLAMALIDIR.
- 3- ÖNLÜK ÜST VE ALT OLMAK ÜZERE YELEK VE ETEK ŞEKLİNDE İKİ PARÇADAN OLUŞMALIDIR. İSTENİRSE YALNIZ ÜST VEYA ALT KISMI KULLANILABİLMELİDİR.
- 4- KURŞUN ÖNLÜK ASKIYA TAKILABİLMESİ İÇİN ETEK ÜZERİNDE ASKI YERLERİNİN OLMASI GEREKMEKTEDİR.
- 5- KURŞUN ÖNLÜĞÜN ERGONOMİK KULLANIMI VE UZUN ÖMÜR AÇISINDAN ÖNLÜĞÜN İÇ KUMAŞ KAPLAMASI VE KUMAS RENGİ İLE DIŞ KUMAŞ KAPLAMASI VE RENGİ FARKLI OLMALIDIR.
- 6- KURŞUN ÖNLÜĞÜN GÜVENLİK STANDARTLARI GEREĞİ ÖN YÜZÜNDE VE İÇ KISMINDA DOZİMETRE CEBİ OLMALIDIR.
- 7- KURŞUN ÖNLÜĞÜN ETEK KISMINDA ETEK CEBİ OLMALIDIR. İSTENİLDİĞİNDE ÖNLÜK CEBİ ÜZERİNE İSİM YAZILMALIDIR.
- 8- ÖNLÜĞÜN EBATLARININ BELİRLENMESİ İÇİN FİRMANIN SS – SM-SL-MS-MM-ML-LS-LM-LL EBAT VE TSE STANDARTLARINDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR. HASTANE İSTEDİĞİ EBATLARDA SEÇİM YAPABİLMELİ VE BU EBATLAR DOĞRULTUSUNDA TESLİM YAPILMALIDIR.
- 9- ÖNLÜK ETİKETİNDE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, SATICI FİRMA BİLGİLERİ, BEDEN BİLGİLERİ, ÜRETİM TARİHİ, LOT NUMARASI, BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
- 10- KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN, İNCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.
- 11- KURŞUN ÖNLÜKLER İSTENİLDİĞİNDE ÖZEL OLARAK ÜRETİLMELİ, ÖZEL KALIP VE EBATLARDA OLABİLMELİDİR. BEDEN ÖLÇÜSÜ ALINARAK BEDENE GÖRE ÖZEL ÜRETİLMELİDİR. SAĞLIKLI VE ERGONOMİK KULLANIM AÇISINDAN.
- 12- KURŞUN ÖNLÜĞÜN YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERİYAL KULLANILMAMALIDIR
- 13- X RAY KORUYUCU KURŞUN ÖNLÜĞÜNÜN KULLANIMI KOLAY VÜCUDU SARAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR VE ÖNLÜK ÖN TARAFIN HER BÖLGESİNDE 0,50 PB KORUMA SAĞLAMALIDIR.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fuat ÇAKAN  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Didi UÇAR  
Tabii Sekreter

UĞUR BAŞKAYA  
Tasınır Kayıt Yetkilisi



14- KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR. ÖNLÜĞÜN BİYELERİ SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

15- KURŞUN ÖNLÜKLERİN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTI VERMELİDİR.

16 - KURŞUN ÖNLÜKLERİNİN İSO BELGELERİNİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR

17- KURŞUN ÖNLÜKLERDE RENK TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR.SATICI FİRMANIN UBB KAYIT NUMARASI OLMALIDIR.

18-RADYASYON KORUYUCU ÜRÜNLER 89/686/EEC YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMALI VE KAREGORİ III GÖRE BELGELENDİRİLMİŞ, ULUSLAR ARASI ONAYLI DÖRT HANELİ CE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

19-ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ YAPAN ÜRETİCİYE AİT İSO 9001:2008 KALİTE BELGESİ OLMALIDIR.

20-ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ YAPAN ÜRETİCİYE AİT OHSAS 18001: 2007 BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

21- ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN RADYASYON KORUYUCU MEATERYALE İLİŞKİN TAEK TEST VE ANALİZ RAPORU OLMALIDIR.

22-ÜRÜNLERİN TAEK TARAFINDAN TEST EDİLDİĞİNE VE UYGUNLUĞUNUN İNCELENDİĞİNE DAİR TAEK RADYASYON GEÇİRGENLİĞİ TEST RAPORU BULUNMALIDIR.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkez:  
Fırat ÇAKAN  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Didi UÇAR  
Tıbbi Sekreter

UĞUR FAŞKAYA  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

## X RAY KORUYUCU ETEK - YELEK MODEL KURSUN ÖNLÜK PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ÖN TARAFTA 0,50 MM PB KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR. KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ARKA TARAFTA 0,25 MM PB KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR.
- 2- TAM KORUMA SAĞLAYARAK ÖNÜ TAMAMEN ÜST ÜSTE GELEREK KAPATMALIDIR. AYRICA ÜST ÜSTE GELEN KISIMLAR 0,50 MM PB BİR KORUMA SAĞLAMALIDIR.
- 3- ÖNLÜK ÜST VE ALT OLMAK ÜZERE YELEK VE ETEK ŞEKLİNDE İKİ PARÇADAN OLUŞMALIDIR. İSTENİRSE YALNIZ ÜST VEYA ALT KISMI KULLANILABİLMELİDİR.
- 4- KURŞUN ÖNLÜK ASKIYA TAKILABİLMESİ İÇİN ETEK ÜZERİNDE ASKI YERLERİNİN OLMASI GEREKMEKTEDİR.
- 5- KURŞUN ÖNLÜĞÜN ERGONOMİK KULLANIMI VE UZUN ÖMÜR AÇISINDAN ÖNLÜĞÜN İÇ KUMAŞ KAPLAMASI VE KUMAS RENGİ İLE DIŞ KUMAS KAPLAMASI VE RENGİ FARKLI OLMALIDIR.
- 6- KURŞUN ÖNLÜĞÜN GÜVENLİK STANDARTLARI GEREĞİ ÖN YÜZÜNDE VE İÇ KISMINDA DOZİMETRE CEBİ OLMALIDIR.
- 7- KURŞUN ÖNLÜĞÜN ETEK KISMINDA ETEK CEBİ OLMALIDIR. İSTENİLDİĞİNDE ÖNLÜK CEBİ ÜZERİNE İSİM YAZILMALIDIR.
- 8- ÖNLÜĞÜN EBATLARININ BELİRLENMESİ İÇİN FİRMANIN SS – SM-SL-MS-MM-ML-LS-LM-LL EBAT VE TSE STANDARTLARINDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR. HASTANE İSTEDİĞİ EBATLARDA SEÇİM YAPABİLMELİ VE BU EBATLAR DOĞRULTUSUNDA TESLİM YAPILMALIDIR.
- 9- ÖNLÜK ETİKETİNDE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, SATICI FİRMA BİLGİLERİ, BEDEN BİLGİLERİ, ÜRETİM TARİHİ, LOT NUMARASI, BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
- 10- KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN, İNCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.
- 11- KURŞUN ÖNLÜKLER İSTENİLDİĞİNDE ÖZEL OLARAK ÜRETİLMELİ, ÖZEL KALIP VE EBATLARDA OLABİLMELİDİR. BEDEN ÖLÇÜSÜ ALINARAK BEDENE GÖRE ÖZEL ÜRETİLMELİDİR. SAĞLIKLI VE ERGONOMİK KULLANIM AÇISINDAN.
- 12- KURŞUN ÖNLÜĞÜN YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERİYAL KULLANILMAMALIDIR
- 13- X RAY KORUYUCU KURŞUN ÖNLÜĞÜNÜN KULLANIMI KOLAY VÜCUDU SARAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR VE ÖNLÜK ÖN TARAFIN HER BÖLGESİNDE 0,50 PB KORUMA SAĞLAMALIDIR.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
FRAUÇAKAN  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Diçel UÇAR  
Tıbbi Sekreter

UĞUR BASKAYA  
Tasınır Kayıt Yetkilisi



14- KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR. ÖNLÜĞÜN BİYELERİ SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

15- KURŞUN ÖNLÜKLERİN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTI VERMELİDİR.

16 - KURŞUN ÖNLÜKLERİNİN İSO BELGELERİNİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR

17- KURŞUN ÖNLÜKLERDE RENK TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR.SATICI FİRMANIN UBB KAYIT NUMARASI OLMALIDIR.

18-RADYASYON KORUYUCU ÜRÜNLER 89/686/EEC YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMALI VE KAREGORİ III GÖRE BELGELENDİRİLMİŞ, ULUSLAR ARASI ONAYLI DÖRT HANELİ CE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

19-ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ YAPAN ÜRETİCİYE AIT ISO 9001:2008 KALİTE BELGESİ OLMALIDIR.

20-ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ YAPAN ÜRETİCİYE AIT OHSAS 18001: 2007 BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

21- ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN RADYASYON KORUYUCU MEATERYALE İLİŞKİN TAEK TEST VE ANALİZ RAPORU OLMALIDIR.

22-ÜRÜNLERİN TAEK TARAFINDAN TEST EDİLDİĞİNE VE UYGUNLUĞUNUN İNCELENDİĞİNE DAİR TAEK RADYASYON GEÇİRGENLİĞİ TEST RAPORU BULUNMALIDIR.

T.C. DOĞUBAYAZI  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Dicle UÇAR  
Tıbbi Sekreter

UĞUR BAS KAYA  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

## X RAY KORUYUCU TROİD KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-TİROİD KORUYUCU 0,50 MM PB KURŞUNA EŞ DEĞER KAUCUK KURŞUN BİLEŞİMİNDEN YAPILMIŞTIR
- 2-KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN, İNCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI DIR.
- 3-TİROİD KORUYUCU YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERİYAL KULLANILMAMIŞTIR.
- 4 -KULLANIMI RAHAT VE YAPIŞMA BANTLIDIR.
- 5 -KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİPTİR.
- 6- TROİD KORUYUCU NUN ERGONOMİK KULLANIMI VE UZUN ÖMÜR AÇISINDAN ÖNLÜĞÜN İÇ KUMAŞ KAPLAMASI VE KUMAS RENGİ İLE DIŞ KUMAS KAPLAMASI VE RENGİ FARKLI OLMALIDIR.
- 7-TROİD KORUYUCULARIN KULLANIM KOLAYLIĞI AÇISINDAN ALIM ESNASINDA KURUMUN STANDART TROİD KORUYUCU VEYA UZANTILI (ŞAPKA TİP) TROİD KORUYUCU SEÇİMİNDE BULUNACAKTIR.
- 8-TROİD KORUYUCULARDA RENK TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR.SATICI FİRMANIN UBB KAYIT NUMARASI OLMALIDIR.
- 9- TROİD KORUYUCULARIN ETİKETİNDE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, SATICI FİRMA BİLGİLERİ, BEDEN BİLGİLERİ, ÜRETİM TARİHİ, LOT NUMARASI, BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
- 10-HASTANEDEN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE SATICI FİRMA NUMUNE GÖNDERMELİDİR.
- 11-RADYASYON KORUYUCU ÜRÜNLER 89/686/EEC YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMALI VE KAREGORİ III GÖRE BELGELENDİRİLMİŞ, ULUSLAR ARASI ONAYLI DÖRT HANELİ CE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 12-ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ YAPAN ÜRETİCİYE AIT İSO 9001:2008 KALİTE BELGESİ OLMALIDIR.
- 13-ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ YAPAN ÜRETİCİYE AIT OHSAS 18001: 2007 BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 14- ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN RADYASYON KORUYUCU MEATERYALE İLİŞKİN TAEK TEST VE ANALİZ RAPORU OLMALIDIR.
- 15-ÜRÜNLERİN TAEK TARAFINDAN TEST EDİLDİĞİNE VE UYGUNLUĞUNUN İNCELENDİĞİNE DAİR TAEK RADYASYON GEÇİRGENLİĞİ TEST RAPORU BULUNMALIDIR.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
FİRAL ÇAKAN  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Didem UÇAR  
Tıbbi Sekreter

UGUR BAŞKAYA  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

THE NATIONAL  
EMERGENCY

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535



## X RAY KORUYUCU TROİD KORUYUCU PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-TİROİD KORUYUCU 0,50 MM PB KURŞUNA EŞ DEĞER KAUÇUK KURŞUN BİLEŞİMİNDEN YAPILMIŞTIR
- 2-KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN, İNCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI DIR.
- 3-TİROİD KORUYUCU YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERİYAL KULLANILMAMIŞTIR.
- 4 -KULLANIMI RAHAT VE YAPIŞMA BANTLIDIR.
- 5 -KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİPTİR.
- 6- TROİD KORUYUCU NUN ERGONOMİK KULLANIMI VE UZUN ÖMÜR AÇISINDAN ÖNLÜĞÜN İÇ KUMAŞ KAPLAMASI VE KUMAS RENGİ İLE DIŞ KUMAS KAPLAMASI VE RENGİ FARKLI OLMALIDIR.
- 7-TROİD KORUYUCULARIN KULLANIM KOLAYLIĞI AÇISINDAN ALIM ESNASINDA KURUMUN STANDART TROİD KORUYUCU VEYA UZANTILI (ŞAPKA TİP) TROİD KORUYUCU SEÇİMİNDE BULUNACAKTIR.
- 8-TROİD KORUYUCULARDA RENK TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR.SATICI FİRMANIN UBB KAYIT NUMARASI OLMALIDIR.
- 9- TROİD KORUYUCULARIN ETİKETİNDE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, SATICI FİRMA BİLGİLERİ, BEDEN BİLGİLERİ, ÜRETİM TARİHİ, LOT NUMARASI, BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
- 10-HASTANEDEN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE SATICI FİRMA NUMUNE GÖNDERMELİDİR.
- 11-RADYASYON KORUYUCU ÜRÜNLER 89/686/EEC YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMALI VE KAREGORİ III GÖRE BELGELENDİRİLMİŞ, ULUSLAR ARASI ONAYLI DÖRT HANELİ CE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 12-ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ YAPAN ÜRETİCİYE AİT İSO 9001:2008 KALİTE BELGESİ OLMALIDIR.
- 13-ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ YAPAN ÜRETİCİYE AİT OHSAS 18001: 2007 BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 14- ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN RADYASYON KORUYUCU MEATERYALE İLİŞKİN TAEK TEST VE ANALİZ RAPORU OLMALIDIR.
- 15-ÜRÜNLERİN TAEK TARAFINDAN TEST EDİLDİĞİNE VE UYGUNLUĞUNUN İNCELENDİĞİNE DAİR TAEK RADYASYON GEÇİRGENLİĞİ TEST RAPORU BULUNMALIDIR.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Dicle UÇAR  
Tıbbi Sekreter

UĞUR BASKAYA  
Tasınır Kayıt Yetkilisi