

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

2609-7074

Sayı: 603

Konu: PEDIATRİK HD VİDEO GASTROSKOPİ CİHAZI VE PEDIATRİK HD VİDEO KOLONOSKOPİ CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.10.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, FLEKSİBLE GASTROSKOPİ TELESKOPU PEDIATRİK			1	Adet		
2	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, FLEKSİBLE KOLONOSKOPİ TELESKOPU PEDIATRİK			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

İLERİ DÜZEY PEDIATRİK ENDOSKOPIK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sistem Muhteviyatı

- A) 1 adet: Pediatrik HD Video Gastroskopi Cihazı
- B) 1 adet: Pediatrik HD Video Kolonoskopi Cihazı
- C)

1-) PEDIATRİK HD VIDEO GASTROSKOPİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Videogastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve teklif edilen pediatrik gastroskopicihazı Ünitelerde kullanılan Fuji-Film marka cihazlara uyumlu olmalıdır.

1. Videogastroskop cihazı Digital olarak görüntü büyütme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Videogastroskopun saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.
3. Videogastroskopun saha görüş derinliği 2-100mm veya 3-100mm veya 4-100mm arasında olmalıdır.
4. Videogastroskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Videogastroskopuninsertion tüp dış çapı en az 5,9--9.0 mm olmalıdır.
6. Videogastroskopun çalışma kanalı iç çapı en az 2.4—2.8 mm olmalıdır.
7. Videogastroskopun faydalı çalışma uzunluğu en az 1000 mm olmalıdır.
8. Videogastroskopun ucunun bükülebilme kapasiteleri en az; yukarı 210 derece, aşağı 90 derece , sağa 100 derece, sola 100 derece olmalıdır.
9. Cihazın su geçirmez konnektör yapısına sahip olup komple dezenfeksiyon sıvısına bastırılabilir özellikte olmalıdır.
10. Videogastroskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır

Betül SAPSUK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. İbrahim GÜLLÜK
Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji
Dip. No: 2006/000143
Uzm. Tıp No: 160083

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE

İlimiz Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk gastroenteroloji hepatoloji ve beslenme bölümünde uzman doktor olarak çalışmaktayım. Hastanemiz laboratuvar ve radyolojik tetkik imkanları ile polikliniğimize başvuran hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Gastroenteroloji bölümü olarak sadece fiziki muayene ve laboratuvar bulguları yanında patolojik olarak tanılarımızı destekleme ihtiyacı doğmaktadır. Bu sebeple erişkin gastroenteroloji ünite ve cihazlarını yaş ve kilosuna uygun sınırlı sayıda hastalarımızı da kullanmaktayız. Fakat bu her yaş gurubu için yeterli olmamaktadır. Bu sebeple endoskopi ihtiyacı için Van, Erzurum ve Trabzon gibi illere sevk ihtiyacı doğurmaktadır.

Aynı zamanda ilimize bağlı ilçelerden gelen hastaların yanı sıra, çevre il ve ilçelerden ayaktan yada sevk edilen hastalar için, çocuk gastroenteroloji ünite ve ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç sadece patolojik tanı olarak değil, aynı zamanda yutulan yabancı cisimlerin çıkarılması, üst ve alt gastrointestinal kanamalar na acilen müdahalesi yada dış merkezde tanı alan hastaların idame tedavileri ve kontrol endoskopileri için gerek duyulmaktadır.

Bilgilerinize arz olunur

26.07.2024

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. İbrahim GÜLLÜK
Pediyatrik Gastroenteroloji Hepatoloji
Dip. No: 2006/0601-19
Uzm. Tbb. No: 160083

2-) PEDIATRİK HD VİDEO KOLONOSKOPİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Videokolonoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve teklif edilen pediatrik kolonoskopi cihazı Ünitelerde kullanılan Fuji-Film marka cihazlara uyumlu olmalıdır.

1. Videoskop cihazı Digital olarak görüntü büyütme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Videoskop saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.
3. Videoskop saha görüş derinliği 2-100mm veya 3-100mm veya 4-100mm arasında olmalıdır.
4. Videoskop saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Videoskopinsertion tüp dış çapı en az 9.8 mm olmalıdır.
6. Videoskop çalışma kanalı iç çapı en az 3.2—3.7mm olmalıdır.
7. Videoskop faydalı çalışma uzunluğu en az 1600 mm olmalıdır.
8. Videoskop ucunun bükülebilme kapasiteleri ; yukarı 180-210 derece, aşağı 160 derece , sağa 160 derece, sola 160derece olmalıdır.
9. Cihazın su geçirmez konnektör yapısına sahip olup komple dezenfeksiyon sıvısına bastırılabilir özellikte olmalıdır.
10. Videoskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.

Retül SARŞIK
Mühendisi

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. İbrahim GÜLLÜK
Pediyatrik Gastroenteroloji-Hepatoloji
Dip. No: 2008/0601-19
Uzm. Tes. No: 160083