

TEKLİFE DAVET

Sayı: 244

Konu: ALÇI MAKASI ALIMI

26.09.2024

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.10.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ALÇI MAKASI			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PATNOS DEVLET HASTANESİ

ALÇI KESME MAKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen özellikler olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, kesici ağızları dışında yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır
3. Uzun süre kullanıma uygun olmalıdır.
4. Teklif edilen cerrahi aletin boyutu 20-25 cm olmalıdır.
5. Sistem ve sistem parçaları Hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir. Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa, Hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
6. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
7. Cerrahi alet, Teknik hizmetler Müdürlüğümüz ve Hastane idaresi tarafından uygun görülen birimlerimizde korozyonla ilgili testlere tabi tutulacaktır. Korozyon testine tabi tutulan örneklerin yenileri satıcı firma tarafından verilecektir.
8. Cerrahi aletlerle ilgili sterilizasyon süreci testlerinde, cerrahi aletler üzerinde korozyon, renk değişimi vb. durumlar ortaya çıkarsa, firma tüm aletleri teslim etmiş olsa dahi geri iade edilecektir.
9. Cerrahi el aletleri ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
10. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık vb. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar-uygunluk olmalıdır.
11. Firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını teklif dosyasında teklifiyle birlikte sunmalıdır. Bu katalog üzerinde teklif edilen aletler teklif sıra numarası ile belirtilerek tek tek işaretlenmiş olacaktır. Cerrahi aletin kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
12. Muayene Komisyonundan geçmeyen ürünler şartnameye uygun olsa dahi kabul edilmeyecektir.

Gıyasettin
Güreftas
Yrd