

T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü  
Taşçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/73  
KONU : Mal Alımı

27.09.2024

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 01.10.2024 tarih saat 10:00'a kadar [tdhsatinalma@gmail.com](mailto:tdhsatinalma@gmail.com) mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Sterilizasyon Rulosu ( 7.5x200)	Adet	20		
2	Sterilizasyon Rulosu (10x200)	Adet	20		
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 01.10.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  
Kaşe ve İmza <sup>(2)</sup>

## STERİLİZASYON RULOSU ŞARTNAMESİ

- ✦ Ürün ISO 9001:2000 ve CE belgeli olmalıdır.
- ✦ Rulolar etilenoksit ve buhar indikatörlü olmalı renk değişimi net olmalıdır.
- ✦ 60 gr/m<sup>2</sup> medikal kraft kağıt diğer tarafı kopolimer filminden üretilmiş olmalıdır.
- ✦ Beş kattan oluşan filmi (min.50 mikron) diğer iki katmanlı filmlerden daha dayanıklı ve esnek olmalıdır, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.
- ✦ Filmin dış polyester (PET) katman yüksek ısı dayanımı sağlarken alttaki polipropilen (PP) esaslı katman yüksek sağlamlık, esneklik ve kolay açılabilme özelliklerinin yanında yüksek yalıtım ve yırtılma direnci sağlamalıdır.
- ✦ Paketlenmiş ürünler şeffaf filmde rahatlıkla görülebilmelidir.
- ✦ ISO 11140-1 göre uygulanmış işlemci indikatörleri bulunmaktadır.
- ✦ İndikatörlerin renk değişimleri net olmalıdır.
- ✦ Vakum sistemli otoklavda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalıdır. Bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalıdır. Steril edilen paketin açılması esnasında oluşan tozlanmadan ötürü doğan kontaminasyonu minimuma indirmelidir.
- ✦ Gaz ve buhar indikatörleri, kağıt ile film arasında kenarda olmalı, yerleşimleri asıl sterilizasyon bölgesinin dışında kalmalıdır.
- ✦ Rulolarda açılma yönü bulunmalıdır.
- ✦ Ruloların eni 7,5 ve 10 cm boyu 200mt uzunluğunda olmalıdır.

Mehmet BİÇER  
Eczane Tekniker  
M. BİÇER