

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1170  
KONU : Teklife Davet

27/09/2024

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **GÖZ KAPAK SETİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/10/2024 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadinhdh@gmail.com](mailto:diyadinhdh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA  
İdari ve Mali Hiz.Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	GÖZ KAPAK SETİ ALIMI	1	ADET		

UYGUNDUR

27/09/2024

Yasin ÇOŞAK  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

**KONU:** göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin genel şartlarını kapsar.

### **GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ :**

1. İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak 0,1 mm +/- fark olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.
2. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. (Teknik olarak yazılamayan aletler, yuvarlak ve tel tipli olanlar hariçtir.)
4. Alınacak aletler 134°C'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
5. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alışverişlerinden etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamına aynı marka üzerinden tamamına teklif vereceklerdir. Aletlerin üretim yeri (menşei) USA, Almanya, İtalya, İngiltere veya İsviçre olmalıdır.
6. İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde verilecektir.
7. Ürünler FDA kalite ve güvence onaylı olacaktır.
8. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.
9. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
10. İhaleye giren firmalar teklif ettikleri ürünlerin korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edilmediğini üretici firmama tarafından apostilli belge ile beyan edecektir. Ayrıca iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale evrakları arasında vermelidir.
11. İsteklinin veya distribütör tarafından cerrahi alete bakım onarım yapacak personelin ÜTS kayıt belgesi olmalıdır .firmanın teknik servis uts numarası bulunmalıdır.
12. Cerrahi alet kalitesinin incelenebilmesi için numune talep edilmiştir.numuneleri eksik veya hatalı getiren firmaların teklifleri gecersiz sayılacaktır
13. Aşağıda set sıra numaraları verilen cerrahi aletlerden 1 er adet numune eksiksiz olarak talep edilmiştir.
14. Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını ayrıntılı anlatan Türkçe kullanım kitapçığı verilmelidir.

**KONU:** göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin teknik özelliklerini kapsar

S.NO	MALZEMENİN ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER	ADET
1	<b>K4-3004 Oblik Kas Makası</b>	Uç kısmı orta boyda,eğimli ve künt olacaktır. Ortasında kılavuz iğnesi olmalıdır.Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet delik olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.	2
2	<b>K5-1520 Korneal Penset</b>	Ucu çok hassas 1x2 dişli ve 0.12mm bağlama platformlu olan,sap kısmında ergonomik olarak dizayn edilmiş birer adet pozisyon deliği ve iç kısmında kılavuz iğnesi olup,bağlama platformu sayısı alet üzerinde silinmeyecek şekilde yazılı olmalı.Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde yazılmış kodu ve markası olmalıdır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.	1
3	<b>K5-5200 Düz Bağlama Penseti</b>	Ekstra ince uçlu 8-0 ila 11-0 suture bağlama platformlu,uç uzunluğu 6mm, tam boy uzunluğu 103mm (+/-1mm) düz bağlama penseti olacaktır. Alet paslanmaz çelikten ve üzerinde silinmeyecek şekilde kodu ve markası yazılı olup, sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet pozisyon deliği olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.	2
4	<b>K5-5210 Eğimli Penseti</b> <b>Bağlama</b>	Ekstra ince uçlu,eğimli ve 8-0 ila 11-0 suture bağlama platformlu olacaktır.Uç uzunluğu 6mm, tam boy uzunluğu 103mm olacaktır. Alet paslanmaz çelikten ve üzerinde silinmeyecek şekilde kodu ve markası yazılı olacaktır.Sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet pozisyon deliği olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.	2
5	<b>K2-3735 Temizleme Bıçağı</b>	3mm genişliğinde 6mm uzunluğunda toplam boy uzunluğu 118 (+/-1mm) olan kesici özellikte bıçak olacaktır. Sap kısmı yuvarlak ve üzerinde silinmeyecek biçimde markası yazılı olacaktır.Alet paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.	2

6	<b>K1-5691 Çift X Spekulum 15mm</b>	Tutucu kısımları açılı olacaktır.Kapak tutan kısımları tel den olarak metalden üretmiş olacaktır.Spekulum vidalı sistemle ayarlanabilir ve çift X prensibine göre tasarlanmış olmalıdır.özellikte olup zamansal yaklaşımlı spekulum olacaktır.Tutucu Bıçak uzunluğu 15mm olacaktır. Aletin üzerinde markası ve kodu yazılı olacaktır.ürün orijinal katalogda gösterilecek ve numune gösterilecektir.	2
7	<b>K1-5020 Tel Spekulum</b>	Kapak tutucusu kapalı ,diğer kısımları çelik telden imal edilmiş toplam boy uzunluğu 35mm (+/-1mm) olan kullanılan spekulum olacaktır.Kapak tutacak kısımları 15mm uzunluğunda olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir	1
8	<b>K5-6200 Konjunktiva Penseti</b>	Her iki ucu testere ağızlı ve dişli.1.2mm genişliğinde. Sap kısmının tutacak yerleri elden kaymayı önleyici biçimde üretilmiş ve Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olup.Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.	2
9	<b>K4-8510 Oblik Kas Makası</b>	Künt uçlu ve eğimli,toplam boy uzunluğu 110mm (+/-1mm) ölçüsünde, paslanmaz çelikten üretilmiş olup parmak girecek kısımlar standart ölçüde üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu yazılı olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.	1
10	<b>K6-3830 Ekstra ince İğne Tutucu 5mm</b>	Ucu ekstra ince, eğimli ve kilitsiz iğne tutucusu olacaktır.11-0 sütürler için uygundur.Alet kilitsiz olup paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.Sap kısmı kullanımı rahat yarı dairesel tipte olacaktır.Üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.	1
11	<b>K5-2020 Korneal Penset</b>	1x2 dişli,düz uçlu, 0.12mm bağlama platformlu penset olacaktır. Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet delik olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası, kodu ve platform sayısı yazılı olup paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.	2