



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 03.10.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	FİSTÜL İĞNESİ ARTER 16G	400	Adet		
2	FİSTÜL İĞNESİ VEN 16G	400	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>eleskirdhsatinalma@gmail.com</u>				Teklif Eden/...../2024 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ELEŐKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

FİSTÜL İĐNESİ, ARTER-VEN TEKNİK ŐARTNAMESİ

SMT Temel İŐlevi:	1. Hastanın fistüline yerleŐtirilerek hemodiyaliz iŐleminin sorunsuz gerçekteŐirilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	<p>2. Fistül iĐneleri ünitelerin isteĐi doĐrultusunda 15G, 16G, 17G veya 18G aralıĐında seçenekleri olmalıdır. İĐne uçları açılı kesim, paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.</p> <p>3. Her iki fistül iĐnesinde de iĐne boyları 2 - 3cm aralıĐında, fistül iĐneleri tüp uzunluĐu 15- 30cm olmalı, ayarlı klemp ve kapaklı olmalıdır. Klempler sert olmamalıdır.</p> <p>4. Arter fistül iĐnesinde de dinamik kan akımını saĐlamak ve iĐnenin damar duvarına yapıŐmasını engellemek için uç kısmına yakın kenar deliĐi olmalıdır.</p> <p>5. Arter iĐnelerinin kırmızı, ven iĐnelerinin mavi renk kodlu kanatları olmalıdır.</p> <p>6. Setler antialerjik sterilizasyon yöntemi ile veya standart sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır. Kullanıcı tercihi doĐrultusunda deĐiŐiklik gösterecektir.</p>
Teknik Özellikleri:	<p>7. Arter ven iĐneleri; pürüzsüz, apirojen, nontoksik ve atravmatik yapıda olmalıdır.</p> <p>8. Arter ve ven fistül uçları 360 derece kendi etrafında dönecek Őekilde olmalıdır.</p> <p>9. İĐneler tüm arter – ven setleri ile uyumlu olmalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>10. Standart sterilizasyon yöntemi ETO, antialerjik sterilizasyon yöntemi ise BUHAR veya GAMA olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ve yöntemi orijinal ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.</p> <p>11. Fistül iĐneleri arter ve ven olarak ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.</p>

İpek ÖZNEÇ

Erkan Karaman

ELEŐKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
FİSTÜL İĐNESİ, ARTER-VEN TEKNİK ŐARTNAMESİ

SMT Temel İŐlevi:	1. Hastanın fistüline yerleŐtirilerek hemodiyaliz iŐleminin sorunsuz gerçekteŐirilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	2. Fistül iĐneleri ünitelerin isteĐi doĐrultusunda 15G, 16G, 17G veya 18G aralığında seçenekleri olmalıdır. İĐne uçları açılı kesim, paslanmaz çelik yapıda olmalıdır. 3. Her iki fistül iĐnesinde de iĐne boyları 2 - 3cm aralığında, fistül iĐneleri tüp uzunluĐu 15- 30cm olmalı, ayarlı klemp ve kapaklı olmalıdır. Klempler sert olmamalıdır. 4. Arter fistül iĐnesinde de dinamik kan akımını saĐlamak ve iĐnenin damar duvarına yapışmasını engellemek için uç kısmına yakın kenar deliĐi olmalıdır. 5. Arter iĐnelerinin kırmızı, ven iĐnelerinin mavi renk kodlu kanatları olmalıdır. 6. Setler antialerjik sterilizasyon yöntemi ile veya standart sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır. Kullanıcı tercihi doĐrultusunda deĐiŐiklik gösterecektir.
Teknik Özellikleri:	7. Arter ven iĐneleri; pürüzsüz, aprotjen, nontoksik ve travmatik yapıda olmalıdır. 8. Arter ve ven fistül uçları 360 derece kendi etrafında dönecek şekilde olmalıdır. 9. İĐneler tüm arter - ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
Genel Hükümler:	10. Standart sterilizasyon yöntemi ETO, antialerjik sterilizasyon yöntemi ise BUHAR veya GAMA olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ve yöntemi orijinal ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 11. Fistül iĐneleri arter ve ven olarak ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.

İpek Güneş

Erkan Karaman