

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.09.2024

Sayı:

Konu: Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemi Malzemesi Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **04/10/2024** Tarih ve saat: **10:00** 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI AKTİF KARBON FİLTRE		50	Litre		
2	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA		1	Adet		
3	HEMODİYALİZ CİHAZI SU ARITMA ÜNİTESİ HAVA FİLTRESİ (SERTOVENT)		1	Adet		
Genel Toplam (KDV Hariç)						

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SU ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILAN AKTİF KARBON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ISO 9001-2008-240054977

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözülmüş organik maddeleri tutma özelliğine sahip olmalıdır.
2. Coconat bazlı olmalıdır.
3. Yüksek gözenekliğe sahip olmalıdır.
4. Granül formunda olmalıdır.
5. Yüzey alanı en az 1000 m²/g olmalıdır.
6. Iodine numarası en az 900 mg/ olmalıdır.
7. En az % 90 18*30 ASTM olacaktır.
8. Aktif karbon yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra aktif karbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
9. Karbon yüklenici firma üretici firma tarafından yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır
10. Yüklenici firma bütün malzemelerin numunesini gönderip numune değerlendirmesi yapıldıktan sonra sipariş verilecektir
11. Numunesi uygun görülmeyen firmanın kargo ücreti gönderen firma tarafından karşılanacaktır
12. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 belgesine sahip olmalıdır.
13. Aktif karbon değiştirecek personelin su sistemleri üzerine eğitim sertifikası olmalıdır.
14. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin yukarı da belirtilen belgelerini teklif ile birlikte sunmaları zorunludur.
15. Yüklenici firma aktif karbonu değiştireceğine dair teklifi ile birlikte taahhüt verecektir.

VEYSEL ATAŞ
DİYALİZ TEKNİKLERİ



UV LAMBASI

150-13-02-01-240028473

1 Adet

1. UV lambasının balanslı Sıyaçlı Balast olmalıdır.ve mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
3. UV lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
4. UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protoza virüs, ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
5. UV lambası olan mevcut sisteme uyumlu olmalı
6. UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra U.V den dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
7. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 İSO 45001-2018 belgesine sahip olmalıdır.
8. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
9. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
10. Teklif verecek firma yetkili teknik servis unvanına sahip olmalıdır.

SERTOVENT HAVA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

150-13-02-01-240097891

1. 0,22 MİKRON ÖZELLİK ÇAPI OLMALIDIR
2. MEVCUT SİSTEME UYUMLU OLMALIDIR.
3. GÖZENEK ÇAPI İNCE BAKTERİ HASASİYETİNE SAHİP OLMALIDIR.
4. YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426- 12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 SAHİP OLMALIDIR.
5. .MALZEME TEKLİF VERECEK FİRMA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
6. TEKLİF VERECEK FİRMA YETKİLİ TEKNİK SERVİS UNVANINA SAHİP OLMALIDIR.

VEYSEL ATAŞ
DİYALİZ TEKNİKERİ

