

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.10.2024

Sayı: 62

Konu: GÖZLÜK CAMI-LENSİ DENEME SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.10.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GÖZLÜK CAMI - LENSİ DENEME SETİ			2	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## GEREKÇE RAPORU

2. kat göz polikliniğine ařađıdaki malzemeler yeterli sayıda bulunmadıđı için istemleri gerekmektedir.

Belirtilen malzemeler bölümümüze 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 uzman başlayacağından dolayı eş zamanlı poliklinik muayenelerinin yapılabilmesi için gereklidir.

Malzemelerin istem sayıları ařađıda belirtilmiştir:

C.I.O.M. 232 lensli komple gözlük kutusu 2 adet

Gerekçeyi Düzenleyen Personel

Adı Soyadı:

Unvanı:

Görevi:

*(Handwritten signature in blue ink)*  
Ađrı Eğitim ve Arařtırma Hastanesi  
Uzm. Dr. Yasın YAŞAR  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No. 192091  
Uzm. Tes. No. 164546

### C.I.O.M. 232 LENSLİ KOMPLE GÖZLÜK KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Sferik konveks ve sferik konkav lens camları 0.12 den başlamak üzere 0.25'ten 4'e kadar 0.25 dpt. artmaktadır. 4.50 ila 7 arasında yarımşar (0.50) dpt. 7 ila 20 arasında birer dpt. artmalıdır.
- 2- Silindirik camlarda 0.25'ten 3.50'ye kadar 0.25 oranında artacak şekilde ondan sonrada 4.00, 4.50, 5.00 ve 6.00 dioptri lens camları olmalıdır.
- 3- 1 dereceden 10 dereceye kadar 10 adet prizmatik camı ihtiva etmelidir.
- 4- 10 adet aksesuar lens camları aşağıdaki çeşitlerden oluşmalıdır.  
Düz kapalı, iğne delikli, yarıklı streoptik, yeşil, kırmızı, buzlu, düz plane cam, madlox diskleri birer adet , interpupiler mesafe ölçme disklerden 2 adet' olmalıdır.
- 5- Kutuda toplam olarak 232 lens camı bulunmalıdır.
- 6- Camların kutru, mutad muayene gözlük çerçevesine uyacak büyüklükte olmalıdır. Camların kulpu 20 mm.'den aşağı olmalıdır.
- 7- Camlar orjinal fabrika ambalajlı olup yol ve sevkiyata elverişli olmalıdır.
- 8- Bütün malzeme ve işçilikler birinci kalite olmalıdır.

  
Betül SARFIK  
Biyomedikal Uzman Mühendisi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Uzm. Dr. Yasin YAŞAR  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
T.C. Mes. No. 192091  
Uzm. Tes. No. 104546