

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1169
KONU : Teklife Davet

27/09/2024

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **GÖZ KAPAK SETİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **01/10/2024** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	OBLİK KAS MAKASI	1	ADET		
2	ÖRTÜ PENSETİ	1	ADET		
3	DOKU PENSET	1	ADET		
4	OBLİK KAS MAKASI	1	ADET		
5	EKSTRA İNCE İĞNE TUTUCU 5 MM	1	ADET		
6	TENDON MAKASI	1	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

KONU: göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin genel şartlarını kapsar.

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ :

1. İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak 0,1 mm +/- fark olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.
2. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. (Teknik olarak yazılamayan aletler, yuvarlak ve tel tipli olanlar hariçtir.)
4. Alınacak aletler 134°C'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
5. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alışverişlerinden etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamına aynı marka üzerinden tamamına teklif vereceklerdir. Aletlerin üretim yeri (menşei) USA, Almanya, İtalya, İngiltere veya İsviçre olmalıdır.
6. İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde verilecektir.
7. Ürünler FDA kalite ve güvence onaylı olacaktır.
8. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.
9. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
10. İhaleye giren firmalar teklif ettikleri ürünlerin korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edilmediğini üretici firmama tarafından apostilli belge ile beyan edecektir. Ayrıca iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale evrakları arasında vermelidir.
11. İsteklinin veya distribütör tarafından cerrahi alete bakım onarım yapacak personelin ÜTS kayıt belgesi olmalıdır .firmanın teknik servis uts numarası bulunmalıdır.
12. Cerrahi alet kalitesinin incelenebilmesi için numune talep edilmiştir.numuneleri eksik veya hatalı getiren firmaların teklifleri gecersiz sayılacaktır
13. Aşağıda set sıra numaraları verilen cerrahi aletlerden 1 er adet numune eksiksiz olarak talep edilmiştir.
14. Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını ayrıntılı anlatan Türkçe kullanım kitapçığı verilmelidir.

KONU: göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin teknik özelliklerini kapsar

KAPAK SETİ

S.NO	MALZEMENİN ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER	ADET
1	K4-4100 Oblik Kas Makası	Tendon makası olup.Uç kısmı orta boyda,eğimli ve sivri uçlu ve çok keskin olacaktır. Ortasında kılavuz iğnesi olmalıdır.Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş tırtıklar olmalıdır..Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olup,paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir	1
2	K5-4000 Örtü Penseti	Hassas 1mm kalınlığında düz uçlu,,testere dişli,sapları üzerinde elden kaymayı önleyen girintiler ve çıkıntılar olan,örtü penseti olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu olup,paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.	1
3	K5-4110 Doku Penset	Hassas eğri uçlu,,1x2 dişli,tam boy uzunluğu 100mm (+/-1mm) olup,sapları üzerinde elden kaymayı önleyen girintiler ve çıkıntılar olan.doku penseti olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu olup,paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir	1
4	K4-8510 Oblik Kas Makası	Künt uçlu ve eğimli,toplam boy uzunluğu 110mm (+/-1mm) ölçüsünde, paslanmaz çelikten üretilmiş olup parmak girecek kısımlar standart ölçüde üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu yazılı olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.	1
5	K6-3830 Ekstra ince İğne Tutucu 5mm	Ucu ekstra ince, eğimli ve kilitsiz iğne tutucusu olacaktır.11-0 sütürler için uygundur.Alet kilitsiz olup paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.Sap kısmı kullanımı rahat yarı dairesel tipte olacaktır.Üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.	1
6	K4-3100 Tendon Makası	110mm (+/-1mm) uzunluğunda Sağ elle kullanılan tendon makası olup.Uç kısmı orta boyda,eğimli ve künt uçlu olacaktır. Ortasında kılavuz iğnesi olmalıdır.Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde tırtıklar olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olup,paslanmaz çelikten üretilmiştir. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu	1

	üzerinde görülecektir.	
--	------------------------	--

KONU: göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin genel şartlarını kapsar.

GÖZ CERRAHİ ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak 0,1 mm +/- fark olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.
2. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. (Teknik olarak yazılamayan aletler, yuvarlak ve tel tipli olanlar hariçtir.)
4. Alınacak aletler 134°C'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
5. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alışverişlerinden etkilenmemesi adına iştirakeçi firmalar setlerin tamamına aynı marka üzerinden tamamına teklif vereceklerdir. Aletlerin üretim yeri (menşei) USA, Almanya, İtalya, İngiltere veya İsviçre olmalıdır.
6. İştirakeçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde verilecektir.
7. Ürünler FDA kalite ve güvence onaylı olacaktır.
8. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakeçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.
9. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
10. İhaleye giren firmalar teklif ettikleri ürünlerin korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edilmediğini üretici firma tarafından apostilli belge ile beyan edeceklerdir. Ayrıca iştirakeçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale evrakları arasında yer almalıdır.
11. İsteklinin veya distribütör tarafından cerrahi alete bakım onarım yapacak personelin ÜTS kayıt belgesi olmalıdır. Firmanın teknik servis üts numarası bulunmalıdır.
12. Cerrahi alet kalitesinin incelenebilmesi için numune talep edilmiştir. Numuneleri eksik veya hatalı getiren firmaların teklifleri gözden düşürülecektir.
13. Aşağıda set sıra numaraları verilen cerrahi aletlerden 1'er adet numune eksiksiz olarak talep edilmiştir.
14. Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını anlatılan Türkçe kullanım kitapçığı verilmelidir.

KONU: göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin teknik özelliklerini kapsar.

Kader POLAT
Tıbbi Sekreter