

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

02.10.2024

Sayı: 45
Konu: KOMPRESÖR BAKIMI HİZMET ALIM IŞI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.10.2024 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOMPRESÖR BAKIMI HİZMET ALIM IŞI			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Kompresör bakım onarım kiti teknik şartnamesi

1.Kompresörlerin periyodik bakımında kullanılan kitler **Dalgakıran marka tidy 20 model (2021 model)** kompresöre uygun olmalıdır.

1. Kompresör Bakımda kullanılacak parçalar minor kitleri

- Seperatör filtresi 3 adet
- Yağ filtresi 3 adet
- Hava filtresi 3 adet
- Polen filtresi 3 adet
- Yağ 40 lt
- Kimyasal Kurutucu sistemleri için giriş-çıkış-karbon hat filtreleri CF030-SCF030SERİSİ 3***LT/MİN kapasiteli 6 takım
- Kimyasal Kurutucu sistemleri için giriş / çıkış-karbon hat filtreleri go150my-ad-sge-w-7016 model seriden 6 takım

2. yüklenici **firma CE_ISO_TSE belgelerine sahip ürünleri kullanılmalı**
3. yüklenici firma **yetki belgesi ve /veya benzer sistemler için yetki belgesine sahip olmalı ve sahip oldukları belgelerini sunmalıdır.**
4. Cihazlarda bakım yapan firma elemanlarının işi eğli olduğunu gösterir Eğitim Sertifikalarını göstermek ve tekliflerinde de vermeleri gerekmektedir.
5. kullanılan ürünlerin gazların yapısını buzmayacak olan malzemelerden imal edilmiş olmalı ve kesinlikle kanseroşen malzeme içermemelidir.
6. montajı yapılarak teslim edilecektir. Arıza durumunda yada montajla alakalı her türlü hataya karşı 1 yıl garantili olmalı.
7. Montajda kullanılacak olan takım-alet elevat ve diğer kullanılacak olan malzemeler için bir ücret ödenmeyecektir.
8. Yukarıda istenilen hususlarla birlikte montajın yapılması da yükleniciye ait olacaktır. Extra bir ücret ödenmeyecektir.
9. **YÜKLENİCİ FİRMALAR** Tüm fiyatlarını **MONTAJ, KARGO, NAKLİYE VE İŞÇİLİK** dahil en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde tutarak vereceklerdir.
10. Cihazdan Çıkan tüm eski yağ ve filtreler hastaneye bırakılacaktır.
11. Montaj yapacak arkadaşlar eğitim sertifikalarına sahip olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır.
12. Numuneler mutlaka görülecektir, numunesi görülmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

D. F. Söğüt
Teknisyen
An

Murat KILIÇ
Teknisyen
An

YAZAR AĞACANI
Tekniker.
An

KOMPRESÖR, KURUTUCU BAKIM İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | HAT FİLTRESİ KURU HAVA-kimyasal kurutucu için | 12 TAKIM |
| 2. | KOMPRESÖR SEPERATÖR FİLTRESİ | 3 ADET |
| 3. | KOMPRESÖR YAĞ FİLTRESİ | 3 ADET |
| 4. | KOMPRESÖR HAVA FİLTRESİ | 3 ADET |
| 5. | KOMPRESÖR POLEN FİLTRESİ | 3 ADET |
| 6. | KOMPRESÖR VİDALI YAĞI | 40 LİTRE |
| 7. | KOMPRESÖR KAYIŞI (1 TAKIM) | 3 ADET |

D. F. İ. SÖBÜT
Teknisyen
Ay

Murat KILIÇ
Teknisyen
M

Yaşar NİĞACAN
Tekniker
J