



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-255733732  
Konu : Teklife Davet

03.10.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 KALEM MEDİKAL MALZEME (100 ADET DRENAJ SETİ) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **10.10.2024** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DRENAJ SETİ, DREN VE REZERVUARI, PVC ÇİFTLİ, 400CC	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm. Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu sipariş çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 729D8381-9BDE-495D-A114-B0555CBEA84E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

E-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

E-posta Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No: 04723126047 - 215



## DRENAJ SETİ, DREN VE REZERVUARI

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Düşük basınçlı yara drenajı sağlamak amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Rezervuar kapasitesi 25-400 ml arasında olmalıdır. 3. Ürünün, dren kısmı silikon veya PVC olmalıdır ve x-ray görüntülenebilir olmalıdır. 4. Dren seti: çiftlilerde çift trokar iğnesi teklilerde tek trokar iğnesi içermelidir. 5. Ürünün 14 F aralığında farklı boyları olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	6. Her parça kolayca monte edilebilir olmalıdır. 7. Hortum üzerinde 1 adet klemp olup klemp hortumu kesici sertlikte olmamalıdır 8. Trokarlar ile dren birleşim yerleri uyumlu olmalıdır. 9. Vakum haznesi kullanım sırasında hava almamalıdır. 10. Rezervuarı körüklü veya yassı atık şeklinde olmalıdır. 11. Rezervuarı sıkıştırıldığında negatif basınç sağlamalıdır. 12. Drenin doku içinde kalacak kısmında en az 10 delik bulunmalıdır ve bu bölgede king yapmamalıdır. 13. İğneler dokudan kolay geçebilir ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	14. Ürün Steril ve Sterilizasyonu bozmadan açılacak şekilde ayrı paketlenmiş olmalıdır. 15. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır. 16. Numuneler komisyon tarafından incelenerek alınacaktır.

Elziman Definer  
Diyadin: 2022-47640  
Tel: No: 47670

Velken Turhan