

Pnömotoraks Simülatörü Teknik Şartnamesi

1. Maket özellikle torakstan hava çıkışını göstermek amaçlı imal edilmiş olmalı,
2. Pnömotoraks simülatöründe enjeksiyon kullanılabilir.
3. Model bir gövde yapısında olmalıdır.
4. Makette orta klavikuler ve hatta ikinci interkostal aralıktan veya orta aksiler ile beşinci interkostal aralıktan torakotomi yapılabilir.
5. Şişirme pompası ve taşıma çantası ile birlikte teslim edilir.


Ayşegül Göksel KARAKUŞ
Eğitim Birim Sorumlusu
Sicil No: K89749


Rezan BAYRAM
Eğitim Koordinatörü


Hasan Ali İPEK
Ağrı II Ambulans Servisi
Başhekim
Dip. Tes. No: 271826