

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.10.2024

Sayı: 622

Konu: PEDİATRİK HD VİDEO GASTROSKOPİ CİHAZI (2 ADET) ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.10.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, FLEKSİBLE GASTROSKOPİ TELESKOBU PEDİATRİK			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

İLERİ DÜZEY PEDIATRİK ENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sistem Muhteviyatı

- A) 1 adet: Pediatrik HD Video Gastroskopi Cihazı
- B) 1 adet: Pediatrik HD Video Kolonoskopi Cihazı
- C)

1-) PEDIATRİK HD VIDEO GASTROSKOPİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Videogastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve teklif edilen pediatrik gastroskopicihazı Ünitelerde kullanılan Fuji-Film marka cihazlara uyumlu olmalıdır.

1. Videogastroskop cihazı Digital olarak görüntü büyütme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Videogastroskopun saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.
3. Videogastroskopun saha görüş derinliği 2-100mm veya 3-100mm veya 4-100mm arasında olmalıdır.
4. Videogastroskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Videogastroskopuninsertion tüp dış çapı en az 5,9--9.0 mm olmalıdır.
6. Videogastroskopun çalışma kanalı iç çapı en az 2.4—2.8 mm olmalıdır.
7. Videogastroskopun faydalı çalışma uzunluğu en az 1000 mm olmalıdır.
8. Videogastroskopun ucunun bükülebilme kapasiteleri en az; yukarı 210 derece, aşağı 90 derece , sağa 100 derece, sola 100 derece olmalıdır.
9. Cihazın su geçirmez konnektör yapısına sahip olup komple dezenfeksiyon sıvısına bastırılabilir özellikte olmalıdır.
10. Videogastroskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır

Betül SABSİK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. İbrahim GÜLLÜK
Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji
Dip. No: 2016/0001-49
Uzm. Te. No: 160083