

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

14.10.2024

Sayı: 251

Konu: VAKUM MOTORU VE EMNİYET VENTİLİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.10.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOKLAV EMNİYET - GÜVENLİK VENTİLİ			5	Adet		
2	OTOKLAV VAKUM MOTORU			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonuna Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

VAKUM POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Trans Marka sterilizatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- Monoblok tip pompa olmalıdır.
- Eksantrik su bileziği prensibine göre çalışmalıdır.
- Çift kademeli, valf teknolojisi olmayan ve tek fanlı olup 150 derecedeki sıvıyı servis sıvısı olarak kullanabilmelidir.
- Düşük gürültüye sahip olmalıdır.
- 380 VAC. Olmalıdır.
- Kapasite 27,5 m³/h. Olmalıdır.
- Motor gücü 2,2 KW (50Hz.) olmalıdır.
- Motor performansı kW (P2) 1,10 – 1,50 olmalıdır.
- Motor devri 2800 D/dk. Olmalıdır.
- Vakum basıncı 735 mmHg. Olmalıdır.
- Emiş performansı max 33 mBar olmalıdır.
- Akış hızı Q in m³/h: max. 49 olmalıdır.
- Giriş ve Çıkışı 1" (DN25) olmalıdır.
- Giriş-Çıkış kapağı GG 25 Pik Döküm Olmalıdır.
- Kademe AISI 304 Paslanmaz Çelik Olmalıdır.
- Gövde GG 25 Pik Döküm Olmalıdır.
- Fan G Cu Sn 9 bronz Olmalıdır.
- Salmastra Mekanik (SIC – CARBON) Olmalıdır.

Osman ÖZTOLU
Sterilizasyon



EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Trans Marka otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- ½" Bağlantılı Olmalıdır.
- 3 Bar Buhar Basıncına Dayanıklı Olmalıdır.
- Ürün Manuel Ayarlamalı Değil, Fabrikasyon Ayarlı Olmalıdır.

Osman Öztoklu

Sterilizasyon





MERKEZ : Aso 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
Alci Mah. 2036. Cad. No:1
Sincan / Temelli Ankara

TEL : +90(312) 4334226
FAKS : +90(312) 4319122
E-mail: bilgi@ertuncozcan.com
Web : www.ertuncozcan.com
Whatsapp: +90(549) 3015875



ERTUNÇ ÖZCAN
Form No : F.07.05.06
Rev. Tarihi / No : 13.07.2020 / 04

TEKNİK SERVİS : Temelli Aso 2 Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
Alci (Os) Mah. 2037. Cad No:16a Sincan-Ankara/Türkiye

TEKNİK SERVİS RAPORU

Serl No: 110619

ÜCRETLİ <input type="checkbox"/>	ÜCRETSİZ <input type="checkbox"/>	UZAKTAN ERİŞİM <input type="checkbox"/>	YERİNDE ONARIM <input type="checkbox"/>	FİRMADA ONARIM <input type="checkbox"/>
EĞİTİM <input type="checkbox"/>	MONTAJ <input type="checkbox"/>	TESLİMAT <input type="checkbox"/>	SERVİSE ALINDI <input type="checkbox"/>	
GARANTİ KAPSAMI İÇİNDE <input type="checkbox"/>	GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA <input checked="" type="checkbox"/>	BAKIM <input type="checkbox"/>		

TARİH: 26 / 6 / 2024	BAŞLANGIÇ SAATİ:	BİTİŞ SAATİ:
MÜŞTERİ ADI : PATNOS DEVLET HASTANESİ		
BÖLÜM : Sterilizasyon	E-mail :	
YETKİLİ :	TEL :	

SERİ NO	MARKA	MODEL	KÜNYE NO
1055-CMP-230311-03	TRANS	ELITE-S	1007794449

AÇIKLAMA

Yukarıda Bilgileri Yazılı Olan Otaklar Cihazımıza Arızalı Parçaları Aşağıda Yazılıdır Değişmesi Gerekmektedir.#

- Spack Vakum Motoru	= 1 Adet
- Emniyet Vantili	= 1 Adet

FİRMA YETKİLİSİ / İMZA

MÜŞTERİ YETKİLİSİ / İMZA

--	--

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

1. Kullanım hatası ve elektrik şebekesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
2. Garanti kapsamı dışında kalan ve arıza olmaksızın yapılan servis taleplerinde tüketiciden servis ücreti alınır.
3. Garanti belgesi ibraz edilmeyen cihazlar için garanti dahilii işlem yapılmaz.
4. Cihaza yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde garanti süresi sona erer.
5. Ürünün azami tamir süresi 30 iş günüdür.