



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-256854134
Konu : Teklife Davet

16.10.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HASTASININ AMELİYATI (FATMA SÖKMEN) İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 21/10/2024 tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	SUT KODU	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TV2990	KANÜLLÜ VİDA ,KİLİTSİZ ,KENDİNDEN YİV VE DELİK AÇAN ,KANÜLLÜ VİDALAMA TİTANYUM /COCR 2,0 - 4,9MM VİDALAR	ADET	4		
2	TV2890	BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI TİTANYUM /COCR 1,5 -4,5 MM ARALIĞI TÜM BOYLAR	ADET	4		
3	AE1150	ANKOR ,ÇAPA/VİDA/ZIMBA ,BAĞ/TENDON /DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ,İĞNELİ /İĞNESİZ ,GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTURLU ,POLİETİLEN KAPLI POLYESTER /UHMWPE ,PLA TÜREVLERİ	ADET	2		
4	AE1620	İTERFERANS VİDASI PEEK TÜM BOYLAR	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):						

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 1047309A-EADB-414B-9980-97093DB447F8

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Keş Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No:



KANÜLLÜ KİLİTLİ VİDA TEKNİK ÖZELLİĞİ ÇAP 3,5-4-4,5 MM

- 1- Plak ve vidalar ASTM F136 veya ISO 5832-3 titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Ürün tüm alt,üst ekstremitte plak grubu için ve istenildiğinde kombine delik üzerinden uygulanmaya uygun olmalıdır.
- 3- Ürün kanüllü yapıda içerisinde kirshner teli delikli yapıda olmalıdır.
- 4- Ürün, plak kemik stabilizasyonu için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 5- Ürün spongioz bölgede ve osteoporotik kemikte tutunumu daha iyi sağlamak için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 6- Set içerisinde.
12-40mm boylar arası 2 şer mm; 40-70 mm arası 5 mm aralıklı boylarda olmalıdır.

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ
Devlet Hastanesi

Adı Soyadı: FATMA SÖKMEN
Poliklinik: Ortopedi Polikliniği-1
Kurumu : Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Doğum Tarihi : 10.03.1985 00:00:00
Protokol No : P 242604255
İşlem Tarihi : 10.10.2024 14:23:13
Baba Adı : HASAN

Sr: 114

Op. Dr. Sözdar GÜZEL
Tic. Sic. No: 154454
Ortopedi ve Travmatoloji
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Titanyum Sütür Anchor Teknik Özellikleri

- Kemiğe Vidalanarak Yumuşak Doku Tespitinde Kullanılabilmelidir.
- Kemiğe Tespit Çapası Titanyum Bileşeninden Oluşmalıdır.
- Vida İç Gövde Çapı 2mm den başlayan konik yapıda , Yiv Çapı 2,0 mm 3,5 mm, 5 mm ve 6,5 mm Olmalıdır.
- Vida Toplam Uzunluğu 15.5mm Olmalıdır.
- Vida Arkasından Geçirilmiş , Yumuşak Doku Tespiti İçin 2 Adet Farklı Renklerde 2 Numara Sütüre Bulunmalıdır,
- Süturlar ultra güçlü UHMWPE (Ultra High MolecularWeightPolyethylene) materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- İplerin Rahat Hareketini Sağlamak İçin Vida Arkasında Yuva Olmalıdır.
- Kemiğe Tespit, Ederken , Kendi Tornavidasına Takılı Olup , Başka Bir Alete Gereksinim Duyulmamalıdır.
- Artroskopik Ve Açık Cerrahi Müdahalelerde Kullanılabilmelidir.
- Kemiğe Tespit, Vidalama Yöntemi İle Yapılmalıdır.
- Vida Yivleri Sütüre Geçme Yerine Kadar Devam Etmelidir.
- Gerekli Durumlarda , Kendi Tornavidası İle Rahatlıkla Çıkarılabılme İmkanı Olmalıdır.
- Tornavidası Üzerinde Derinlik Gösteren Kalibrasyon Çizgileri Olmalıdır.
- Kemiğe Tespit, Vidalama Yöntemi İle Yapılmalıdır.
- Vida Yivleri Sütüre Geçme Yerine Kadar Devam Etmelidir.
- Gerekli Durumlarda , Kendi Tornavidası İle Rahatlıkla Çıkarılabılme İmkanı Olmalıdır.
- Tornavidası Üzerinde Derinlik Gösteren Kalibrasyon Çizgileri Olmalıdır.

ENDOBUTTON FEMORAL ASKI SİSTEMLİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ TAMİR SETİ

BİO İNTERFERENCE VİDASI ŞARTNAMESİ

- ACL ve PCL ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- Vida dişleri tendonu kesmeyecek biçimde soft olmalıdır.
- 6,7,8,9,10 mm çap ve 23,28,30 mm boylarına sahip olmalıdır.
- PLLA den imal edilmiş ve eriyebilir özellikte olmalıdır.
- CE ve TÜV kalite belgelerine sahip olmalıdır.

ENDOBUTTON FEMORAL ASKI SİSTEMLİ

- Femoral fiksasyonda hemstring uygulamalarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- Titanyumdan imal edilmiş olup; steril paketlerde (ETO) ve kullanıma hazır olmalıdır.
- 4 delikli olmalıdır.
- İmplantın ortasından geçen ip eksiz ve düğümsüz olmalı ve bu ip polythlene terephtalateden imal edilmiş olmalıdır.
- İmplant üzerinde kolayca çekilip kortekse yerleştirilebileceği iki farklı renkte yüksek çekme kuvvetine dayanıklı (etibont veya benzeri) suture hazır olmalıdır.

Op. Dr. Sözdar GÜZEL
Teş. No: 154454
Ortopedi ve Travmatoloji
Doç. Dr. Hasan Ertülmez
Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Doğubayazıt Dr. Yasar ERYILMAZ
Devlet Hastanesi
Adı Soyadı: FATMA SÖKMEN
Poliklinik: Ortopedi Polikliniği 1
Kurumu: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Doğum Tarihi: 10.03.1985 00:00:00
Protokol No: P-242604256
İşlem Tarihi: 10.10.2024 14:23:13
Baba Adı: HASAN
Sr: 114