

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.10.2024

Sayı: 643  
Konu: ACİL SERVİS SEDYELERİ İÇİN PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.10.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|----------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | SEDYE KOLÇAĞI(SAĞ)         |          |     | 20     | Adet   |              |              |
| 2            | SEDYE KOLÇAĞI(SOL)         |          |     | 20     | Adet   |              |              |
| 3            | BAŞ UCU İTME BARI          |          |     | 22     | Adet   |              |              |
| 4            | BAŞ UCU İTME BAR HİDROLİĞİ |          |     | 8      | Adet   |              |              |
| 5            | AYAK FRENİ                 |          |     | 20     | Adet   |              |              |
| 6            | SEDYE KOLÇAĞI TUTMA DEMİRİ |          |     | 20     | Adet   |              |              |
| Genel Toplam |                            |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## SEDYE KOLÇAĞI TUTMA DEMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine uygun olmalıdır.
2. Sedyeye kolçağı demiri takıldığında standart işlevini yerine getirebilecektir.
3. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine birebir uyumlu olmalıdır.
4. Sedyeye kolçağı demiri için, firma bilgileri ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
5. Sedyeye kolçağı demiri için, belirtilen şartlara uymadığı takdirde geri iade edilebilecektir.
6. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

Elif Esma UĞUZ UYGUN  
Biyomedikal Mühendisi

TRİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Seda ÇETİN  
medikal Cihaz Teknikeri

Eyüp KARTAL  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

## BAŞ UCU İTME BAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine uygun olmalıdır.
2. Baş ucu itme barı takıldığında standart işlevini yerine getirebilecektir.
3. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine birebir uyumlu olmalıdır.
4. Baş ucu itme barı, firma bilgileri ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
5. Baş ucu itme barı için, belirtilen şartlara uymadığı takdirde geri iade edilebilecektir.
6. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

**Elif Esma UĞUZ UYGUN**  
Biyomedikal Mühendisi

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
**Sedat ÇETİN**  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

**Eyüp KARTAL**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

## BAŞ UCU İTME BAR HİDROLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine uygun olmalıdır.
2. Baş ucu itme barı takıldığında standart işlevini yerine getirebilecektir.
3. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine birebir uyumlu olmalıdır.
4. Baş ucu itme barı, firma bilgileri ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
5. Baş ucu itme barı için, belirtilen şartlara uymadığı takdirde geri iade edilebilecektir.
6. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

**Elif Esma UĞUZ UYGUN**  
Biyomedikal Mühendisi

AĞRI EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ  
**Sedat CETİN**  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

**Eyüp KARTAL**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

## AYAK FRENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine uygun olmalıdır.
2. Ayak freni takıldığında standart işlevini yerine getirebilecektir.
3. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine birebir uyumlu olmalıdır..
4. Ayak freni, firma bilgileri ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
5. Ayak freni için, belirtilen şartlara uymadığı takdirde geri iade edilebilecektir.
6. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

Elif Esma UĞUZ UYÇUK  
Biyomedikal Mühendisi

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Sedat CETİN  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Grup KATILIM  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

## SEDYE KOLÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine uygun olmalıdır.
2. Sedyeye kolçağı takıldığında standart işlevini yerine getirebilecektir.
3. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine birebir uyumlu olmalıdır.
4. Sedyeye kolçağı için, firma bilgileri ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
5. Sedyeye kolçağı için, belirtilen şartlara uymadığı takdirde geri iade edilebilecektir.
6. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

**Elif Esma UĞUZ UYGUN**  
Biyomedikal Mühendisi

**AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**  
**Sedat ÇETİN**  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

**Erkin KARTAL**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

## SEDYE KOLÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine uygun olmalıdır.
2. Sedye kolçağı takıldığında standart işlevini yerine getirebilecektir.
3. Mone marka HS06-L model Acil müdahale sedyesine birebir uyumlu olmalıdır.
4. Sedye kolçağı için, firma bilgileri ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
5. Sedye kolçağı için, belirtilen şartlara uymadığı takdirde geri iade edilebilecektir.
6. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

Elif Esma UĞUZ UYGUN  
Biyomedikal Mühendisi

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Sedat ÇETİN  
Biyomedikal Çiğiz Teknikeri

Eyüp BARTAL  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri