

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1248  
KONU : Teklif Davet


18/10/2024

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HEMODİYALİZ SOLÜSYONU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında almacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/10/2024 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.  
Bilgilerinize arz ederim.

  
Mehmet İLBOĞA  
İdari ve Mali Hiz.Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	HEMODİYALİZ SOLÜSYONU, BİKARBONALTI, ASİDİK, 2K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ 5 LT	150	ADET		
2	HEMODİYALİZ SOLÜSYONU, BİKARBONALTI, BAZİK 6 LT	150	ADET		

UYGUNDUR  
18/10/2024  
  
Yasın ÇOLAK  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

**SMT1735- HEMODİYALİZ  
SOLÜSYONLARI (ASİDİK/BAZİK)**

<b>SMT İşlevi:</b>	<b>Temel</b>	1. Hemodiyaliz solüsyonları; akut veya kronik böbrek yetmezliği durumlarında kullanıma uygun özelliklerde ve en az-1 seans hemodiyaliz işlemi sırasında kullanıma uygun dozda olmalıdırlar.																
<b>SM malzeme tanımlama bilgileri:</b>		<table border="1"><tr><td>Na</td><td>138-140 mmol/lit</td></tr><tr><td>K</td><td>1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/lit</td></tr><tr><td>Ca</td><td>1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/lit</td></tr><tr><td>Mg</td><td>0,5-1 mmol/lit</td></tr><tr><td>Cl</td><td>106-113 mmol/lit</td></tr><tr><td>Asetat</td><td>2-8 mmol/lit</td></tr><tr><td>HCO<sub>3</sub></td><td>30-33 mmol/lit</td></tr><tr><td>glukoz</td><td>0-2g/lit(glukozsuz)</td></tr></table> <p style="text-align: center;"><b>Asidik Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu</b></p> <p>2. Her litre solüsyonda aşağıdaki konstantrasyonlar da elektrolit bulunur;</p> <p>3. Solüsyonlar 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.</p> <p>4. Asidik solüsyonlar malzeme tanımlarında belirtilen; kalsiyum, potasyum ve glikoz değerlerine göre kullanıcıya teslim edilmelidir.</p> <p>5. Ambalaj kapakları ve üzerindeki etiket kırmızı renkli olmalıdır.</p>	Na	138-140 mmol/lit	K	1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/lit	Ca	1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/lit	Mg	0,5-1 mmol/lit	Cl	106-113 mmol/lit	Asetat	2-8 mmol/lit	HCO <sub>3</sub>	30-33 mmol/lit	glukoz	0-2g/lit(glukozsuz)
Na	138-140 mmol/lit																	
K	1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/lit																	
Ca	1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/lit																	
Mg	0,5-1 mmol/lit																	
Cl	106-113 mmol/lit																	
Asetat	2-8 mmol/lit																	
HCO <sub>3</sub>	30-33 mmol/lit																	
glukoz	0-2g/lit(glukozsuz)																	

	<p style="text-align: center;"><b>Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu</b></p> <p>6. Her 1000 ml solüsyonda 84 gram sodyum bikarbonat içermelidir</p> <p>7. Solüsyonlar 6 litrelik bidonlarda olmalıdır.</p> <p>8. Ambalaj kapakları ve etiketler mavi renkli olmalıdır.</p>
<b>Teknik Özellikleri:</b>	<p>9. Bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu asidik konsantre solüsyon ve Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu olarak ikisi bir takım oluşturmaktadır.</p> <p>10. Solüsyonlar kilitli kapak sistemi olan polietilen bidonlarda bulunmalıdır. Renkleri berrak olmalı ve bu sisteme uygun orijinal kapak anahtarı bulunmalıdır.</p>
<b>Genel Hükümler:</b>	<p>11. Solüsyonlar yapılacak talepten sonra en fazla 10 gün içerisinde üretilmiş taze solüsyonlar olmalıdır.</p> <p>12. Solüsyonların bulunduğu kaplar sağlam, dayanıklı, orijinal ambalajında olmalıdır.</p> <p>13. Solüsyonların taşınması, depolanması ve saklanması sırasında düşmesi, dökülmesi riski gibi kamu zararı oluşturacak durumlara sebebiyet vermeyecek şekilde teslimat yapılmalıdır. Delik, eksik, ince duvarlı, etiketi okunmayan, orijinal ambalajı olmayan bidonlar teslim alınmayacaktır.</p> <p>14. Ürünün uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek hasar, zarar ve eksiklikler tedarikçiye ait olacaktır.</p> <p>15. Solüsyonlar sağlık tesislerimizdeki hemodiyaliz cihazlarında denendikten sonra uygunluk verilecektir.</p> <p>16. Solüsyonların bulunduğu kaplar sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Delik, eksik, ince duvarlı, prospektüsü okunmayan bidonlar teslim alınmayacaktır.</p> <p>17. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmekle yükümlüdür.</p> <p>18. Bidonların üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.</p> <p>19. Solüsyonların alüminyum içeriği güvenilir bir laboratuvar tarafından belgelendirilmelidir. Al+3 içeriği 0.1ppm'den düşük olduğunu gösteren analiz raporu malzeme ile gönderilecektir.</p>

  
**Engin YILDIZ**  
Tasarruflu Kaynak Yetkilisi  
Diyadin Devlet Hastanesi

## TUTANAK

Hemodiyaliz asidik ve bazik solusyonu adlı malzemeler stoğumuzda tükenmiş bulunmaktadır. Mevcut DMO ihalesi henüz sonuçlanmamıştır. Sonucunun ne zaman açıklanacağı da belli değildir. Diğer hastanelerde temin edemedik. Diyaliz biriminin işleyişinin sürmesi için acilen temin etmemiz gerekmektedir. 18/10/2024

Engin YILDIZ  
TKY

Malzeme Açıklama	Barkod No	Durumu	Talep Miktarı	Kargılanan Miktar	Kargılanma Tarihi	Kargılayan Birim Adı	Sistem Açıklama
HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT, HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT	6681756072019	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATURK DEVLET HASTANESİ	
HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT, DIASOL BAZİK HEMODİYALİZ KONSANTRESİ 6 LITRE	6681756072019	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ	
HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT, HEMODİYALİZ SOLUSYONU BAZİK	6681756072019	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMEREK DEVLET HASTANESİ	
HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT, DYZ- HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT	6681756072019	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ	
MODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 2K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ, 5LT, HEMODİYALİZ SOLUSYONU FARMAKON A 2K1.25CA 3A5 5LT ASİDİK DMO	6699459938280	Onaylananlar	408	408	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ	
MODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 2K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ, 5LT, REN ACET 2K A 1.25 ASİDİK HEMODİYALİZ KONSANTRESİ 5 LT - RM026 (DİYALİZ 2K 1.25 CA BİKARBONATLI KONSANTRE ASİDİK(5 LT) GLUKOZSUZ)	6699645660711	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ	
MODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 2K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ, 5LT, REN ACET 2K CA 1,25 ASİDİK HEMODİYALİZ KONSANTRESİ 5 LT - RM026 (HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 2K, 1,25CA, GLUKOZSUZ 5LT)	6699645660711	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ	
MODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 1K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ, 5LT, HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 1K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ, 5LT	08699608670009	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ	

**Engin YILDIZ**  
Tasınır Kayıt Yetkilisi  
Diyadin Devlet Hastanesi