

KOLPOSKOP (COLPOSCOPE) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1 Dikey stand 8kg olmalıdır.
- 1.2 Döner kol standı 45 kg olmalıdır.
- 1.3 Kamera çözünürlüğü 2,130,000 piksel olmalıdır.
- 1.4 Odak modu manuel ve otomatik çalışabilmelidir.
- 1.5 Görüntü boyutunu 1 ve 50 derece arası büyültüp küçültülebilme ayarı olmalıdır.
- 1.6 Çalışma mesafesi 200mm-300mm olmalıdır.
- 1.7 Görüş alanı 275 mm olmalıdır.
- 1.8 Kamera ışık kaynağı, Beyaz döngü grubu led ışığı bulunmalıdır.
- 1.9 Görüntüleme modu ,
 - Beyaz ışık (3 seviye) ,
 - Elektronik Yeşil Filtre (3 seviye) olmalıdır.
- 1.10 3 Pinli teknik arayüzü ,USB B ve DB9 arayüzü, DC Bağlantı noktası ,HD sinyal arayüz özelliği bulunmalıdır.
- 1.11 T şeklinde dikey stand, sallananabilen kol standı ve yanında monitor kolu,PC tepsisi, Klavye bulunmalıdır.
- 1.12 Alan derinliği: 6X2120mm ve 18X25mm olmalıdır.
- 1.13 PAL/NTSC Video moduna sahip olmalıdır.
- 1.14 50Hz/60Hz frekansında çalışmalıdır.
- 1.15 Dahili güç kaynağına sahip olmalıdır.
- 1.16 Cihazın kamera ekipmanı sıvı geçirmez olmalıdır.
- 1.17 Serviks biopsi punch cihazla birlikte ücretsiz verilecektir.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları
Op. Dr. Susam ÇELİK
Dip. Tes. No: 170481

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Hatice BABASOY
Dip. Tes. No: 169818

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Jinekolojik-Onkolojik Cerrahisi
Doç. Dr. Varol GÜLBEREN
Dip. Tes. No: 165063

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Op. Dr. Zeynep BİLİRİN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.
Dip. Tes. No: 169818