

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/78
KONU : 1 Kalem Mal Alımı

18.10.2024

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 21.10.2024 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Paper Point Açılı	Paket	50		
2					
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 21.10.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 6- Alımımız Kısmi Teklife açık değildir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

PAPER POINT AÇILI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kök kanalını kurutmak amacı ile kullanılmalıdır.
2. Paperpointlar 04 ve 06 taper açılarının da ve farklı no'lar da olmalıdır.
3. Fabrikasyon olmalıdır ve her paperpoint özel karton ambalajı içerisinde olmalıdır.
4. Dış karton kutu üzerinde ve içerisinde Türkçe açıklamalar olmalıdır.
5. Paperpointlermm'lik işaretlenmiş olmalı, mm'lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu özellikler dış ve iç kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
6. MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak dış ve iç kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
7. Kanala uygulanırken eğilmemeli, kırılmamalı ve bükülmemelidir.
8. Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
9. Paperpointler steril olmalıdır. Bu ibare dış ve iç kutu üzerinde yazılı olmalıdır.
10. Mika kutu içerisinde yer alan paperpointlerin hareket etmesini engelleyen sünger olmalıdır.
11. Kutu içinde 100 adet olmalıdır.

Ecz. Tek. Mehmet BİÇER