



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-257244597  
Konu : Teklife Davet

21.10.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ HASTASININ AMELİYATI (TÜRKAN ALKAN) İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/F** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24/10/2024** tarih ve saat 10:00'a kadar [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME AD	SUT KODU	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	LİSTHESİZ VİDA	102.150	ADET	10		
2	ROD	102.230	ADET	2		
3	TRANSVER CONNECTOR	102.310	ADET	2		
4	LOMBER İNTERBODY KAFES,RİGİD,PEEK,TLİF	102.755	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):						

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**UYGUNDUR**  
Uzm. Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: EE387013-64D6-4034-8089-91EBA22D4B5B

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Neriman İLHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No:



# TORAKALOMBER POSTERİOR STABİLİZASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

## SUT KODLARI

**VIDALAR 102.135**  
**LİSTHESİZ VİDA:102.150**  
**ROD:102.230**

**TRANSVER CONNECTOR:102.300-102.310**

**TRANSVER HOOK:102.170**

**PEDİKÜL HOOK:102.165**

**LAMİNAR HOOK:102.160**

- 1-Teklif edilecek ürün aşağıdaki maddeleri eksiksiz olarak karşılamak zorundadır. Bu sistem, beyin cerrahisi posterior spinal uygulamalarına kapsamlı olarak cevap vermek zorundadır.
- 2-Sistem uygun alışımda titanyumdan (TİA6V4) imal edilmiş olmalı ve MR Uyumlu olmalıdır.
- 3-Vidalar kendinden yiv açan olmalıdır.
- 4-Tanımlanan vidalar poliaksiyal veya monoaksiyal olarak isimlendirilebilir. Poliaksiyel vidaların tüm yönlere 45+ /-15 derece açılanabilme özelliği olmalıdır.
- 5-Vidalar konik ve kemik tutumunu arttırmak için uç kısmı spongios, baş kısmına yakın bölgesi kortikal yivli özellik göstermelidir , faydalı model belgesi olmalıdır.
- 6-Vidalar monoaksiyal,poliaksiyal,sakroiliyak ve kanüllü olmalıdır.
- 7-Vida rod tespitini güvenli bir şekilde sağlayacak kapatma vidası mekanizmasına sahip olmalıdır. Kapatma vidası derin dişli olmalıdır. Kapatma vidası tamamen sıkıldığında vida başı durumunu korumalıdır. Böylece vida rod bağlantısında zaman içerisinde oluşabilecek gevşemelerin önüne geçebilmelidir. Rod bağlantısında gevşemeye sebep olacak açılma olmaması için içten ve dıştan sıkımalı ayrıca kilitleme kapağında rod kanalı olmalıdır,faydalı model belgesi olmalıdır ayrıca setskur olmalıdır.
- 8-Vidalar low profil olmalı deri irritasyonu azaltmak için vidaların kemik üzerinde kalan yüksekliği 15mm' den fazla olmamalıdır.
- 9-Vida başlarında vidayı çektirmeye yarayacak rakır kanalı olmalıdır.
- 10-Sistem trokal, lomber vertebra basit kırığı, trokal veya lomber kifoz, trokal gibbus, torakal torakolomber, lomber skolyoz, lomber rotasyonel deformite, spinal stenoz, dejeneratif spondiloz, osteoporotik spinal cerrahi girişimlere cevap verebilecek nitelikleri taşınmalıdır.
- 11-Sette ofset hook pedicle hook .laminar hooklar olmalıdır.
- 12-Sette 20-60 mm arası vida boyları olmalıdır.
- 13-Vida kalınlıkları 4,5-8,5 mm arasında olmalıdır.
- 14-Uzun başlıklı, tepesi kırılabilen spondilo vidalar sette bulunmalıdır.
- 15-Transvers bağlantı kolaylıkla takılabilir, boyu kolaylıkla ayarlanabilir rıgıd ve açılabilir olmalıdır.

Dr. Yaşar Ertilmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Jason Omer WELTZGLAW  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. No: 1185 - Tescil No: 201521

16-Rodlar rigid ve dinamik olmalıdır.

17-Rodlar 45-450mm arasında deęişen uzunluklarda 6mm apında olmalıdır. Rod uçları ameliyat esnasında rotasyonu saęlamak amacıyla hegzagonal olmalıdır ve uygun manüplasyonu saęlayacak aletler olmalıdır. Rod yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde dizayn edilmiş ve çizgili olmalıdır.

18-Korteks delicinin vida aplarına uygun 2mm ve 3mm aplarında 2,5cm de stoplu (pedikülerkorteksi geçecek şekilde) olmalıdır.

19-Uygulama kolaylığı saęlaması için rockerlar olmalıdır.

20-Çakma çıkarma seti eskizsiz ve implantlarla aynı marka olmalıdır.

21-Rod bastırıcı olmalıdır.

22-Hasta takibi ve ürün güvenilirliğini saęlamak amacı ile malzemeler üzerinde lot numarası, üretici firma ismi veya logosu, ürüne ait boyutsal özellikler yer alacaktır.

23-Firmamız 10(on) yıl süre ile revizyon amaçlı olarak akma setlerini getirebileceğini belirten bir taahhütnameyi ihale komisyonuna sunmalıdır.

24-Her malzemeye ait katalog ve biyomekanik testleri istenecektir.

25-Acil durumlarda en geç 1saat içinde getirilebilir.

26-Set kullanılırken firma vida akma seti ile vida ve rodların tüm ebatlarını getirecektir.

27-Ürünün SGK ve TİTUBB kaydı tamamlanmış olmalıdır.

28-Firma il saęlık müdürlüğü tarafından tıbbi cihaz satış merkezi olarak yetkilendirilmiş (Ruhsat ) ve klinik destek veya satış tanıtım belgesi bulunmalıdır.

Dr. Yaşar Eryılmaz  
Doęuşayazın Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Jason Ahmet KILIÇELAN  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. No: 1166 - Tescil No: 201621

# LOMBER PEEK PLİF + TLİF CAGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: 102.750 + 102.755

- 1- Ürün hammaddesi cerrahi implant için uygun Polyether ether ketone olmalıdır. Hammaddesinin teknik özelliklerini ispatlayan evraklar ibraz edilmelidir.
- 2- Superior ve Inferior yüzeylere birebir tutunum sağlayabilecek dişli bir yapıda ve titanyum tanımlama pinleri olmalıdır.
- 3- Cage'nin içerisinde fusion ve graftleme için gerekli alan olmalıdır.
- 4- Anterior ucu intervertebral mesafeye ilerlemeyi kolaylaştırmak için inceltilmiş olmalıdır.
- 5- Cage kalınlıkları 7-13mm, uzunlukları 24-30mm olmalıdır.
- 6- El aletleri implantlarla aynı marka olmalıdır.
- 7- Tek el aleti ile yerleştirme sabitleme yapılabilmelidir.
- 8- Dura protector guide olmalıdır.
- 9- Set içerisinde ihtiyaç boyutuna karar verebilmek için implant denemeleri ve deneme gönderici olmalıdır.
- 10- Sağ-sol angled ve rectangular curretteler ve squareler olmalıdır.
- 11- Hasta takibi ve ürün güvenilirliğini sağlamak amacıyla malzemeler üzerinde lot numarası, üretici firma ismi veya logosu, ürüne ait boyutsal özellikler yer alacaktır. Her hangi bir problem vukuunda imal edilen malzeme üzerinde bulunan lot numarasından hareketle izlenebilirliğe ait kayıtlar kuruma ibraz edilecektir.
- 12- Firma 10(on) yıl süre ile revizyon amaçlı olarak çakma setlerini getirebileceğimizi taahhütnameyi ihale komisyonuna sunacaktır.
- 13- Ürünün SGK ve TİTUBB kaydı tamamlanmış olmalıdır.
- 14- Firma il sağlık müdürlüğü tarafından tıbbi cihaz satış merkezi olarak yetkilendirilmiş olmalıdır. Ayrıca ameliyata girecek ekiplerin klinik destek belgeleri olmalıdır.

Dr. Yağar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Jason Öner KOLTUĞLAW  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. No: 1106 - Tescil No: 201621