

**MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ (K.K.M) İÇİN 12 (ONİKİ) AYLIK
MEDİKAL GAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR**

OKSİJEN GAZI (İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİNİN TÜPLERİ)

1- İhale konusu oksijen gazı solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, hastalar için verilecek oksijen gazından (Tüp içindeki gazın kullanımında) doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olup, bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.

2- Verilecek Oksijen Gazı; İthal ise ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise üretim ve dolum izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacak ve ihalede belgelendirilecektir. Ayrıca yüklenicinin de dolum ve/veya depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kuruluşlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.

3-Oksijen gazı dolumu yapılacak olan tüplerin geçerli dolum, bakım ve hidrostatik test yeterlilikleri TS EN ISO 18119 Standardına göre yapılacaktır.

4-Oksijen tüplerinin zamanı gelmiş gerekli testleri, kontrol ve bakımları TSE tarafından bakım yeterlilik belgesi verilen yüklenici firmaya yapılacaktır. Bu konuda tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

5-Tüplerin Nakil İşleri:

Dolumdan gelen oksijen tüpleri yüklenici firma tarafından aşağıda belirtilen adreslere teslim edilecektir.

- a) Doğubayazıt 1-2-3-5 Nolu ASHİ Binası (İshakpaşa Mah. Gülveren Sokak No.73- DOĞUBAYAZIT)
- b) Diyadin 1 ve 2 Nolu 112 ASHİ Binası (Atatürk Mahallesi Ününü Caddesi -DİYADİN)
- c) Taşlıçay 1 Nolu ASHİ Binası (Hürriyet Mahallesi Transit caddesi ASM Binası (TAŞLIÇAY)
- d) Eleşkirt 1 ve 2 Nolu ASHİ Binası (Cumhuriyet Caddesi İstiklal Mahallesi ELEŞKİRT)
- e) Patnos 2-3- Nolu ASHİ Binası (Molla İbrahim Yolu Badi şan Mahallesi ASM Binası (PATNOS)
- f) Tutak 1 ve 2 Nolu ASHİ Binası (Cami Mahallesi ASM Binası TUTAK)
- g) Merkez 1.Nolu ASHİ Binası (Gazi Mahallesi 2.Nolu ASM Hizmet Binası Arkası –AĞRI)

6- İhaleyi alan firma İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin mevcut tüpleri ve en az 20 (Yirmi) adet kendi firma tüplerini İdareye tutanak karşılığı teslim edecek ve bu tüpler ile çalışacaktır.

7-Firmanın idareye teslim ettiği tüpler TS EN ISO 7866 şartlarına uygun olacaktır. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait olmayan tüpler içinde ayrıca kira bedeli ödenmeyecektir.

7- Yüklenci firma tarafından verilecek emanet tüpler;

a-Boyalı olacaktır.

b-Tüp üzerinde solunabilir ibaresi olacaktır.

c-Vanaları bantlı ve başlıklı olacaktır.

d-Periyodik bakımları ve testleri yapılmış olacaktır.

e-Vanalar sağlam olarak verilecek, arızalı vanalar ücretsiz değiştirilecektir.

f-Arızalı ventil hemen değiştirilecektir. Ventil değişimi firmaya ait olup ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

g-Arızalı tüpler değiştirilecek test süresi geçmiş medikal oksijen tüplerine gaz dolumu yapılmayacaktır.

h-Her tüple birlikte 1 (Bir)conta ücretsiz verilecektir.

8- Dolumdan gelen tüpler mutlaka mühürlü olacaktır. Uygun görülmeyen tüpler tüm masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere yeniden dolamları yapılmak veya arızalı parçaların uygun olan yenileri ile değiştirilmek üzere geri iade edilecektir.

9-Dolumdan gelen tüpler yüklenici firma tarafından (5) beşinci maddede belirtilen ilçelerdeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının bulunduğu hizmet binalarına, Merkezde ise 1 Nolu ASHİ binasına teslim edilecektir.

10- Söz Konusu istasyonlarda olası adres değişikliği durumunda idare yüklenici firmaya bilgi verecektir.

11-Dolumdan gelen tüplerin kontrolü ve teslimatı yüklenici firma tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyon sorumlusuna yaptırılacaktır, Eksik veya arızalı gelen tüpler dolum için firmaya iade edilecek ve kurumdan ikinci bir dolum ücreti talep edilmeyecektir.

12- Oksijen gazı talebi en geç 12 (oniki) saat içerisinde ilgili firma tarafından yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün için cezai muayede uygulanacaktır. Oksijen tüpü ihtiyacı firmaya telefon veya belgegeçer ile bildirilecektir.

13-Oksijen gazının saflığı Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Oksijen gazı saflığı en az % 99,50 saflıkta rutubetsiz ve basıncı 150 atü”(Bar) ± 20 bar olacaktır. Kontrollerde basıncın eksik çıkması durumunda tüpler hiçbir ücret ödenmeksizin ilgili istasyonlarda kalacaktır.

14- Oksijen gazı alımı peyderpey olup sözleşme bitim tarihine kadar devam edecektir.


GENEL ŞARTLAR

- 1-İhale edilecek olan medikal gazlar (İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı - 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde) kullanılacaktır.
- 2-Medikal amaçlı gazlar birinci derecede insan yaşamı ile ilgili olup, yüklenici firma tarafından üretim, depolama, nakliye, boşaltma ve kullanma süresince gazın tıbbi özelliklerini koruyacaktır.
- 3-Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki hükümler geçerlidir.
- 4-Sağlık tesislerinde dolumu yapılacak tüp tüpler sözleşme süresince firma tarafından sağlanacaktır. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait oksijen tüpleri demirbaş olup tüplerin her hangi bir sebeple zarar görmesi halinde yüklenici firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- 5- Yüklenici gaz ile ilgili yükleme ve nakliye işlemlerini trafik kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak kendisi yapacaktır. Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye aittir.
- 6-Teslim edilecek tıbbi gazların teslimatı irsaliye ile yapılacaktır.
- 7-Tüplerin nakliyesi ve boşaltılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Ramazan KARAKUŞ
Teknik Destek Birim Sorumlusu



Fuat GÖKÇE
112 Makine Teknikeri



İhsan KOTAN
112 Elektrik Teknikeri



Dr. Hasan Ali İPEK
Başhekim

