

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1289
KONU : Teklif Davet

24/10/2024

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HEMODİYALİZ SOLÜSYONU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 25/10/2024 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
Bilgilerinize arz ederim.

İsra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	HEMODİYALİZ SOLÜSYONU, BİKARBONALTI ,ASİDİK ,2K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ 5 LT	500	ADET		
2	HEMODİYALİZ SOLÜSYONU, BİKARBONALTI, BAZİK 6 LT	500	ADET		

UYGUNDUR
24/10/2024
Yaşın ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

**SMT1735- HEMODİYALİZ
SOLÜSYONLARI (ASİDİK/BAZİK)**

SMT İşlevi:	Temel	1. Hemodiyaliz solüsyonları; akut veya kronik böbrek yetmezliği durumlarında kullanıma uygun özelliklerde ve en az-1 seans hemodiyaliz işlemi sırasında kullanıma uygun dozda olmalıdırlar.																
SM malzeme tanımlama bilgileri:		<table border="1"><tr><td>Na</td><td>138-140 mmol/l</td></tr><tr><td>K</td><td>1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/l</td></tr><tr><td>Ca</td><td>1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/l</td></tr><tr><td>Mg</td><td>0,5-1 mmol/l</td></tr><tr><td>Cl</td><td>106-113 mmol/l</td></tr><tr><td>Asetat</td><td>2-8 mmol/l</td></tr><tr><td>HCO₃</td><td>30-33 mmol/l</td></tr><tr><td>glukoz</td><td>0-2g/l(glukozsuz)</td></tr></table> <p style="text-align: center;">Asidik Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu</p> <p>2. Her litre solüsyonda aşağıdaki konstantrasyonlar da elektrolit bulunur;</p> <p>3. Solüsyonlar 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.</p> <p>4. Asidik solüsyonlar malzeme tanımlarında belirtilen; kalsiyum, potasyum ve glikoz değerlerine göre kullanıcıya teslim edilmelidir.</p> <p>5. Ambalaj kapakları ve üzerindeki etiket kırmızı renkli olmalıdır.</p>	Na	138-140 mmol/l	K	1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/l	Ca	1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/l	Mg	0,5-1 mmol/l	Cl	106-113 mmol/l	Asetat	2-8 mmol/l	HCO ₃	30-33 mmol/l	glukoz	0-2g/l(glukozsuz)
Na	138-140 mmol/l																	
K	1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/l																	
Ca	1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/l																	
Mg	0,5-1 mmol/l																	
Cl	106-113 mmol/l																	
Asetat	2-8 mmol/l																	
HCO ₃	30-33 mmol/l																	
glukoz	0-2g/l(glukozsuz)																	

	<p style="text-align: center;">Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu</p> <p>6. Her 1000 ml solüsyonda 84 gram sodyum bikarbonat içermelidir</p> <p>7. Solüsyonlar 6 litrelik bidonlarda olmalıdır.</p> <p>8. Ambalaj kapakları ve etiketler mavi renkli olmalıdır.</p>
Teknik Özellikleri:	<p>9. Bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu asidik konsantre solüsyon ve Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu olarak ikisi bir takım oluşturmaktadır.</p> <p>10. Solüsyonlar kilitli kapak sistemi olan polietilen bidonlarda bulunmalıdır. Renkleri berrak olmalı ve bu sisteme uygun orijinal kapak anahtarları bulunmalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>11. Solüsyonlar yapılacak talepten sonra en fazla 10 gün içerisinde üretilmiş taze solüsyonlar olmalıdır.</p> <p>12. Solüsyonların bulunduğu kaplar sağlam, dayanıklı, orijinal ambalajında olmalıdır.</p> <p>13. Solüsyonların taşınması, depolanması ve saklanması sırasında düşmesi, dökülmesi riski gibi kamu zararı oluşturacak durumlara sebebiyet vermeyecek şekilde teslimat yapılmalıdır. Delik, eksik, ince duvarlı, etiketi okunmayan, orijinal ambalajı olmayan bidonlar teslim alınmayacaktır.</p> <p>14. Ürünün uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek hasar, zarar ve eksiklikler tedarikçiye ait olacaktır.</p> <p>15. Solüsyonlar sağlık tesislerimizdeki hemodiyaliz cihazlarında denendikten sonra uygunluk verilecektir.</p> <p>16. Solüsyonların bulunduğu kaplar sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Delik, eksik, ince duvarlı, prospektüsü okunmayan bidonlar teslim alınmayacaktır.</p> <p>17. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmekle yükümlüdür.</p> <p>18. Bidonların üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.</p> <p>19. Solüsyonların alüminyum içeriği güvenilir bir laboratuvar tarafından belgelendirilmelidir. Al+3 içeriği 0.1ppm'den düşük olduğunu gösteren analiz raporu malzeme ile gönderilecektir.</p>


Ergin YILDIZ
Ticari Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

TUTANAK

Hemodiyaliz asidik ve bazik solusyonu adlı malzemeler stoğumuzda hasta sayılarındaki artış sebebiyle tükenmiş bulunmaktadır. Mevcut DMO ihalesi henüz sonuçlanmamıştır. Sonucunun ne zaman açıklanacağı da belli değildir. Diğer hastanelerde temin edemedik. Diyaliz biriminin işleyişinin sürmesi için acilen temin etmemiz gerekmektedir. 24/10/2024

Engin YILDIZ
TKY

Malzeme Açıklama	Barkod No	Durumu	Talep Miktarı	Karşılanan Miktar	Karşılanma Tarihi	Karşılama Birim Adı	Sistem Açıklama
HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT, HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT	6681756072019	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATURK DEVLET HASTANESİ	
HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT, DIASOL BAZİK HEMODİYALİZ KONSANTRESİ 6 LITRE	6681756072019	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ	
HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT, HEMODİYALİZ SOLUSYONU BAZİK	6681756072019	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMEREK DEVLET HASTANESİ	
HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT, DYZ- HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT	6681756072019	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ	
MODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 2K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ, 5LT, HEMODİYALİZ SOLUSYONU FARMAKON A 2K1,25CA 3A5 5LT ASİDİK DMO	8699459938280	Onaylananlar	408	408	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ	
MODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 2K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ, 5LT, REN ACET 2K A 1.25 ASİDİK HEMODİYALİZ KONSANTRESİ 5 LT - RM028 (DİYALİZ 2K 1.25 CA BİKARBONATLI KONSANTRE ASİDİK(5 LT) GLUKOZSUZ)	8699645660711	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ	
MODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 2K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ, 5LT, REN ACET 2K CA 1,25 ASİDİK HEMODİYALİZ KONSANTRESİ 5 LT - RM028 (HEMODİYALİZ SOLUSYONU,BİKARBONATLI,ASİDİK,2K,1,25CA, GLUKOZSUZ 5LT)	8699645660711	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ	
MODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 1K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ, 5LT, HEMODİYALİZ SOLUSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 1K, 1.25 CA, GLUKOZSUZ, 5LT	08699608670009	Onaylananlar	300	300	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ	

Ençin YILDIZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi