



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 04.11.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	GAMBRO AK98 CİHAZ İÇİN 40356001 CLAMP UNIT COMPLETE	1	Adet		
2	GAMBRO AK98 CİHAZ İÇİN K40287002 LEVEL DEDEKTÖR DOOR	1	Adet		
3	GAMBRO AK98 CİHAZ İÇİN K404090001 CONCENTRATE İNTAKE CONNECTÖR	1	Adet		
4	GAMBRO AK96 CİHAZ İÇİN K40384002 PT SENSÖR BOARD	2	Adet		
5	GAMBRO AK96 CİHAZ İÇİN K40370001 CONCENTRATE İNTAKE CONNECTÖR BLUE	1	Adet		
6	GAMBRO AK96 CİHAZ İÇİN K40287002 LEVEL DEDEKTÖR DOOR	1	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> eleskirtdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2024 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

CLAMP UNIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Gambro marka AK96 4.20 ve/veya AK98 3.1.0 versiyon cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
- 2- Arter ve Ven hattında ön hazırlık ve tedavi aşamasında cihaz tarafından kontrol edilebilmeli ve testlerini sorunsuz olarak tamamlayabilmelidir.
- 3- Cihazın dahili priming kalibrasyonu tarafından kalibrasyonu sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmelidir.
- 4- Ürün sıfır (kullanılmamış) ve orijinal kutusunda ESD kilitli pakette olmalıdır.
- 5- Fatura tarihinden itibaren 6 ay (kullanıcı hataları hariç) garantisi olmalıdır.
- 6- Teklife konu ürünün evrensel üretici parça kodu K40356001 olmalıdır.
- 7- Teklif veren firmanın satış yetki belgesi olması zorunludur.

Birim Sorumlusu
Ezgi Yılmaz

Ebe
Rüveyda YILMAZ

LEVEL DETECTOR DOOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Gembro marka AK96-98 model cihazlar ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
- 2- Teklif sunacak firmanın yetki belgesi sunuludur.
- 3- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K40287002 olmalıdır.
- 4- Ürün bir tam kutu olarak gönderilmeli ve kutu içeriğinde 5 adet kapak ve 5 adet bağlantı pimi olmalıdır.
- 5- Ürün sıfır (kullanılmamış) ve orjinal paketinde/ambalajında olmalıdır.
- 6- Montaj tarihinden itibaren kullanıcı hataları hariç 6 (altı) ay garantisi olmalıdır.

Kirhan Sancar
Egeç
Ch

Ebe
Rüeyda YILMAZ
RHA

KIRMIZI ASİDİK VE MAVİ BAZİ KONSANTRE KONNEKTÖRÜ KİTİ (CONCENTRATE INTAKE CONNECTOR KIT) TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Gambro marka AK98 model 3.X.X versiyon cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
- 2- Asidik konnektörü kırmızı renkli olmalı ve asidik hattı için kullanılabilirdir.
- 3- Bazik konnektörü mavi renkli olmalı ve bazik hattı için kullanılabilirdir.
- 4- Teklif verilecek ürün kit (takım) halinde olmalıdır.
- 5- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K40409001 olmalıdır.
- 6- Kit içeriğindeki ürünler kendi orjinal hortum setleriyle gelmeli ve üzerlerinde hava ve sıvı kaçaqları için contaları olmalıdır.
- 7- Teklif verecek firmanın ilgili üreticiden alınmış güncel yetki belgesi olmalıdır.
- 8- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
- 9- Fatura tarihinden itibaren 6 ay (kullanıcı hataları hariç) garantisi olmalıdır.


Sirim Serimulu
Erim Yama
Ok

Diyadin Mensilest
Kıngabı Ukanu
Rah

PT SENSÖR KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Gambro marka AK96 4.20 ve AK98 3.1.0 versiyon cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
- 2- Ürün elektrostatik denge testi yapılmış kapalı poşetlerde bulunmalıdır.
- 3- İstenilen ürünün cihaz üzerinden sensör testi yapılabilmesi ve testleri başarıyla geçebilmelidir.
- 4- Ürün orjinal kutusunda gelmeli ve üretici parça kodu K40384002 olmalıdır.
- 5- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
- 6- Fatura tarihinden itibaren 6 ay (kullanıcı hataları hariç) garantisi olmalıdır.

Birim 'Santur'
Ezgi Yılmaz


Ebe
Rüeyda YILMAZ


CONCENTRATE INTAKE CONNEKTOR BLUE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K4037001 olmalıdır.
- 2- Teklif verecek firmanın ilgili üreticiden alınmış güncel yetki belgesi olmalıdır.
- 3- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
- 4-Fatura tarihinden itibaren 6 ay (kullanıcı hataları hariç) garantisidir.
- 5- ürün gambro ak96-98 cihazlarına uygun olmalıdır.

Birim Sıfır
Eski
GAMMA
Uy

Ebe
Rüveyda YILMAZ
Rita