

TEKLİFE DAVET

30.10.2024

Sayı: 653

Konu: KOLPOSKOP ÇHAZI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktardan ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.11.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gerekini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOLPOSKOP ÇHAZI			1	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden

.../.../2024

Kiş / Oda / Firmanın Ad veya Ticaret Ünvanı - Kaşınma

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KOLPOSKOP (COLPOSCOPE) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1 Dikey stand 8kg olmalıdır.
- 1.2 Döner kol standı 45 kg olmalıdır.
- 1.3 Kamera çözünürlüğü 2,130,000 piksel olmalıdır.
- 1.4 Odak modu manuel ve otomatik çalışabilmelidir.
- 1.5 Görüntü boyutunu 1 ve 50 derece arası büyültüp küçültülebilme ayarı olmalıdır.
- 1.6 Çalışma mesafesi 200mm-300mm olmalıdır.
- 1.7 Görüş alanı 275 mm olmalıdır.
- 1.8 Kamera ışık kaynağı, Beyaz döngü grubu led ışığı bulunmalıdır.
- 1.9 Görüntüleme modu ,
 - Beyaz ışık (3 seviye) ,
 - Elektronik Yeşil Filtre (3 seviye) olmalıdır.
- 1.10 3 Pinli teknik arayüzü ,USB B ve DB9 arayüzü, DC Bağlantı noktası ,HD sinyal arayüz özelliği bulunmalıdır.
- 1.11 T şeklinde dikey stand, sallananabilen kol standı ve yanında monitor kolu,PC tepsisi, Klavye bulunmalıdır.
- 1.12 Alan derinliği: 6X2120mm ve 18X25mm olmalıdır.
- 1.13 PAL/NTSC Video moduna sahip olmalıdır.
- 1.14 50Hz/60Hz frekansında çalışmalıdır.
- 1.15 Dahili güç kaynağına sahip olmalıdır.
- 1.16 Cihazın kamera ekipmanı sıvı geçirmez olmalıdır.
- 1.17 Serviks biopsi punch cihazla birlikte ücretsiz verilecektir.

Kolposkop
Cihazı
SEREN
103363