

TEKLİFE DAVET

30.10.2024

Sayı: 662

Konu: VAKUM REGÜLATÖRÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.11.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gerçeğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VAKUM REGÜLATÖRÜ			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaşılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## VAKUM REGÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastane gaz prizi standartına uygun olmalıdır. –BS Stn.
- Merkezi oksijen sistemine uygun olmalıdır.
- Vakum sistemine bağlanabilen 0, -1 bar derecelerinde manometresi olmalıdır.
- Az turlu (hızlı) açma kapama valfi olmalıdır.
- Vakum Regülatörü gövdesi pirinç malzemedden imal , kromaj kaplı olmalıdır.
- Ø 8 mm. Konik hortum çıkışına sahip olmalıdır.
- Manometre rahat görülebilen skaladan oluşmalıdır.
- 0, -1 bar aralığında vakuma regüle edilebilmelidir.
- Gövde pirinç malzemedden imal edilmiş olmalıdır.
- Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.
- Mevcut Merkezi sistem ARC MED markaya uygun olmalıdır.
- Mevcut merkezi sistem ingiliz standardına göre uygun olmalıdır.
- Vakum regülatörleri gaza özel olmalıdır. Başka gaza ait abone fişi ile çalışmamalıdır.
- En iyi kalitede olmalıdır.
- Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

EHF Esma UĞUZ UYGUN  
Biyomedikal Mühendisi

FİRAT DURAK  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Sedat ÇETİN  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri