



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-258160148
Konu : Teklife Davet

31.10.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA HASTASI AYŞEGÜL BAYDAR İÇİN 6 AYLIK 5 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **07/11/2024** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ANTİSEPTİK YAPIŞMAYAN YARA ÖRTÜSÜ(15-20*15-20CM)	ADET	480		
2	İKİ YÖNLÜ ESNEYEBİLEN ELESTAN EB GİYSİLERİ ELDİVEN (14-16 YAŞ)	ADET	90		
3	TÜBÜLER BANDAJ (10-15 CM+-1)CM *10(+1)M	ADET	30		
4	TÜBÜLER BANDAJ (14-24 CM+-1)CM *10(+1)M	ADET	30		
5	TÜBÜLER BANDAJ (15-20 CM+-1)CM *10(+1)M	ADET	30		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F2794B4E-58F4-48AA-9F9E-7F990B6C4D3E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Keş Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No:



10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere açıktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F2794B4E-58F4-48AA-9F9E-7F990B6C4D3E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

KeP Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN


Tıbbi Sekreter

Telefon No:




ANTİSEPTİK YARA ÖRTÜSÜ

1. Epidermolisiz bullosa hastalarında karşılaşılan eksüdasız veya az eksüdalı yaralarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kullanım alanları bilimsel yayınlarla kanıtlanabilmelidir.
2. Poliüretan köpükten imal edilmiş sargının üst kısmı su geçirmeyen ,hava geçirgen bir film tabaka ile kaplanmış olmalıdır.
3. Örtü yarayla temas eden tabakasında, yarada yatağında artık bırakacak bulanmış, emdirilmiş vb. bir madde bulunmamalıdır. Örtünün yara temas tabakasında kullanılan yapışkan yüzey soft silikon olmalı, "Safetac" hidrofobik yapısıyla sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
4. Kaşıntıya sebep olmamalıdır.
5. Örtü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin yayınlamış olduğu E. Bullosa hastalarında kullanıma uygun malzemeleri belirtir algoritmada hastalığın 3 ana tipinde (Simplex, Distrofik ve Juntional tip) de kullanılabilir olmalı ayrıca uluslararası E. Bullusa tedavi klavuzlarında yer almalıdır. Bu referans yayınlara kanıtlanabilmelidir
6. Örtü, hastada yara açılmasını engellemeye yardımcı olabilecek, hastanın kronik olarak yara görülen bölgelerinde yara açılmasını engellemek için koruma amacıyla da kullanılabilir. Bu özellik KHB'nin ve DEBRA uk EB Klavuzunun referans yayınıyla kanıtlanabilmelidir.
7. Gerektiğinde hiçbir özelliğini kaybetmeksizin istenilen şekilde kesilebilmelidir.
8. Sargı, yaradan kaldırılıp tekrar uygulanabilmeli, bu esnada yapışkan özelliğini kaybetmemeli ve sargı değişimi gerekmeksizin yarayı gözleme imkanı vermelidir.
9. Ürün hassas ve/veya nazikleşmiş ciltlerin korunması amacı ile kullanılabilir.
10. Nem ve buhar geçişine izin vermelidir.
11. Ürün, bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.
12. Ürün ince yapısı nedeni ile vücut hatlarına uyum sağlamalıdır.
 - Sargı ıslak yara yatağına kesinlikle yapışmamalı ve örtü değişimleri esnasında yarada ve sağlıklı ciltte travma oluşturmayarak yara iyileşim sürecini kısaltmalıdır. Bu özellik firma tarafından belgelendirilmelidir.
13. Ürünün sağlıklı cilde fiksasyonunu sağlayan alanda akrilik veya hidrokolloid yapışkan bulunmamalıdır.
14. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
15. Üretici firma ISO 14001, EN ISO 13485 kalite ve CE belgesine sahip olmalıdır.
16. İstenildiğinde 7,5 X 8,5 cm, 12,5 x 12,5,17,5 x 17,5 cm ve 20 x 50 cm ebatlarında bulunabilmelidir.
17. Paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası,kod numarası , son kullanma tarihi ,ebatı ,CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.
18. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Sertan KANDEMİR
Erdi Sağlık Sorumlusu


T.C Sağlık Bakanlığı
Doğubayazıt Dr. Yasar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Dr. Esra İrem DAĞCI
Dip.Tes.No:284083

Esmelur ONAY
Erdi Sağlık Sorumlusu


İki Yönlü Esneyebilen Elastan E.B. Giysileri

1. Ürün, büzülme ve kompresyona neden olmaksızın hassas ciltlerde (E.Bullosa, atopik eczema vb.) irritasyonu engellenmesine yardım etmek üzere dizayn edilmiş giysi olmalıdır.
2. Günlük giysiler ile birlikte rahatlıkla kullanılabilen, cildi serin tutan ve gerekli hava alışverişini yapabilen özellikte olmalıdır.
3. Ürün, İğne ve bant gerektirmeden kullanılmalı ve varsa birleşme/dikiş bölgeleri tahriş yaratmacak özel yapıda olmalı ve geniş hareket özgürlüğü sağlamalıdır.
4. Giysiler viskoz, polyamide ve elastandan imal edilmiş olmalı, latex içermemelidir.
5. Eldiven, Yelek, Tayt, Tozluk ve Çorap gibi giyime hazır formlarına sahip olmalıdır.
6. Giysiler, Softseam teknolojiye sahip olmalı bu sayesinde hem enine hem boyuna esneyebilen elastan yapısıyla dengeli bir basınç oluşturarak vücut hatlarına uyum sağlamalı ve gerektiğinde var olan pansumanı sabitleyebilmelidir.
7. Farklı ölçülerde olup, ölçüler yaş aralıkları ile belirtilen yaş aralıklarında bulunabilmelidir: 6-24 ay, 2-5 yaş, 5-8 yaş, 8-11 yaş, 11-14 yaş, 2-14 yaş.
8. Eldiven formu; extra small, adult small, child small ve medium-large ölçülerine sahip olmalıdır.
9. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Üretici firma ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
11. Üretici firma EN ISO 13485 kalite belgesine sahip olmalıdır.
12. Paketin üzerinde lot numarası, kod numarası, son kullanma tarihi ,ebatı , CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.
13. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Seren Kander



T.C Sağlık Bakanlığı
Doğubayazıt Dr. Fıgar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Dr. Esra İrem DAĞCI
Dip. Tec. No: 284083

Esme Nur ONAY


TEKNİK ŞARTNAME

İki Yönlü Esneyebilen Tubüler Bandaj

1. Ürün, büzülme ve kompresyona neden olmaksızın hassas ciltlerde (E.Bullosa, atopik eczema vb.) irritasyonu engellenmesine yardım etmek üzere dizayn edilmiş elastan tubüler bandaj olmalıdır.
2. İğne ve bant gerektirmeden kullanılmalıdır.
3. Tubüler bandaj viskoz, polyamide ve elastandan imal edilmiş olmalıdır. Latex içermemelidir.
4. Tubüler bandaj, Softseam teknolojiye sahip olmalı bu sayesinde hem enine hem boyuna esneyebilen elastan yapısıyla dengeli bir basınç oluşturarak vücut hatlarına uyum sağlamalı ve gerektiğinde var olan pansumanı sabitleyebilmelidir.
5. Günlük giysiler ile birlikte rahatlıkla kullanılabilen, cildi serin tutan ve gerekli hava alışverişini yapabilen özellikte olmalıdır.
6. Farklı ölçüler farklı renk kodları ile tanımlanmış olmalıdır (Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Mor). Ürünün ortasından geçen renk kodları boyalı viskozdan yapılmış olmalıdır ve üretim aşamasında işlenmelidir.
7. Ürünün paketlenmesi, ürünü koruyacak ve taşıma esnasında temiz tutacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
8. Paketin üzerinde lot numarası, kod numarası, son kullanma tarihi, ebatı, CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.
9. İstenildiğinde belirtilen ebatlarda bulunabilmelidir: 3.5 cm X 5 m; 3.5 cm X 10 m; 5 cm X 5 m; 5 cm X 10 m; 7.5 cm X 5 m; 7.5 cm X 10 m; 10.75 cm X 5 m; 10.75 cm X 10 m; 20 cm X 10 m.
10. İstenilen ebatta kesilip kullanılarak maliyet avantajı sağlamalıdır.
11. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
12. Üretici firma ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
13. Üretici firma EN ISO 13485 kalite belgesine sahip olmalıdır.
14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Seren KANDER


T.C Sağlık Bakanlığı
Doğubayazıt Dr. Yasar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Dr. ESTER İrem DAGCI
Dip. Tes. No: 284083


ESMERAL KAYA
