

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

31.10.2024

Sayı: 663  
Konu: BUZDOLABI TERMOMETRESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.11.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK KAYDEDİCİ / TERMOMETRE			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ALARMLI BUZDOLABI DERESESİ ŞARTNAMESİ

ALARMLI İÇ/DIŞ DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1)İÇ/DIŞ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ YAPABİLMELİDİR.
- 2)DIŞ MEKAN YÜKSEK-DÜŞÜK SICAKLIK ALARM AYARI YAPABİLMELİDİR.
- 3)MAX-MİN HAFIZASI OLMALIDIR.
- 4)BÜYÜK NET DİJİTAL EKРАН İLE SICAKLIK DEĞİŞİMİ RAHAT TAKİP EDİLEBİLMELİDİR.
- 5)SU GEÇİRMEZ PROBA SAHİP OLMALIDIR.
- 6)MIKNATISLI OLMALI BUZDOLABI VEYA METAL YÜZEYLERE SABİTLENEBİLMELİDİR.
- 7)AYAĞI ÜZERİNDE DURABİLMELİ.
- 8)BUZDOLABI İÇİN PROP TUTUCU ORİJİNAL AMBALAJ İÇİNDE OLMALIDIR.
- 9)DIŞ ÖLÇÜM ARALIĞI -50...+70C
- 10)İÇ ÖLÇÜM ARALIĞI -20...+70C
- 11)SICAKLIK ÖLÇÜM HASSASİYETİ +-1C
- 12)PROP UZUNLUĞU 2 METRE OLMALIDIR.
- 13)1,5 VOLT AAA PİL İLE ÇALIŞMALIDIR.
- 14)CİHAZLA BİRLİKTE 1 ADET PROP TUTUCU VE PİL VERİLMELİDİR.
- 15)ÜRÜNLERLE BİRLİKTE TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLI KALİBRASYON SERTİFİKASI VERİLMELİDİR. SERTİFİKADA ALIM YAPACAK KURUMUN ADI YAZMALIDIR.

Sorumlu Ebe  
Ebe Salonu  
ZİNCİT

Delal TUTAR  
Dtute

EMR Esma UĞUZ UYGUN  
Biyomedikal Uzmanı

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
AĞRI EAH İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  
16.10.2024 09:12:42 - E:67212153-929-257149967



257149967