

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.11.2024

Sayı: 680  
Konu: MANİFOLD SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.11.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gergini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOMATİK KONTRAST POMPASI MANİFOLD SETİ TEK KULLANIMLIK			250	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaşmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## BAĞLANTI SETİ, OPAK MADDE İÇİN, VALFLİ, ÇİFT HATLI, TEK ÇIKIŞLI (MANİFOLT SET ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az üç yollu olmalıdır (Bir adet serum line, bir adet basınç line, bir adet opak line)
2. Rotating adaptörlü ve sağ pozisyonlu olmalıdır.
3. Kristal saydamlığında olmalıdır.
4. En az 400 PSI basıncına dayanıklı olmalıdır
5. Musluklar kolay açılıp kapanabilir olmalıdır. Muslukların uzun kolu "off" pozisyonu olmalıdır.
6. Opak line' a ait hazneli serum seti manifold ile birlikte verilmelidir.
7. Tüm manifoldların son kullanma tarihlerine teslim tarihi itibari ile en az 15 ay kalmış olmalıdır.
8. Teklif veren firma vermiş olduğu manifoldları gerektiğinde istenilen manifoldların son kullanma tarihine 2 ay kalana kadar yazılı bildirmeyi takiben 72 saat içinde değiştirmeyi taahhüt eder.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Uzm. Dr. M. Rahat ROSE  
Kardiyoloji Uzmanı  
Diy. Tes.No: 166679

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Uzm. Dr. M. Rahat ROSE  
Kardiyoloji Uzmanı  
Diy. Tes.No: 166679

İSABİR Sağlık Hizmetleri  
Kardiyoloji  
Diy. Tes.No: 166679