

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.11.2024

Sayı: 689

Konu: FOTOSELLİ BATARYA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.11.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FOTOSELLİ BATARYA			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1:KAPSAM

Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılmak üzere talep edilen 15 adet fotoselli batarya alım işini kapsamaktadır.

2: ÖZELLİKLER

2.1. Talep edilen bataryalar, çift su girişli, köpük akıntılı olacaktır.

2.2 Boy uzunluğu en az 20 cm, çıkış ucu uzunluğu 10 cm olacaktır.

2.3 AC ve DC destekli olup, hem elektrik hem pil ile çalışıyor olmalıdır. Hijyenik kullanıma uygun 1. Sınıf kalitede olacaktır.

2.4 Bataryalar, paslanmaz krom kaplı ve TSE-ISO belgeli olacaktır. Bataryalar 2 yıl garantili olacak ve bu süre zarfında oluşabilecek arızalarda, onarıma gidilmeden, bire bir değiştirme programına tabi olacaktır. Yüklenicinin bu maddeyi özellikle dikkate alması gerekmektedir.

2.5 Bataryalar, spiral hortumlarıyla komple set olarak gönderilecektir.

2.6 Talep edilen bataryalar, numuneler arasından seçilecektir. Bu nedenle fiyat verecek olan istekliler, Hastane satın alma birimine numune katalogları gönderecek ve ürün bu numuneler arasında seçilecektir.

Yukarıda istenilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen