

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.11.2024

Sayı:259

Konu: ANESTEZİ CİHAZI AZOT HORTUMU

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.11.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Adem TAŞDEMİR
Patnos Devlet Hastanesi
Medikal Sorumlusu

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANESTEZİ CİHAZI AZOT PROTOKSİT BAĞLANTI HORTUMU ÇİFT KONNEKTÖRLÜ NONSTERİL			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ANESTEZİ CİHAZI AZOT HORTUM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KULLANILACAK HORTUM BASINCA DAYANIKLI OLMALIDIR.
- 3: 4M UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
4. HORTUMUN BİR UCUNDAN MEVCUT GAZ PRİZİNE UYUMLU AZOT JAKI OLMALIDIR. HORTUMUN DİĞER UCUNDA ANESTEZİ CİHAZI GİRİŞİNE UYGUN REKOR OLMALIDIR.
5. NUMUNE GÖRÜLDÜKTEN SONRA ONAY VERİLECEKTİR.
6. APARTLAR HORTUMLARA PRESLENMİŞ OLMALIDIR.
7. Ürün CE Belgeli olmalı ve belge kapsamında yazmalıdır.
8. Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.
9. İmalatçı ve yapımçı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır.
10. İmalatçı ve yapımçı firmalar HYB belgeli olmalıdır

Can Fida İmza

2104
İmza

Fatmanur ALLAHMERDI
Biyomedikal Teknikeri

Anestezi Tebn. Sorumlusu
Serin Yesil Kenay
İ