

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

12.11.2024

Sayı: 716

Konu: OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI PEDIATRİK PARMAK STANDART TAŞINABİLİR ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.11.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PULSE METRE / SPO2 / SPCO CİHAZLARI, OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI PEDIATRİK PARMAK STANDART TAŞINABİLİR			7	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Pediatric Finger Type Pulse Oximeter Device Technical Specification

1. Pulse oximeter device arterial blood oxygen saturation (SpO₂) and pulse measurement capable non-invasive digital measurement device should be.
2. Pulse oximeter finger type should be, 2 years and over pediatric measurement suitable should be.
3. Other additional sensor requirement without measurement should be able to measure.
4. Color, four directions rotatable (128X64pixel) OLED screen feature should be.
5. Screen SpO₂, pulse bar graph, pulse wave form, heart rate, battery level should be able to analyze.
6. Device heart rate sound detection feature should be.
7. Pulse measurement interval: 25-250 bpm should be.
8. SpO₂ measurement 0%-99% range should be, %70-%99 range $\pm 2\%$ accuracy should be.
9. Energy consumption should be low, at least 50 hours measurement should be able to measure.
10. Easy to read, wide LCD screen should be.
11. Device eight (8) seconds signal not received automatic shutdown should be.
12. Finger inserted hole used rubber human health damage toxic substances should not contain.
13. Device battery included 60 gr should be.
14. Device not used automatic shutdown should be.
15. Device with 1 carrying strap should be.
16. Two AAA 1.5 volt battery should be able to work.
17. Product dimensions 33X36X58mm should be.
18. Device user errors except at least two (2) year warranty should be.
19. International valid quality certificate (ISO-CE) having, National Information Bank (UTS) registered should be.
20. Sample approval after order will be placed.
21. Sample will not be returned and will not be added to order number.

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi

Betül SARIK
Biyomedikal Mühendisi