

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

21.11.2024

Sayı: 54

Konu: Çift Kişilik Diş Teknisyen Masası Mal Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.11.2024 saat: 11:00 'a kadar agriagzdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİŞ TEKNİSYEN MASASI			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ÇİFT KİŞİLİK TEKNİSYEN ÇALIŞMA MASASI

1. Masanın DKP çelik saç kısımları üzeri demir fosfat kaplaması yapılmış, daha sonra elektro-statik toz boya ile boyanmak ve 200 derecede fırınlanmış olmalıdır. Boya ultraviyole ışığa dayanıklı ve epoksi toz boya olmalıdır.
2. Masanın üst tablası anti-bakteriyel, ısıya ve darbeye dayanıklı compact laminat olmalıdır. (Yanları siyah kraft, üzeri istenilen renkte laminat sıkılmış olmalıdır.)
3. Masa toprak hatlı olmalıdır.
4. Masanın elektrik girişinde, önden kumanda edilebilen otomatik kaçak akım sigortası olmalıdır.
5. Masanın görünebilir uygun yerlerinde elektrik fişinin takılı olduğunu gösteren ve vakum motorunun çalışır durumda olduğunu gösteren sinyal lambaları olmalıdır.
6. Masanın hava taşıyıcılarında silikon pnomatik hortum olmalıdır.
7. Masada çalışan her kişi için bir adet hava spreyi bulunmalıdır.
8. Masadaki hava spreyi kullanım esnasında kendini kilitleyen, iş bitiminde geri çeken otomatik mekanizmaya bağlı olmalıdır.
9. (GAZ İSTEĞE BAĞLI) Gaz bağlantı hortumu ve çıkışı 1/2 dişli rekor ağızlı olmalıdır.
10. (GAZ İSTEĞE BAĞLI) Masa üzerinde her çalışan için pirinçten imal edilmiş olmalı, yanıcı gazlar için uygun sarı vanalı gaz musluğu olmalıdır.
11. Aydınlatma için masa üzerinde LED lamba olmalı ve lamba masa üzerinden kumanda edebilmelidir.
12. Dizden çalışmalı mikromotoru bağlamak için masa altında uygun yerler olmalıdır.
13. Mikromotorun elektrik bağlantısı için masasının altında priz bulunmalıdır.
14. Masa üst tablasında mikromotor ve piyasemeninin çıkış yeri olmalıdır.
15. Masada vakum motoru bulunmalıdır. 2 x 800 w Vakum sistemi şeklinde olmalıdır.
16. Vakum motorunun emiş filtresi, özel filtre bezinden imal edilmiş olmalı ve aynı zamanda ikinci bir teflondan yapılmış motor koruma filtresi olmalıdır.
17. Masa üzerinde her çalışan için özel dizayn edilmiş göz koruma siperliği ve süzgeci olan plastik emiş çenesi olmalıdır.
18. Masa üzerinde priz çıkışı bulunmalıdır.
19. Masa üzerinde her çalışan için bir adet paslanmaz çalışma sacı bulunmalıdır.
20. Masa üzerinde her çalışan için iki adet küllük çekmecesine olmalı ve çekmecelerin içerisinde plastik tepsi bulunmalıdır.
21. Masa üzerinde her çalışan için dört adet çekmece bulunmalıdır.
22. Masanın ayakları ayarlanabilir vidalı olmalı, yere basan kısımları plastik olmalıdır.
23. Masa ölçüleri 60x215x86cm (h) ± 5cm ve çift kişilik olmalıdır.
24. Masalar 230 Volt 50Hz AC şebeke ceryanı ile çalışmalıdır.
25. Masa imalat ve montaj hatalarına karşı ücretsiz 2 (iki) yıl garantili ve 10(on) yıl ücretli parça garantili olmalıdır.
26. Üretici firmanın hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır.
27. Yanında ikişer adet ortopedik teknisyen sandalyesi verilecektir.

Dr. Canan DEMİR
Ağrı Ağrı ve Diş Sağ. Merz.
Dip. No: 17728

DIŞ HEKİMİ
Dr. R. BİÇAK
Dip No: 150027

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Ağrı ve Diş Sağ. Merz.
Bakanlık Yılı
Başhekim