

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1397
KONU : Teklife Davet

21/11/2024

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ, HAZNESİZ PEDIATRİK VE HAZNESİZ YETİŞKİN ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/11/2024 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

İhale No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ, HAZNESİZ PEDIATRİK	200	ADET		
2	REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ, HAZNESİZ YETİŞKİN	100	ADET		

UYGUNDUR

21/11/2024

Yaşar ÇOLAK

Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

SMT2820 REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ, HAZNESİZ PEDIATRİK

SMT Temel İşlevi:	<ol style="list-style-type: none">1. Ürün sağlık tesislerinde medikal oksijen gazını merkezi sistem ile hastalara verebilmek amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	<ol style="list-style-type: none">2. Ürünün haznesiz maske veya torbalı maske çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.3. Ürün yetişkin, pediatrik (çocuk), yeni doğan (bebek) hastalarda kullanılmak üzere farklı ebatta seçenekleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<ol style="list-style-type: none">4. Ürün non-toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.5. Ürün yumuşak ve cildi tahriş etmeyen yapıda olmalıdır.6. Maske şeffaf olmalıdır.7. Maske yüze tam oturmalı, hastanın ağzını ve burnunu içine tam almalıdır.8. Ürün koku yapmamalıdır.9. Ürün hastanın anatomik yapısına uygun olmalı ve hastanın burun bölgesi üzerine rahat oturacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.10. Maskenin burun bölümüne denk gelen kısmında maske ile birleşik yapıda plastik esneklik sağlayan bir bölüm veya metal klipsi olmalıdır. (Klips emniyetli olmalı kullanım esnasında sağlık personeli ve hastaya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.)11. Ürünün 180cm uzunluğunda bağlantı hortumu olmalıdır.12. Maskenin hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine ve ambuya uyumlu olmalıdır.13. Bağlantı hortumu kanallı yapıda olmalıdır.14. Bağlantı hortumu kırılma ve bükülmeye dayanıklı olmalıdır. Kırılma ve bükülme durumunda müdahale edilince bağlantı hortumu eski formunu almalıdır.15. Ürün hastanın başına geçirilmesi için lastiği bulunmalıdır. Bu lastik esnek yapıda olmalı, yerinden çıkmamalı, deforme olmamalı ve ayarlanabilmelidir.16. Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2'i çıkaracak bir mekanizmaya sahip olmalıdır.17. Maskenin yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden olmamalıdır.18. Torbalı maske tiplerinde ölü oksijen boşluğunu önlemek adına maske altında maske ile birleşik bir torba sistemine sahip olmalıdır.

SMT2820 REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ, HAZNESİZ YETİŞKİN

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün sağlık tesislerinde medikal oksijen gazını merkezi sistem ile hastalara verebilmek amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün haznesiz maske veya torbalı maske çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Ürün yetişkin, pediatrik (çocuk), yeni doğan (bebek) hastalarda kullanılmak üzere farklı ebatta seçenekleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Ürün non-toksik PVC'den yapılmış olmalıdır. 5. Ürün yumuşak ve cildi tahriş etmeyen yapıda olmalıdır. 6. Maske şeffaf olmalıdır. 7. Maske yüze tam oturmalı, hastanın ağzını ve burnunu içine tam almalıdır. 8. Ürün koku yapmamalıdır. 9. Ürün hastanın anatomik yapısına uygun olmalı ve hastanın burun bölgesi üzerine rahat oturacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 10. Maskenin burun bölümüne denk gelen kısmında maske ile birleşik yapıda plastik esneklik sağlayan bir bölüm veya metal klipsi olmalıdır. (Klips emniyetli olmalı kullanım esnasında sağlık personeli ve hastaya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.) 11. Ürünün 180cm uzunluğunda bağlantı hortumu olmalıdır. 12. Maskenin hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine ve ambuya uyumlu olmalıdır. 13. Bağlantı hortumu kanallı yapıda olmalıdır. 14. Bağlantı hortumu kırılma ve bükülmeye dayanıklı olmalıdır. Kırılma ve bükülme durumunda müdahale edilince bağlantı hortumu eski formunu almalıdır. 15. Ürün hastanın başına geçirilmesi için lastiği bulunmalıdır. Bu lastik esnek yapıda olmalı, yerinden çıkmamalı, deforme olmamalı ve ayarlanabilmelidir. 16. Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2'i çıkaracak bir mekanizmaya sahip olmalıdır. 17. Maskenin yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden olmamalıdır. 18. Torbalı maske tiplerinde ölü oksijen boşluğunu önlemek adına maske altında maske ile birleşik bir torba sistemine sahip olmalıdır.
Genel Hükümler:	19. Ürün non steril ve tekli ambalajda teslim edilmelidir.

Tif No

: 1593

Tif Tarihi

: 3.10.20

Gönderilen Kurum Adı

: YENİ

DİKKAT: MUHASEBEDEN BORÇ KAY
ÖDEMELİ YAPTIĞINIZ BANKAYA

NOT: KURUMUNUZUN MENSUBU OLMADIĞI

SMT2820 REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ, HAZNESİZ YETİŞKİN

	20. Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalı ve plastik artığı bulunmamalıdır.
--	--

Engin YILDIZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

SMT2820 REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ, HAZNESİZ PEDIATRİK

**Genel
Hükümler:**

19. Ürün non steril ve tekli ambalajda teslim edilmelidir.
20. Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalı ve plastik artığı bulunmamalıdır.



GEREKÇE TUTANAĐI

REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ PEDIATRİK ve YETİŞKİN adlı malzemeler DMO ihale listesine dahil edildiđi halde ilk ihalede fiyat almamış olup ikinci ihaleye kalmıştır. ihale henüz sonuçlanmamıştır. Ne zaman sonuçlanacağı da belli değildir. Hastane geneli için temin etmemiz gerekmektedir. 21/11/2024

Engin YILDIZ

ENGİN YILDIZ
Eğilim Kayıt Birimlisi
Siyami Devlet Hastanesi