

TEKLİFE DAVET

Sayı: 751

25.11.2024

Konu: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRİMİ HASTASI GÜLHANIM UÇAR İÇİN 10 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.11.2024 saat: 09:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	METAFİZİYEL KOMPONENT COCR/TİTANYUM TÜM BOYLAR (AP1130)			1	Adet		
2	HUMERAL STEM ÇİMENTOLU COCR/TİTANYUM TÜM BOYLAR (AP1100)			1	Adet		
3	HUMERAL STEM ÇİMENTOSUZ COCR/TİTANYUM TÜM BOYLAR (AP1110)			1	Adet		
4	HUMERAL STEM KİLİTLEME VİDASI COCR/TİTANYUM TÜM BOYLAR			4	Adet		
5	PROKSİMAL UZATMA PARÇASI- EKSTANSİYON COCR/TİTANYUM TÜM BOYLAR			1	Adet		
6	HUMERAL CUP (TERS OMUZ) UHMW POLİETİLEN KAPLAMALI/ KAPLAMASIZ (AP3060)			1	Adet		
7	GLENOİD KOMPONENT(TERS OMUZ)TÜM MATERYALLER KAPLAMALI/ KAPLAMASIZ (AP3070)			1	Adet		
8	VİDA (TERS OMUZ) KİLİTLİ/KİLİTSİZ POLİAKSİYAL/ MONOAKSİYAL TÜM MATERYALLER KAPLAMALI/ KAPLAMASIZ (AP3110)			4	Adet		
9	GLENOİD BAŞ (TERS OMUZ)TÜM MATERYALLER KAPLAMALI/ KAPLAMASIZ (AP3080)			1	Adet		
10	GLENOİD KİLİTLEME VİDASI TERS PROTEZ DAHİL COCR/TİTANYUM TÜM BOYLAR			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemelerin siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TERS (REVERSE) OMUZ PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sistemin parsiyel, total, reverse (ters omuz) ve revizyon seçenekleri olmalı ve hangisinin uygulanacağına intra-op karar verilebilmelidir.
2. Humeral kaplar 2 farklı çap (36 mm, 40 mm,) ve 3 farklı boy uzunluğunda (3 mm, 6 mm, 9 mm) olmalıdır. Primer ve revizyon uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde +9 mm ayrı bir uzatma parçası bulunmalıdır. Bu uzatma parçası ile +12mm,+15mm,+18mm'e uzatma sağlanabilmelidir.
3. Reverse uygulama için glenoid komponent, titanyum alaşımından imal edilmiş olmalı ve kemikle bütünleşen kısımları Ti+HA kaplı olmalıdır. Primer ve revizyon uygulamalar için 6mm ve 10 mm Ti+HA kaplı posterior uzatmaları bulunmalıdır.
4. Glenoid üzerinde 4 adet vida tespit deliği bulunmalıdır. Delikler istenildiğinde serbest açıda göndermeye izin vermelidir.
5. Kullanılan vidalar titanyum alaşımından imal edilmiş ve kilitli ve kilitsiz seçeneği bulunmalıdır.
6. Glenosphere'ler CoCr alaşımdan imal edilmiş ve ayrı bir vida ile kilitlenebilmelidir. Sentrik ve eksentrik olmak üzere (36 mm, 40 mm) 2 ayrı seçenek sunulmalıdır.
7. Tüm stemler üzerinde daha iyi doku fiksasyonu sağlanabilmesi için yumuşak dokuların, tendonların tutturulmasına imkan sağlayan suture deliği bulunmalıdır.
8. Çimentolu ve çimentosuz humeral komponent ve stemler titanyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
9. Çimentosuz humeral komponentlerin 3 farklı size (10 mm, 12 mm, 14 mm) çimentolu humeral componentler 2 farklı size (10mm,12mm) seçeneği olmalıdır.
10. Çimentosuz humeral komponentler Ti+HA çift kaplamalı olmalıdır.
11. Çimentosuz humeral stemler, 8 farklı kalınlık (8,9,10,11,12,13,14,15 mm) ve 5 farklı uzunluk (humeral komponentle ile birlikte 77mm, 120mm,160mm,180mm,200mm) seçeneği de olmalıdır.
12. Çimentosuz stemlerde 2 adet distal kilitleme deliği bulunmalı ve kilitleme için ekstarnel guide olmalıdır.
13. Çimentolu stemler polish yüzeye sahip olmalı, 5 farklı kalınlık (8,9,10,11,12,13 mm) ve 5 farklı uzunluk (humeral komponent ile birlikte 77mm, 120mm, 160mm, 180mm, 200mm) seçeneğinde olmalıdır.
14. İlgili dokuların bağlanabilmesi için sistemde humeral komponente vida ile sabitlenebilen 6 adet suture delikli yaka implantı bulunmalıdır.
15. Enstrüman setleri ile birlikte ameliyat esnasında spesifik tüm ekartasyon ihtiyaçlarına yardımcı olabilecek ekartör seti sistemde bulunmalıdır. (Anterior&posterior&inferior elavatorler, deltoid ve Fukuda ekartörler)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Op.Dr.Ahmet Akif ÖZTÜRK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:186847

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Op. Dr. Erhan BİLGİN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Tescil No: 172234