

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.11.2024

Sayı: 277

Konu: BUHARLI OTOKLAV CİHAZLARININ (1 VE 2 NOLU) VE CERRAHİ ALET YIKAMA CİHAZININ YILLIK BAKIM ONARIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.12.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOKLAV CİHAZI BAKIM ONARIMI			2	Adet		
2	STERİLİZASYON BİRİMİNDEKİ CERRAHİ ALET YIKAMA CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını imzalı ve kaşeli olacak şekilde teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

1 -Yapılan Bu iş ile ilgili Bakım Onarım Formu karşılıklı olarak doldurularak ve yetkili kişilerce imza altına alınacaktır.

Sistemin Periyodik bakımı 3(üç) ayda bir yapılacaktır.

2- Cihazların Periyodik Bakımlarında yedek parça dahil olup aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

OTOKLAV CİHAZI

- Cihazın yan ve ön koruma sacları açılıp fiziki kontrolleri yapılmalıdır.
- Pano ve otomasyon bölümü giriş-çıkış prosedür takibi yapılmalıdır.
- Kumanda paneli,printer ve manometrelerin kontrolü yapılmalıdır.
- Kapak ve göbek contalarının kontrolleri yapılmalıdır.
- Göbek flanşı,kilit takımı,kurt dişi ve yayının kontrolleri yapılmalıdır.
- Prizmatik direksiyon çalışırılığının kontrolü yapılmalıdır.
- Kapak kilit kollarının sağlamlığı kontrol edilmelidir.
- Kayar kapak contalarının kontrolü ve temizliği yapılmalıdır.
- Kapı switchlerinin görsel ve'fiziki bakımları yapılmalıdır.
- Hava motoru veya merkezi hava bağlantılarının kontrolü yapılmalıdır.
- Ekovvat motorunun periyodik bakımları yapılmalıdır.
- Sistemdeki genel hava ve yol verici elemanların kaçak kontrolleri yapılmalıdır.
- Jeneratör emniyet ventilinin basınç kontrolü yapıldı; yapılmalıdır.
- Jeneratör basınç aralığı, referans ayarları kontrol edilmelidir.
- Jeneratör suyu en az bir kez boşaltılıp su doldurma işleminin takibi yapılmalıdır.
- Jeneratör içerisinde kireçlenme var ise temizliği yapılp, gereken bilgi yetkililere aktarılmalıdır.
- Sıvı seviye elektrotları ve şamandıraların kontrolleri yapılmalıdır.
- Rezistans ve kablo takımlarının kontrolleri yapılmalıdır.
- Rezistans bağlantı buvatu ve klemenslerinin kontrolü yapılmalıdır.
- Ana güç girişi ve rezistans çıkış klemenslerinin kontrolleri yapılmalıdır.
- Su motoru ve selenoidinin kontrolü yapılmalıdır;
- Su motoru pislik tutucu filtrenin temizliği yapılmalıdır.
- Su motoru çekvalfi ve çekvalf klepe contasının kontrolü yapılmalıdır.
- Vakum motoru hava akış vanası çekvalf ve çekvalf klepe contasının kontrolü yapılmalıdır.
- Vakum ve kondens gider hattı elemanlarının kontrolleri yapılmalıdır.
- Ceket doldurma ve kondens hattının kontrolü yapılmalıdır.
- Ceket basınç aralığı,referans ayarları kontrol edilmelidir.
- Ceket emniyet ventilinin basınç kontrolü yapılmalıdır

Yıkayıcı Dezenfektörler

- Cihazın yan ve ön koruma sacları açılıp fiziki kontrolleri yapılmalıdır.
- Kontrol sistemi giriş-çıkış prosedür takibi yapılmalıdır.

Osman BAŞBUĞAN
Sağlık Müfettişi

Fehim FİŞEN

Osman ÖZKOCU
Sterilizasyon

- Ekran fonksiyonları, printer (var ise) kontrolü yapılmalıdır.
- Kapak contalarının kontrolleri yapılmalıdır.
- Kapı fonksiyonları ve kilitlerinin kontrolleri yapılmalıdır.
- Kapak kilit kollarının sağlamlığı kontrol edilmelidir.
- Taban filtrelerinin kontrolü yapılmalıdır.
- Dozaj ayarları kontrol edilmeli ve dozaj hortumlarının kontrolü yapılmalıdır.
- Gerekliyse dozaj kalibrasyonu yapılmalıdır.
- Su filtreleri kontrol edilmelidir.
- Rezistans ve kablo takımlarının kontrolleri yapılmalıdır.
- Su motoru ve selenoidinin kontrolü yapılmalıdır;
- Su motoru pislik tutucu filtrenin temizliği yapılmalıdır.
- Pervanelerin ve ilgili aksamın kontrolü yapılmalıdır.
- İlgili yazılım kullanılarak cihaza bağlantı sağlanmalı, sensör değerleri ve cihaz çalışması izlenmelidir.

4- Arızaya 48 saat içinde müdahale edilmelidir

5- Bakım sözleşmemiz süresince oluşabilecek arızalara ücretsiz müdahale edilecektir.

6. Sistemin Bakım – Onarımı sırasında yüklenici Firma, Bozuk üniteleri, Arızalı parçaların Fiyatını hastane yönetimine bildirecek olup, gerekli onay alındıktan sonra parçaları takmak için ücret talep edilmeyecektir.

7. Teklif ve Teknik Servis veren firmalar TSE kurumundan alınmış TS 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı teklif ile beraber verilmelidir.

8. Teklif ve teknik servis hizmeti verecek olan firma ISO 9001 CE Standartlarına uygun olmalı ve bu belgeler teklifle birlikte verilmelidir.

9. Teklif veren firmanın Trans marka otoklav cihazı için en az üç tane eğitim sertifikası olmalıdır. Yıkama cihazı markası için yetki belgesi olmalıdır. Bu belgeler teklifle birlikte verilmelidir.

Osman BASBUĞAN
Sofya Memura
Jm

Fehmi Eren
A

Osman ÖZÜLLÜ
Sterilizasyon
Am