

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.11.2024

Sayı: 278

Konu: KÜVÖZ VE VENTİLATÖR BAKIM ONARIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.12.2024 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	7 ADET KÜVÖZ VE VENTİLATÖRLERİN YILLIK BAKIM ONARIMI YILDA (2 Defa)			2	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife imzalı ve kaşeli olacak şekilde davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ VELA VENTİLATÖR VE BABYNES 1-700 / MAGIC LOGGIA ULTIMATE KUVÖZLERE AİT PERİYODİK BAKIM, ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİNTANIMI .....	1
2. ŞARTNAME KAPSAMI VE VERİLECEK TEKNİK HİZMET DETAYLARI.....	1
2.1 TEKLİF DOSYASINDA İSTENECEK BELGELER.....	1
2.2 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ .....	1
2.3 BAKIM SIRASINDA YAPILACAKLAR .....	1

1. İŞİN TANIMI

1.1.Söz konusu hizmet T.C Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Patnos Devlet Hastanesi'nde kullanılmakta olan 1 adet Vela Ventilator ve 1 adet Babynest 1-700 Model ve 5 adet Magic Loggia Ultimate Cihazının 12(On iki) aylık yedek parça hariç ve onarım hizmeti alımı teknik şartnamesidir.

2. ŞARTNAME KAPSAMI VE VERİLECEK TEKNİK HİZMET DETAYLARI

2.1.Teklif Dosyasında İstenecek Belgeler

21.1. Yüklenici firmaya ait TSE- 12426 veya TSE- 13703 yetkili Servis hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır. Belgede firmanın kuvöz cihazına hizmet verebildiği belirtilmelidir.

212 Yüklenici firma, cihazın üretici firması tarafından verilmiş teknik eğitim sertifikası veya cihaz ile ilgili hizmet veren yetkili belgesi olmalıdır.

213. Teknik hizmet verecek firmanın en az bir adet kalite sertifikası bulunmalıdır.(CE,ISO9000,9001vs)

21.4. Teknik ölçümler için cihaz sertifikaları bulunmalıdır.

2.2. Teknik Servis Hizmetleri

221. Firma cihazların muayene, kalibrasyon. bakım ve onarım yapılması işlerini sözleşme süresi içinde ifa edecektir.

222 Periyodik bakımlar, 12 (on iki) ayda bir bakım yapılacak şekilde yılda 2 kez (toplam 1 yılda 2 kez), hastanemizin Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi ve ilgili firma teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve saatlerde yapılır.

Ayşen Albayrak

Servis Sorumlusu  
Gülistan ATES

OSMAN SALCAN  
Hemşire

223. Gerek yıllık bakımlar gerekse ara müdahaleler ve kalibrasyonlar klinik mühendislik birimi ve hastane yetkili biriminin bilgisi dâhilinde yapılacaktır.

224. Yüklenici periyodik bakım için belirlenen aralıklarda bakım ve onarıma gelmeden **en az 5(beş) iş gününden önce geleceğine dair** hastanenin Klinik Mühendislik Birimine bilgi verecektir.

225. Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi personeli gözetiminde yapılamayan işlemler için ücret ödenmez ve bakım yapılmamış sayılır.

226 Periyodik bakım ve onarım (arıza giderilmesi) işlemi bitiminde yapılan işler ile ilgili 1 nüsha ilgili firma, 1 nüsha Klinik Mühendislik Birimi,1 nüsha cihazın bulunduğu birim sorumlusu ve 1 nüsha fatura ile birlikte hastane satın alma birimine verilecek şekilde 4 nüshalık servis raporunu tutacaktır. Periyodik bakım ve onarım (arıza giderilmesi) hizmeti ayrıca Klinik Mühendislik Hizmetleri Teknik Servis Formu ile de kayıt altına alınmalıdır. Tutulan raporlarda ilgili firma personelinin, cihazın bulunduğu birimin yetkilisinin ve hastanenin Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi personelinin imzaları olacaktır.

227. Üretici firma tarafından belirlenen tüm kalibrasyonlarında kullanılacak olan gerekli donanım ve ekipmanlar firma tarafından temin edilecektir.

228. Bakımı yapan firma bir kez üretici firma tarafından belirlenen kalibrasyon prosedürüne göre cihazın rutin Parametreleri kontrol edilerek kalibrasyonları yapılmalıdır. Kalibrasyon sonucunda tespit edilen arızalar giderilmelidir.

229. Periyodik bakım ve düzeltici bakım (arıza giderilmesi) işlemi yapacak servis mühendisi veya teknikeri servis hizmeti verirken, ilgili cihazın fabrika tarafından yayınlanmış olan servis manueli(kitabı) ve kabul görmüş bakım prosedürlerini de güncel hali ile dikkate almalıdır.

2210. Kalibrasyonsırasında yapılan işlemler ve ölçümleri servis raporunda yazılmalıdır. Bu belgede cihazın servis kılavuzunda belirlenen ölçüm sonuçları kalibrasyonda kullanılan kalibratör ve ölçüm cihazların bilgileri ve kalibrasyon yapan teknik elemanın ismi ve imzası bulunmalıdır.

2212 Herhangi bir zam anda cihazın fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

2213. Yüklenici firma, İdare yetkilisi tarafından sözleşmede yazılan tebligat adresi, telefonu, (akside bildirim yapıldıktan sonra arızaya 72(yetmiş iki)saat içinde müdahale edilecektir. Parça değişimi gerektirmediği durumlarda arıza 72(yetmişiki)saat iş günü içerisinde giderilecek, parça değişimi gerektiren durumlarda Hastane İdaresinin siparişine istinaden Parça yurt içinden alınacak ise 30 işgünü, yurtdışından gelecek ise 120(yüzyirmi) işgünü içerisinde arıza giderilecektir. Up-time süresi yıllık çalışırlık zamanı uygulamasında % 95 'i süre esas alınacaktır. Bu süreyi aşan her gün için bakım süresine 1(bir)gün ilave edilecektir. Downtime süresi cihazın çekim yapmamasıyla başlar . onarım tamamlandı cihazın faal halde teslim edilmesiyle sona erecektir . Parçanın üretiminin gerektiği durumlarda hastanenin idaresi ile görüşülerek ek süre verilebilecektir.

Aydemir Atayın  
A

Sorumlu Ebe  
Güllistan ATEŞ  
S

OSMAN SALCAN  
Hemşire  
S

2214. Hizmetin bu şartnamede verilen süreler içinde gerçekleştirilememesi halinde idare işi başka bir firmaya yaptırabilme hakkı kazanacaktır. Ortaya çıkan tüm masraflar yüklenici firmadan tahsil edilecek ve hakkeşinden kesilecektir.

2215. Önceden planlanan periyodik bakım haricinde, resmi tatil günleri haricinde mesai saatleri içinde cihazda arıza meydana gelmesi durumunda hastanenin Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi personeli ilgili firmaya telefon.faks veya e-posta ile bilgilendirme yapar. Bilgilendirme tarih ve saati olarak bildirenin kayıtları esas alınır.

2216. Bakım süresi boyunca üreticinin yayınladığı ücretsiz güncelleme, modifikasyon ve programlar yüklenici firma tarafından temin edilerek cihazlara uygulanacaktır. Yüklenicibu işlemler karşılığında ilave bir ücret talep etmeyecektir.

2217. Sistem çalışma düzeni resmi tatil hariç olmak üzere günde 9(dokuz)saat ve haftada 5(beş)gün kesintisiz şekilde olacaktır. Firma bu çalışma düzenine göre aylık%95(doksan beş) çalışma(uptime) garantisi verecektir. Eksik kalan uptime süreleri ilave bakım olarak sözleşme bitimine eklenecektir.

2218. Yüklenicinin yükümlüğü ,adı geçen sistemlerin verimli olarak çalışması için gerekli olan ve kendi talimatlarında belirtilen parça dahil periyodik bakımları ve onarım hizmetini kapsar.

2219. Bu şartnamede bulunmayan hükümler konusunda Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Mekanik Ventilator cihazı alımı sırasında hazırlamış olduğu şartname hükümleri geçerli olacaktır.

2220. Hasta güvenliği ve bilgi gizliliğine riayet edilecektir.

2221. Bakım sırasında ortaya çıkabilecek sorunlardan bakım firması sorumludur.


2222. Bakım onarım esnasında arızalı olduğu tespit edilen yedek parça için %10 iskonto indirimi yapılacaktır.

Azzenur Abazad



Sorumlu Ebe  
gulistan ATES  


Orhan Sakay

  
(Gözetim servisi sorumludur.)