

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.11.2024

Sayı: 280

Konu: GE-ENGSTRÖM MARKA VENTİLATÖR CİHAZI BAKIM ONARIMI Yılda(2 Defa)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/A maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.12.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GE-ENGSTRÖM MARKA VENTİLATÖR CİHAZI BAKIM ONARIMI Yılda(2 Defa)			2	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını imzalı ve kaşeli olacak şekilde teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

GE VENTİLATÖR CİHAZI BAKIM VE ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Yılda 6 aylık periyotta 2 bakım yapılacaktır.
- O2, hava, exhalation valve ve ekran test temizlik ve kalibrasyon işlemleri yapılacaktır
- Cihazın PC aplikasyon yazılımı ile O2 sensör kalibrasyon işlemleri yapılacaktır.
- Filtre temizlikleri yapılacak mekanik aksamlar kontrol edilecek tekerlek kontrolü yapılacaktır.
- Batarya testi yapılacak arızalı veya performans düşüklüğü var ise ücretsiz olarak yenileri ile değiştirilecektir.
- Cihazda oluşacak bütün arızalar için ücretsiz servis verilir arıza tespiti yapılacak arızalı parça servis formunda ücretsiz firma parça kodu ile belirtilecektir
- Hizmet verecek firma GE ventilatör cihazı için bakım onarım yetkisi bulunmalıdır.
- Gerekli durumlarda cihaz kullanım eğitimi verilecektir.
- Cihaza servis verecek teknik personelin üretici firmadan (GE) den cihaza ait eğitim sertifikası olmalıdır.
- Cihaz test edilip çalışır halde teslim edilecektir.
- Firma bakım onarım hizmetini başka firmaya devredemez.

Müad Kurban
Yoğun Bakım Ünitesi
Birim Sorumlusu

U Hemşire
Omar Casue
Sedat

Hemşire
Emine Özener
E.O.