

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.11.2024

Sayı:281

Konu: C KOLLU SKOPİ CİHAZI PARÇALARI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.12.2024 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ YÜKSEK VOLTAJ TRAFOSU			2	Adet		
2	DENTAL RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ROTASYON KOLU BAĞLANTI KABLOSU			1	Adet		
3	RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İYONİZE RADYASYON KOLİMATÖRÜ			32	Adet		
4	C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI ANALOG GÖRÜNTÜ DİJİTALLEŞTİRME ÜNİTESİ GÜÇ KAYNAĞI			6	Adet		
5	C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI GÖRÜNTÜ YOĞUNLAŞTIRICI KORUYUCU KAPAĞI			1	Adet		
6	RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ LOAD CELL - YÜK HÜCRESİ			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

- Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**GENORAY marka ZEN5000 Model C kollu Röntgen cihazı**  
**Monoblok X ışın ünitesi "HV DİRENÇ, HV TRAFO, HV DİYOT ve HV**  
**KAPASİTÖR" Gruplarının Değişimi**  
**Teknik Şartnamesi**

1. Monoblok ünitesinin arızalı parçaları olan "HV DİRENÇ, HV TRAFO, HV DİYOT ve HV KAPASİTÖR" gruplarının değişim hizmeti sadece bu iş için özel olarak tasarlanmış olan bir atölyede yapılması gerekmektedir.
2. Yapılacak olan tamir ve arızalı parçaların değişim hizmetinde tamamen yüksek voltaj testleri yapılmış olan HV trafo yağı kullanılmalıdır.
3. Yapılacak olan tamir ve arızalı parçaların değişim hizmeti sadece monoblok tamir işlemlerini yapabilmek için özel olarak tasarlanmış vakum ünitesinde vakum yapılması gerekmektedir.
4. Yapılacak olan tamir ve arızalı parçaların değişimi hizmeti tamamlandıktan sonra tamiri yapılmış olan monoblok tamir hizmetini gerçekleştiren firma tarafından cihaz üzerine takılarak cihaz çalışır halde teslim edilecektir.
5. Yapılacak olan tamir hizmeti ve arızalı parçaların değişim işlemi monoblok'un çalışırılığı kabul edildikten sonra kesilecek olan faturada tamir hizmetinin kullanıldığı cihaza ait künye no bilgisi yer almalıdır.
6. Yapılacak olan tamir hizmeti ve arızalı parçaların değişimi 1 yıl garantili olmalıdır.
7. Teklif veren firmanın ÜTS (eski adıyla UBB) 'Tıbbi cihaz servis istasyonu ' kaydı bulunmalıdır.
8. Teklif veren firma 29.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren kanuna göre TSE 12426 standartlarında A Gurubu Radyolojik görüntüleme cihazları için almış olduğu TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif mektubu ile birlikte gönderecektir.
9. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler, yedek parçalar veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi " ni sunacaklardır.

Uzm.Dr. Süleyman Kazım ÖNER  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip. No: 166002  
Patnos Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet Ali  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.  
Dip. No: 189325  
Ahmet Şehit Aydın

Patnos Devlet Hastanesi  
Ameliyathane Sorumlu  
Hemşiresi  
Solami TURE

C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI C KOLLU ÜNİTE-EKRAN ARASI GÜÇ KABLOSU ÇOKLU PİN  
GİRİŞ ÇOKLU BAĞLANTI ÇIKIŞ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathane biriminde kullanılan GENORAY Marka ZEN5000 Model C kollu skopi cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Alınacak olan C Kollu Skopi Cihazının Trolley ve Cihaz arasındaki güç ve veri alışverişini yapan soket karşılıklı olarak değiştirilecektir. 1 adet 1 takımdan (erkek ve dişi soket) oluşacaktır.
3. Alınacak olan güç ve veri alışverişini yapan soket cihazın orijinal parçası olmalıdır. Uzakdoğu veya monoblok yapıda makine konektörü olmamalıdır
4. Alınacak olan güç ve veri alışverişini yapan soket parçayı satan firma tarafından cihaza takılıp çalışır durumda teslim edilecektir.
5. Alınacak olan güç ve veri alışverişini yapan soket en az 6 Ay garantili olmalıdır.
6. Alınacak olan güç ve veri alışverişini yapan soket tıbbi amaçlı kullanılacaktır.
7. Alınacak olan güç ve veri alışverişini yapan soket tümleşik değil Modülleri ve Crimp kontakları ayrılabilir yapıda olmalıdır.
8. Teklif veren firmanın ÜTS (eski adıyla UBB) 'Tıbbi cihaz servis istasyonu ' kaydı bulunmalıdır.
9. Teklif veren firma 29.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren kanuna göre TSE 12426 ve 13703 standartlarında A Gurubu Radyolojik görüntüleme cihazları için almış olduğu TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif mektubu ile birlikte gönderecektir.
10. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler, yedek parçalar veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi " ni sunacaklardır.

Uzm.Dr. Süleyman Akın ÖNER  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Diyarbakır, 166002  
Patnos Devlet Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.  
Dr. D. P. No: 166002  
Patnos Devlet Hastanesi  
Ahmet Semih Aydın

Patnos Devlet Hastanesi  
Ameliyathane Sorumlu  
Hemşiresi  
Selami TURE

C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI GÖRÜNTÜ YOĞUNLAŞTIRICI KORUYUCU KAPAĞI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathane biriminde kullanılan GENORAY Marka ZEN 5000 Model C kollu skopi cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen tüm yedeklerin kullanılacağı makineye uygunluğu ile montajı ve sonrası kullanımda herhangi bir sorun meydana getirmeyeceği teklifte açıkça belirtilecektir. Tekliflerde belirtilmediği takdirde, söz konusu hususun teyit edildiği kabul edilecektir.
3. Teklif ve teslim edilecek tüm yedek parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Ayrıca, onarım ve revizyon görmüş yedek parça da teklif ve teslim edilmeyecektir.
4. Alınacak olan yedek parça en az 6 Ay garantili olmalıdır.
5. Teklif veren firmanın ÜTS (eski adıyla UBB) 'Tıbbi cihaz servis istasyonu ' kaydı bulunmalıdır.
6. Teklif veren firma 29.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren kanuna göre TSE 12426 ve 13703 standartlarında A Gurubu Radyolojik görüntüleme cihazları için almış olduğu TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif mektubu ile birlikte gönderecektir.
7. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler, yedek parçalar veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi " ni sunacaklardır.

Uzm. Dr. Bilal Yılmaz KAYANER  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. No: 18953/2  
Patnos Devlet Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. No: 18953/2  
Amir Şehit Abdin  
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi  
Ameliyathane Sorumlu  
Hemşiresi  
Selami TURE

