



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 03.12.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	5 Adet Gambro Marka Hemodiyaliz Cihazı Aylık Periyodik Bakım-Onarım ve Teknik Servis Hizmet Alımı	12	Ay		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> eleskirdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2024 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

2024 YILI İÇİN 12 AYLIK 5 ADET GAMBRO MARKA HEMODİYALİZ CİHAZLARIMIZA
AYLIK PERİYODİK (Parçasız) BAKIM ONARIM SERVİS HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

1. Teklif verecek firmanın Teknik Servis Belgesi veya TSE 12426 hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
2. Teknik personelin güncel eğitim sertifikaları olmalıdır.
3. Sözleşme kapsamındaki hemodiyaliz cihazlarında meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazlarda herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazların ömrünü uzatmak ve daha verimli çalışmalarını sağlamak amacı ile yıllık olarak periyodik bakımların fabrikanın servis manuelinde belirttiği test, ölçüm, temizlik ve kalibrasyonlar ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
4. Her cihaz için yılda bir kez yapılan genel bakımlarda bakım kiti kullanılması fabrika tarafından önerilmektedir. Kullanıcı bakım kiti kullanılarak yıllık genel bakım yapılmasını istiyorsa bu bakım kitinin ücretini sözleşmeye ek olarak ödemelidir.
5. Sözleşme süresince müteahhit sözleşmede bakımı yapılacak olan hemodiyaliz cihazlarını çalışır halde tutacaktır.
6. Yedek parça gerektiren arızalarda parça 72 saatte temin edilerek cihaz çalışır duruma getirilecektir. Parçanın temininde hava ve kara ulaşımının mücbir nedenlerle olmaması, gümrüklerin çalışmaması durumunda bu süre nedenin ortadan kalkmasına kadar ertelenir. Parçaların yüklenicinin stoğunda bulunmaması ve yurt dışından siparişi gerektiği durumlarda bu süre 20 gün olacaktır.
7. Bakım onarım esnasında firma teknik elemanı tarafından cihaza verilen hizmette kusurlu veya eksik hizmet verilmesinden ötürü arızalanacak parçalar firma tarafından ücretsiz değişimi yapılacaktır.
8. İdare, sözleşme kapsamındaki hemodiyaliz cihazları için ister koruyucu bakım olsun, ister arıza giderici müdahale olsun, tüm hizmetlerin yalnızca müteahhit tarafından yapılacağı hususunu temin edecektir.
9. Bakım esnasında cihazlara ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici firma sorumludur.
10. Bakım adı altında cihaza yılda 1 kez servis manuelinde belirtildiği şekilde bakım yapılacak, bunun dışındaki aylık periyodikler arıza müdahalesi yada cihazın genel fonksiyonlarının kontrolü için olacaktır.
11. Yüklenici, cihaza yapacağı her türlü müdahaleden sonra servis formu ile belgelendirecektir ve bunu klinik yetkilisine imzalatacaktır. Formun imzalı bir nüshası klinik yetkilisine teslim edilecektir.
12. İdare dışarıdan orijinal olmayan hiçbir yedek parçayı cihazda kullanılmak üzere temin etmeyecektir, kullanıcı hatası ile arızalanan parçalar ücreti karşılığında ana/ithalatçı firmadan orijinal olarak temin edilecektir.
13. Bakım onarımına gelen firma teknik elemanları mesai saatlerinde geleceklerdir.
14. Yıkama alınan cihaz yıkama işlemi bitmeden firmanın teknik personeli hastanemizden ayrılmayacaktır.
15. Sağlık Bakanlığının yönetmenliği gereği yüklenici firma 1 ayda bir özel solüsyonla dezenfeksiyon işlemi yapacaktır kullanılacak sarf malzeme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

16. Yıllık bakım dâhilinde yapılması gerekenler aşağıda verilmiştir:

- Kan pompası vidalarını kontrolü ve gerekiyorsa ayarı
- Giriş ve atık hortum kelepçelerinin kontrolü
- Alt tabla tekerleklerinin kontrolü
- PET (Koruyucu toprak testi)
- Koruyucu toprak direnç testi
- A/D konverter kalibrasyonu
- BPM testi
- Praying dedektör kalibrasyonu
- Protective driver board üzerindeki B1 batarya kontrolü
- Kan pompası kapak testi

- **17.Yıllık bakım esnasında yapılması gerekenler aşağıda verilmiştir;**

- Kan pompası aşırı yükleme testi
- Arter "0" basınç testi
- Ven "0" basınç testi
- Sıfır seviye testi; Degassing, HPG, PD basınç transdüserleri için (gerekliyorsa kalibrasyonları)
- Sıvı akış yolu tıkanıklık testi
- Kan kaçağı dedektör kontrolü ve kalibrasyonu
- PR2 basınç reglatörü kontrolü ve kalibrasyonu
- Kondaktivite ve sıcaklık kontrolü ve kalibrasyonu
- DC kaçak testi
- Error hafızası kontrolü (temizlenmesi)
- Simüle tedavi
- Battery backup testi
- Heparin pompası aşırı yükleme testi
- Arter ve Ven klemp testi
- ELT ve PLT testleri (Ayrı form ibraz edilecek)
- Sıcak/Kimyasal dezenfeksiyon
- Bakım etiketi

- **18.Aylık bakım esnasında yapılması gerekenler aşağıda verilmiştir;**

- Cihaz dış yüzey dezenfeksiyonun yapılmış olduğunun kontrolü
- Cihazın FCH kontrolünün yapılması
- Kondaktivite nin kontrol edilmesi
- Diyalizat sıcaklığının kontrol edilmesi
- Error kod geçmişinin kontrol edilmesi ve verilmiş olan hata kodlarının araştırılması
- Error kod listesinin temizlenmesi
- Dezenfeksiyon geçmişinin kontrol edilmesi ve eksikler varsa belirtilmesi
- Cihazın mekanik ve elektronik aksamının görsel kontrolü (bağlantılar, kablolar, korozyon, sıvı kaçağı vb...)
- Arıza çıkarma ihtimali olan parça(lar) ın belirlenmesi ve bildirilmesi.

BAKIM ONARIM HİZMETİ VERİLECEK CİHAZLAR

3 ADET AK96

2 ADET AK98

29.11.2024

Ergül YAMAN
Sorm.Diyaliz Hem

Cihan ONUR
Diyaliz Hem