



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 03.12.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SU SİSTEMİ TILLIK BAKIM VE ONARIM	12	Ay		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>eleskirtdhsatinalma@gmail.com</u>				Teklif Eden/...../2024 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN RO SİSTEMİ BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname sağlık bakanlığının su sarıtma sistemleri yönergesi uyarınca hemodiyaliz bölümü reverse osmos su arıtma sistemi aylık bakım ve onarımını işlerini kapsar.Şartnameye esas olacak tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

Bakım – onarım: Sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek ve sistem performansını arttırmak, arıza olasılığını azaltmak sistemin ömrünü uzatmak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

Yedek parça: sistemde arızanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışılması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

Dezenfeksiyon: Sağlık Bakanlığının yönetmenliği gereği yüklenici firma 3 ayda bir özel solüsyonla dezenfeksiyon işlemi yapacaktır kullanılacak sarf malzeme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

1. Bakım - Onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın Ayda 1 kere den az olmamak üzere bakım yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
2. Her bakımda cihazın elektrik elektronik ve hidrolik aksamaları kontrol edilecektir.
3. Her bakımda sistem de ki sıvı kaçaqları kontrol edilecektir.
4. Her bakımda su değerleri (tds, sertlik, klor, ph vb) ölçülecektir.
5. Her bakımda cihaz tam performans ve sorunsuz faal olacaktır
6. Firmanın TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi (diyaliz ve saf su arıtma sistemleri için)sahip olmalıdır.
7. Firmanın İSO 13485-2016 9001 2015 -14001 2015 İSO 45001-2018 sahip olmalıdır.
8. Teklif verecek firma hemodiyaliz su sistemleri üreticisi veya yetklili teknik servis belgesine sahip olmalıdır
9. Yüklenici firmanın Tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır
10. Yüklenici firmanın Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
11. Firmanın Cihazın Markasına Ait Yetkili Olduğuna Dair Üretici Firma Distribütör Ve/Veya Tek Yetkili Temsilci Veya Yetkili Teknik Servis Belgesine Sahip Olmalıdır.Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları ölçüm cihazların TURKAK tarafından akredite edilmiş bir kalibrasyon firmasından güncel olmalı ve firma ölçüm cihazlarının güncel sertifikalarını dosyaya koymalıdır.
12. Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, sistemin tümü veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirilecektir. Sistemin bulunduğu yerden idarenin istediği üzerine herhangi bir yere taşınması durumunda kullanılacak malzemeler idareye sunulup ücreti karşılığında idarenin onayı alınarak sistemin taşınmasını firma gerçekleştirecektir.
13. Firma TSE 12426 Yetkili Teknik Servisler-Tibbi Cihazlar Kuralları Belgesine Sahip Olacaktır .TSE Belgesinin Üzerinde Klinikte Kullanılan Su Sisteminin Markası Yazacaktır
14. Firma aylık peridiyodik kontrollerde iletkenlik,ph,sertlik,klor,sıcaklık ölçümleri ham su ve saf su için ayrı ayrı yaparak teknik servis formuna kaydedecektir. Sistemdeki ön arıtma ünitelerin yıkama saatlerin kontrolleri yapılarak gerekli ayarlamalar yapılmalıdır bakım esnasından ön arıtma yıkamaları manuel yapılmalıdır.RO cihazın basınç ayarları kontrol edilerek sistemin en üst performansda çalışması sağlanacaktır.cihazın üretim ve atık debileri kontrol edilerek teknik servis formuna kaydedilecektir.
15. Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafından kararlaştırılır. Periyodik bakımlar idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.

Epi:144max

Cihazlar
LAW

4/5/20

16. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin, idare tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanın teknik servisine /bürosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte başlar.

17. Hastane arıza bildirmesi durumunda firma 48 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Yedek parça gerektiği durumlarda bu süre 72 saat olacaktır.

18. İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayıların arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret istemeyecektir.

19. Firma bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini ve diğer hususları idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek şekilde sağlayacağını taahhüt eder. Firma çalışanın işletme zararlarına yol açması halinde bu zarar yükleniciden tazmin edilir.

20. Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen arızalı parçaların tutanak ile tespit edilip bakım raporuna yazılması zorunludur.yazılı olur olmadan yedek parça değişimi yapılamaz yedek parça ihtiyacı bulunması halinde firma tarafından hastaneye fiyat teklifi verecek hastanenin teklif şartlarını kabul ettiğini belirten yazının yüklenici firmaya ulaşmasını müteakip teklif şartlarında belirten teslim süresinde yedek parça kullanım yerinde olacak ve çıkarılan parça hastane teknik servis sorumlusuna teslim edilecek ve sadece değiştirilen yedek parçalar için ayrı bir fatura tanzim edilecektir. İdare onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir. Firma tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilir.yüklenici firma orjinal olmuyan veya ikinci el yedek parça kullanılmayacaktır.

21. Firma tarafında temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar kullanım hataları haricinde firma tarafından en az 1 yıllık garanti altında olacaktır

22. Bakım onarım işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler su sistemleri üzerine eğitim almış sertifikalı personel olmalıdır. ve bu belgeyi kanıtlamalıdır sertifikalar güncel ve süresi geçmemiş olmalıdır.her teknisyenin yaka kartı tanıtma kartı olmak zorundadır.

23. Firma bünyesinde çalışan teknik personel listesini ve irtibat bilgilerini dosyaya koymak zorundadır.bakım yapacak teknisyenler firma bünyesinde enaz 3 yıl çalışmış olmalıdır.ve bununla ilgili sgk kayıtlarını dosyada sunmak zorundadır.

24. Firma bakım sözleşmesi için malzemesiz ve yalnız işçiliği kapsıyacak şekilde idareye teklif verecektir

25. İdare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki sisteme girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.

26. Firma çalışma sahasında iş güvenliği ile ilgili tedbirleri kendisi almakla yükümlüdür.

27. Teklif verecek firma referans göstermelidir.

28. Teklif verecek firma alt yüklenici firma çalıştıramaz

29. Yüklenici firma bünyesinde çalışan teknik personel UTS kayıtların aktif olması zorunludur.

30. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su arıtma sistemleri ile ilgili iş bitirme belgesine sahip olmalıdır

Erol Yaman
Chm

Cihan Onur
Onur

Handwritten signature and initials.