

TEKLİFE DAVET

29.11.2024

Sayı: 762

Konu: MOBİL KURŞUN PARAVAN ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktar ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.12.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gerçeğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KORUYUCU DONANIM KURŞUN PARAVAN TEKLİ			2	ADET		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşımza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MOBİL RADYASYONDAN KORUNMA PARAVANI (HASTA) TEKNİK  
ŞARTNAMESİ

1. Tüm paravanların esneme, sallanma, devrilme, düşme, kırılmaya karşı dayanıklılığı sağlanmalıdır.
2. Paravanlar su, nem, sıcaktan etkilenmeyen ve kimyasal korozyona dirençli, yüksek mukavemete sahip olmalı, temizlik ve hijyen açısından kromdan mamül olmalıdır.
3. Tüm paravanlarda istenen kurşun kalınlığının homojenliğini sağlanmalı ve kurşunun kendi ağırlığı ile sarkması engellenmelidir.
4. Paravanlar 2,0 mm Pb kurşun kalınlığına sahip olmalı yükseklik 150 cm, en 200 cm olmalıdır.
5. Her yöne hareket kabiliyetine sahip tekerlek ayaklı olmalıdır ve istenildiğinde sabitlemek için tekerlekler kilit sistemine sahip olmalıdır.
6. Tekerlek çapları kurşun paravanı rahat taşıyabilecek ve kolay hareket ettirilebilecek durumda olmalıdır.
7. Paravanların kolay hareket ettirilebilmesi ve sedye aralarına rahat yerleştirilebilmesi için katlanabilir olmalıdır.
8. Üretici firmanın ISO 9001:2015 belgesi olmalıdır.
9. Numuneye göre değerlendirilecek olup numuneler görsel olarakta sunulabilir.

Caer Jenerat  
Çulpa

25.11.2024

**EK-1-B**

**GEREKÇE RAPORU: MOBİL KURŞUN PARAVAN**

**YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARDA TEDAVİNİN GEREĞİ OLAN RÖNTGEN ÇEKİMLERİ GENELLİKLE YAPILMAKTADIR. BİR ODADA İKİ KÜVÖZ BULUNDUĞUNDAN ÇEKİLEN HASTA DIŞINDA DİĞER HASTAYI KORUMA AMAÇLI KULLANILMAKTADIR. YENİDOĞAN BEBEKLERDE GEREKSİZ RADYASYONA MARUZ KALMAK SEKEL RİSKİNİ ARTTIRMAKTADIR.**

**BU SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ MOBİL OLARAK KULLANILAN VE ŞARTNAMEMİZDE SUNDUĞUMUZ KURŞUN PARAVANA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.**

Gerekçeyi Düzenleyen;

*Can Jenerat*  
*[Signature]*