


## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI

### Glukostick (Kan Şekeri Ölçüm Stribi) Teknik Şartnamesi

1. Garanti belgesi olmalıdır.
2. Stripler Glukometre ile uyumlu olmalı, kod okutmaya gerek duyulmamalıdır.
3. Şeker ölçüm stripleri açıldıktan sonra en az 60 gün kullanılabilir.
4. Striplerin son kullanım tarihi her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde olmalıdır.
5. Striplerin teslim tarihinden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalıdır. İhaleyi kazanan firma mevcut striplerin kullanılamaması durumunda son kullanım tarihine en az üç ay kala durumun firmaya yazılı olarak bildirilmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı ürün ile değiştirme garantisini yazılı olarak taahhüt etmelidir.
6. Ölçüm sonuçları tutarlı, klinik bulgular ile uyumlu olmalıdır.
7. Stripler 15-40 C sıcaklıkta güvenilir sonuçlar vermelidir.
8. Striplerin ölçüm aralığı en az 20-600 mg/dl arasında olmalıdır.
9. Stripler kapiller, arteriyel, venöz ve neonatal tam kan örneğinde güvenilir sonuçlar vermelidir.
10. Striplerde görsel kontrol de mümkün olmalıdır.
11. Stripler %20-70 hematokrit aralığında güvenli sonuç vermelidir.
12. Stripler 2 mikro litre gibi çok az bir kanla çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
13. Striplere kan damlatıldıktan sonraki en geç 10 saniye gibi kısa sürede cihaz kan şekeri sonuçlarını ekranında verebilmelidir.
14. Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.
15. Kan stribe kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.
16. Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir. İnce olmamalı, kırılıp bükülmemelidir.
17. Stripler nem, ısı ve ışıktan korunaklı ambalajlarda olmalıdır.
18. Stripler tek tek ambalajlanmışsa en fazla 100 adetlik, tek tek ambalajlanmamışsa en fazla 50 adetlik paketler halinde olmalıdır.
19. Her 500 strip başına bir glukometre cihazı verilmelidir. Cihaz stripler ile uyumlu olmalıdır.
20. İhale süresine bakılmaksızın ölçüm çubukları bitinceye kadar, cihazların bakım, onarım ve pil değişimi firma tarafından yapılacaktır.
21. Numuneler ihale esnasında, getirilip birim tarafından denedikten sonra karar verilecektir. Numune getirmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22. Titubb (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) Barkod Sut ve Sut alan kodlarından kaynaklanan zararlar ve kesintiler yüklenici firmaya aittir.



### **Tanıtım Standı Teknik Şartnamesi**

1. Plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Taşınması, demonte monte dönüşümü kolay olmalıdır.
3. İç gövdesinde 1 (bir) adet raf olmalıdır ve rafın taşıma kapasitesi 5 kg'a kadar dayanıklı olmalıdır.
4. Rengi beyaz olmalıdır.
5. Gövde ve alınlığa basımı yapılacak logo ve yazılar idareden teslim alınacaktır.
6. Plastik oval tanıtım standı demonte şekli PVC kumaş çanta içerisinde olmalıdır.
7. Ölçüler:

En: 80-100 cm

Derinlik: 45-50 cm

Boy: 90-100 cm

Kurulu Yükseklik: 180-200 cm

Alınlık: 80-100 cm

Alınlık Yüksekliği: 20-25 cm

Ağırlık: 5 kg

Taşıma Kapasitesi: 15 kg

### **Yastık (Küçük/Büyük) Teknik Şartnamesi**

1. Büyük yastık ölçüsü 50(±10)x70(±10) cm ölçülerinde, küçük yastık ölçüsü:35(±10) x35(±10) cm olmalıdır.
2. Şilte kumaşı %100 pamuk olmalıdır.
3. Dış kılıfında fermuar olmalıdır.
4. Dış kılıfı yıkanabilir malzemeden olmalıdır.
5. Yastık içerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmalıdır.
6. Ürün içerisindeki boncuk silikon elyaf, yıkama veya kullanma esnasında keçeleşme ve topaklanma yapmamalıdır.

### **Bebek Battaniyesi Teknik Şartnamesi**

1. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
2. 90(±10) x 90(±10 cm) ebatında olmalıdır.
3. Yıkanabilir olmalıdır.
4. Ürünün kenarları 3cm'lik biye ile veya kenarları içe katlamalı şekilde çift kat olarak dikilecektir.
5. Rengi krem olmalı.

### **Yer Minderi (Mat) Teknik Şartnamesi**

1. 100 (±20) x180 (±20) cm boyutlarında olmalı
2. Fermuarlı, leke tutmaz özelliği olan, dış kılıfı yıkanabilir malzemeden olmalıdır yıkanabilir.
3. İç kılıfı olmalıdır.
4. Pamuklu kumaştan yapılmış olmalıdır.
5. Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
6. Rulo haline getirilerek fazla alan kaplamaması ve korunması sağlanabilmektedir.
7. Kullanıma uygun olmayan (ambalaj hatası, uygunsuzluk, kusurlu ürün vb. ) ürünler firma tarafından değiştirilebilmeli.
8. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

### **Pilates Topu Teknik Şartnamesi**

1. Çapı 65 cm olmalıdır.
2. Yumuşak renkli, elastik malzemeden imal edilmiş olmalı
3. Pilates topları kol ve bacak egzersizleri ve rehabilitasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
4. Pilates toplarının üzerine basınç bindiği zaman dereceli olarak artan bir direnci olmalıdır.
5. 24 ay garanti süresi bulunmalıdır.
6. Paket içerisinde el pompası olmalı ve bu pompa topu pratik bir şekilde şişirebilmelidir.
7. Pilates topunun delinmesi durumunda havasının yavaş yavaş inmesini sağlayacak ABS sistemi olmalıdır.
8. Toplar şişmiş olarak teslim edilmelidir.
9. Teslimat öncesinde numune görülecektir.
10. Rengi gri veya pembe olmalıdır.
11. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

### **Tenis Topu Teknik Şartnamesi**

1. Topun çapı 6,3-6,8 cm aralığında olmalıdır.
2. Rengi sarı veya beyaz olmalıdır.

### **Ayaklı Yazı Tahtası Teknik Şartnamesi**

1. Yüzeyi Emaye ve silinebilir olmalıdır.
2. Çevresi alüminyum çerçeve ile kaplanmış olmalıdır
3. 60(±10) x 90 (±10) cm ölçülerinde olmalıdır.
4. Teleskopik ayaklı ve ayaklar ayarlanabilir olmalıdır.
5. Beyaz renk olmalıdır.

### **Bebek Masaj Yağı Teknik Şartnamesi**

1. Bebek cildi için özel olarak geliştirilmiş olmalıdır.
2. Nemlendirme sağlamalıdır.
3. Bebek masajı için kullanılabilir olmalıdır.
4. Hipoalerjenik olmalıdır.
5. İnsan sağlığına zararlı bileşen içermemelidir.

### **Bebek Havlusu Teknik Şartnamesi**

1. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
2. 90(±10) x 90(±10 cm) ebatında olmalıdır.
3. Beyaz olmalıdır.

### **Bebek Kıyafeti Teknik Şartnamesi**


1. Yumuşak, Pamuklu kumaş yapısında olmalıdır.
2. Erkek ve kız cinsiyetleri için modellere sahip olmalıdır.
3. Pamuklu olmalıdır.

### **Bebek Bezi Teknik Şartnamesi**

1. Emici olmalı yanlardan sızdırma yapmamalıdır.
2. Yanlarda yapıştırma bantları olmalı açılıp kapandıktan sonra tekrar yapıştırılabilir olmalıdır.
3. Yanları sert olmamalı bebeğin cildini tahriş etmemelidir.
4. Yenidoğan boyutlarında (3-6 kg) olmalıdır.

### **Tatami Minder ( Zemin Kaplama) Teknik Şartnamesi**

1. Toksik madde içermeyen EVA (Etilen Vinil Asetat) köpükten üretilmiş olmalı.
2. Suyu emmemeli ve koku yapmamalı.
3. Kolayca temizlenebilir, su ve sabunla yıkanabilir olmalı.
4. Tatami esnek zemin yer minderleri birbirine geçmeli, kalın ve yumuşak maddeden üretilmiş olmalıdır.
5. Isı ve ses yalıtımı sağlamalı.
6. Elektrik geçirmemeli.
7. Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Turuncu vb. renk seçeneklerine sahip olmalıdır.
8. 100\*100 cm ölçülerinde olmalıdır.
9. Ürünler çift yüzölçümlü olmalıdır.
10. İç içe geçirilebilir özellikte ve kolay kurulumu sahip olmalıdır.
11. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.



### **Tıbbi Atık Tulumu Teknik Şartnamesi**

1. Turuncu renkte olmalıdır.
2. Tulum şeklinde olmalıdır.
3. Yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olmalıdır.
4. Polo yaka olmalı ve uzun düz kollu olmalıdır.
5. Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve isteğe bağlı özel ölçülerde hazırlanabilmelidir. Ölçülere idare karar verecektir.
6. Tulum arka kısmında "ULUSLARARASI BİOTEHLİKE AMBLEMİ" ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" yazısı baskısı olacaktır.
7. İdarenin isteğine bağlı olarak ön kısmında üst cebin üstüne "TIBBİ ATIK PERSONELİ" yazısı eklenebilmelidir.
8. Tıbbi atık kıyafeti standart tulum şeklinde hazırlanmalıdır.
9. Tıbbi atık kıyafetinin kumaşı koruyucu nitelikte olup,yırtılmaya karşı dayanıklı ve sıvı geçirmez olacak, tulum yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacaktır.
10. Belde yarım lastik ,kaliteli fermuarlı olacak.
11. Kollar düz olacak.
12. İthal polyester gabardin (%65 pamuk,%35 polyester) kumaş kullanılacaktır.

### **Tıbbi Atık Çizmesi Teknik Şartnamesi**

1. Su geçirmez olacak.
2. İğne batmaz kauçuktan olmalıdır.
3. Diz altı hizasında olmalıdır.
4. Yıkamaya ve kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
5. PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş tabanı sert kauçuktan olmalıdır.
6. Sağlam ve kaymayan bir alt yapıya sahip olmalıdır.
7. İç yüzeyi pamuk astarlı ve terletmeyen yapıda olmalıdır.

### **Tıbbi Atık Eldiveni Teknik Şartnamesi**

1. Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olmalıdır.
2. Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak.
3. Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacaktır.
4. Üstü tamamen kaplı,iç astarı kaliteli olacak.
5. Rengi turuncu olacak.
6. Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek,kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu özelliği bulunmalıdır.
7. Tıbbi atık eldiveni CE ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır.
8. Eldivenler kaliteli kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.
9. Kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
10. Kaymayı engellemek için eldivenin üzeri tırtıklı olmalıdır.

### Tıbbi Atık Konteyneri Teknik Şartnamesi

1. Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) imal edilecektir.
2. Konteyner TS EN 840 Standardına uygun olacaktır.
3. Konteynerlerin tekerlek gövdeleri polipropilen ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartlarına dayanıklı mamülden yapılmış olacaktır.
4. Tekerlek aks mili galvaniz kaplı veya paslanmaz malzemeden olacaktır.
5. Konteyner hacmi 770-800 Lt kapasiteli olmak üzere 4 tekerlekli ve üstten kapaklı olacaktır.
6. Konteynerlerin tekerlek dönüşleri kolay olacak, genel anlamda konteyner rahat taşınabilir olacaktır.
7. Konteynerler koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, güneş ısısından etkilenmeyecek aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
8. Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak ve bu şok etkisinde hiçbir deformasyon ölçü ve diğer özelliklerinde değişiklik olmayacaktır.
9. Konteynerlerin gövdeleri düşmeye karşı dayanıklı olacak, sızma, çatlama ve yarıлма göstermeyecektir.

### 4' LÜ SIFIR ATIK KUTULARI VE POŞETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik 4'lü set halinde olmalıdır.
2. Atık kumbaraları cam atık, kağıt atık, plastik atık ve metal atık türleri için olmalıdır.
3. Kalın kırılmaz plastikten olmalıdır.
4. Ölçüleri 35\*35\*70 cm olmalıdır.
5. Her kutunun üstünde hangi atığın atılacağına dair yazı, geri dönüşüm simgesi ve sıfıratık logosu bulunmalıdır.
6. Kağıt atık için mavi; cam atık için yeşil; plastik atık için sarı ve metal atık için gri rengi kullanılmalıdır.
7. Kutuların ve poşetlerin üzerinde geri dönüşüm simgesi, sıfır atık logosu kullanılmalıdır.
8. Her kutu rengi için 150 adet poşet alınmalıdır.
9. Atık poşetleri delinme, yırtılma durumlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
10. Teklif veren firmadan örnek kutu istenilecek ve şartnameye uygun olmaması durumunda tarafımızca kabul edilmeyecektir.

| ÜYE                                     | BAŞKAN                                          | ÜYE                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Feyza EMİR USTA<br>(Hannur TSM-Hemşire) | Dr. Abdullah KARATEKE<br>(Taşlıçay TSM Başkanı) | Öznur DAYANĞAÇ<br>(Taşlıçay TSM-Ebe) |