

BİKARBONATLI KONSANTRE HEMODİYALİZ ÇÖZELTİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Primer Ambalaj Şekli:

1.1. Asit Bikarbonatlı Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi: 5 Lt, polietilen bidon ,emniyet kilitli kapak.

1.2. Bazik Bikarbonatlı Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi: 6 Lt, polietilen bidon , emniyet kilitli kapak.

1.3 Asit bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi ve bazik bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi bir takım oluşturacaktır.

2. Sekonder Ambalaj: Baskılı ürün etiketi.

Etiket üzerinde; ürüne ait Sağlık Bakanlığı ruhsat numarası ve tarihi ,üretim yeri, üretici firma ismi, seri numarası, üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmelidir.

Bidonlar kullanım süresince akıtma - sızdırma yapmamalıdır.

3. Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

4. Üretici firmanın teslim ettiği her ürün serisi için analiz sertifikası verilmelidir.

5. Solüsyonlar glikozlu ve glikozsuz olacaktır.

6. 1 litre asit bikarbonatlı konsantre hemodiyaliz çözeltisi ile 1.225 litre bazik bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi 32.775 litre RO.Su ile seyreltiğinde ,iyon konsantreleri

Na+	SODYUM	137 - 142 mmol / L.
K+	POTASYUM	2. mmol / L
Ca+	KALSİYUM	1.25 - 2 mmol/L
Mg+	MAGNEZYUM	0.25 - 1,5 mmol/L
Cl	KLOR	98 - 112 mmol /L
CH COO	ASETAT	2 -10mmol /L olmalıdır
HC03	BİKARBONAT	27 - 35 mmol /L

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlusu
D. Sertifikası No: 6739
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cafer AKDEMİR
H. Diyaliz Sorumlusu
D. Sertifikası No: 6049
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İBRAHİM DÜRMÜŞ
ECZACI